



**Opolskie Centrum
Ratownictwa Medycznego**



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Nr sprawy: DT/DM/02/2026.

Opole. 18.02.2026 r.

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o zamówienie**

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu**” nr postępowania DT/DM/02/2026 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2024 r. poz.1320 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.), Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu przekazuje treść pytań przesłanych Zamawiającemu, bez ujawniania źródła zapytania i udziela wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto

Odpowiedź 1

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w projekcie Umowy § 4 ust.1, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

§ 4

1. Dostarczanie jednorazowych wyrobów medycznych będzie następowało partiami, według potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień na poszczególne partie, przy czym wartość jednorazowego zamówienia nie będzie niższa niż 500 zł netto. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wysłania zamówienia.

Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Poz. 9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli kompres gazowy. Parametr 17 nitek 12 warstw odnosi się do kompresów gazowych

Odpowiedź 2

Tak, parametr 17 nitek 12 warstw odnosi się do kompresów gazowych.



Pytanie 3

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiocy 2l wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim. Worek z szerokim wlotem zabezpieczonym polipropylenowym kołnierzem z obręczą zapewniającą pewny chwyt oraz ze specjalnym nacięciem umożliwiającym zamknięcie oraz higieniczną utylizację. Produkt niesterylny, jednorazowego użytku nie zawiera lateksu i ftalanów

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

Pytanie 4

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na wymiocy za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę worków na wymiocy za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 5

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści miskę typu nerka 20cm z tworzywa sztucznego (polipropylenu) wielorazowego użytku

Odpowiedź 5

Nie. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego produktu.

Pytanie 6

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści miskę typu nerka o wymiarach 245x115x50mm o pojemności max. 900ml, z masy papierowej, jednorazowego użytku?

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

Pytanie 7

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 1 pełnego opakowania?

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę nerek za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 8

Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę łączników za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź 8

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę łączników za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 9

Poz. 20

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a'1 sztuka? Jednostką miary są opakowania, a nie wskazano wielkości opakowania.



Odpowiedź 9

Zamawiający oczekuje opakowania zawierającego 50szt końcówki luer-lock standard, każdy przedłużacz zapakowany folia-papier. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę produktu w innej liczbie sztuk w opakowaniu, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań w taki sposób, aby łączna liczba oferowanych sztuk odpowiadała wymaganej ilości (tj. 500 szt).

Pytanie 10

Poz. 26

Czy Zamawiający dopuści stazę jednorazową z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer) w formie opakowanie jednostkowe typu dyspensera, umożliwiającego wygodne dzielenie perforowanych opasek (każdy dyspenser a'25 szt. staz)?

Odpowiedź 10

Tak, Zamawiający dopuszcza stazę jednorazową z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer) w formie opakowanie jednostkowe typu dyspensera, umożliwiającego wygodne dzielenie perforowanych opasek (każdy dyspenser a'25 szt. staz).

Pytanie 11

Poz. 26

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie (rolkę zawierającą 25 sztuk staz)?

Odpowiedź 11

Tak, Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie (rolkę zawierającą 25 sztuk staz), dopuszcza również możliwość zaoferowania przez Wykonawcę produktu w innej liczbie sztuk w opakowaniu, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań w taki sposób, aby łączna liczba oferowanych sztuk odpowiadała wymaganej ilości (tj.1250 szt).

Pytanie 12

Poz. 27-28,30-31

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z skalą rozszerzoną 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml

Odpowiedź 12

Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki z skalą rozszerzoną 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml.

Pytanie 13

Poz. 30

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,1ml?

Odpowiedź 13

Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki skalowane co 0,1ml.

Pytanie 14

Poz. 29

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1ml bez rozszerzenia?

Odpowiedź 14

Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki 1ml bez rozszerzenia.

Pytanie 15

Poz. 29

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1ml skalowane co 0,01ml?

Odpowiedź 15

Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki 1ml skalowane co 0,01ml.

Pytanie 16

Poz. 29

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml (z rozszerzeniem do 3ml) zamiast 1ml?



Odpowiedź 16

Nie. Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 2ml (z rozszerzeniem do 3ml) zamiast 1ml.

Pytanie 17

Poz. 29-31

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź 17

Tak zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 18

Poz. 37

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania (odstępując jednocześnie od badań na biokompatybilność chlorheksydyne) o następujących parametrach:

- pozwala uzyskać kompletne znieczulenie błony śluzowej ułatwiając wprowadzenie cewników lub instrumentów medycznych – w składzie żelu Lignocaine Hydrochloride 2%.
- Minimalizuje ryzyko zakażeń jatrogennych dzięki zawartości środków bakteriobójczych i bakteriostatycznych o szerokim spektrum działania – w składzie Chlorhexidine Digluconate 0,05% w wygodnych do **aplikacji ampułkostrzykawkach**
- dawki przystosowane do warunków anatomicznych - 6 ml
- Łatwy i wygodny sposób aplikacji
- Wysoki stopień przejrzystości preparatu gwarantuje brak zanieczyszczeń powierzchni optycznej endoskopów
- Jednorazowego użytku
- Sterylny, sterylizowany promieniami gamma
- Bez zawartości lateksu
- Skład żelu w instrukcji użycia,
- Opakowanie jednostkowe typu: papier/foolia
- Opakowanie zbiorcze a'50 sztuk lub a'25 sztuk (na życzenie)?

Odpowiedź 18

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

Pytanie 19

Poz. 38

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na palcu 0,10mm+/-0,01, spełniające pozostałe wymogi SWZ

Odpowiedź 19

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

Pytanie 20

Poz. 41

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 20

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 21

Poz. 43

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne bez rozmiaru 26G?

Odpowiedź 21

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia, jednakże Zamawiający również dopuszcza kaniulę 26G bez zabezpieczenia.



Pytanie 22

Poz. 61

Czy Zamawiający oczekuje sterylnym pojemników na mocz pakowanych pojedynczo?

Odpowiedź 22

Tak, Zamawiający oczekuje sterylnych pojemników na mocz pakowanych pojedynczo

Pytanie 23

Poz. 63

Czy Zamawiający dopuści niesterylne maski anestetyczne z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej?

Odpowiedź 23

Tak, Zamawiający dopuszcza niesterylne maski anestetyczne z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej.

Pytanie 24

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o parametrach:

- Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej zapewniający
- szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką
- Elastyczna komora kroplowa o wielkości 4,5cm
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- Miękki, elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem Luer-Lock
- Uniwersalne całkowicie przezroczyste zakończenie drenu luer-lock,
- Precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia
- Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- informacja o nazwie producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź 24

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

Pytanie 25

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'200 sztuk wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 25

Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze a'200 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 26

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za jedną sztukę?

Odpowiedź 26

Tak Zamawiający dopuszcza wycenę za jedną sztukę produktu z pozycji 2 z przeliczeniem ilości.

Pytanie 27

Pozycja 3



Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pokryty jednostronnie silikonem, z lateksową zastawką, balonem 5-15ml i informacją o nazwie producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź 27

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 28

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę o długości roboczej min. 20m?

Odpowiedź 28

Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę o długości roboczej min. 20m.

Pytanie 29

Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 29

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100, z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 30

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 szt., z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 30

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 szt. produktu z pozycji 7, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 31

Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17-nitkowe, 8-warstwowe, op. a'3?

Odpowiedź 31

Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów 17-nitkowych, 8-warstwowych, op. a'3.

Pytanie 32

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 6ml, z drenem 200cm, czystą mikrobiologicznie, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź 31

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 32

Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem z drenem 200cm, czystą mikrobiologicznie, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź 32

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 33

Pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści maskę pakowaną zbiorczo po 100szt., z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 33

Tak, Zamawiający dopuszcza maskę pakowaną zbiorczo po 100szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 34

Pozycja 11-12



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów zawierających szkodliwe ftalany?

Odpowiedź 34

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów zawierających szkodliwe ftalany.

Pytanie 35

Pozycja 12

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek na wymiocy wykonany z przejrzystego materiału PE pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz, o pojemności 1500ml, skalowany co 100 ml, z szerokim okrągłym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia, funkcja „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz, pakowany po 50 sztuk?

Odpowiedź 35

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowany powyżej produkt (pozycja 13) z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 36

Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiocy pakowany zbiorczo w opakowanie foliowe po 50 sztuk?

Odpowiedź 36

Tak, Zamawiający dopuszcza worek na wymiocy (pozycja 13) pakowany zbiorczo w opakowanie foliowe po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 37

Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści łącznik 7/11mm?

Odpowiedź 37

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 38

Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści przylepce w opakowaniu a'16, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź 38

Tak, Zamawiający dopuszcza przylepce w opakowaniu a'16, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę.

Pytanie 39

Pozycja 23

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia nr LOT na baloniku?

Odpowiedź 39

Tak, Zamawiający wymaga oznaczenia nr LOT na baloniku.

Pytanie 40

Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści stazę pakowaną w opakowanie foliowe?

Odpowiedź 40

Tak, Zamawiający dopuszcza stazę pakowaną w opakowanie foliowe.

Pytanie 41

Pozycja 26



Czy Zamawiający dopuści szwę wykonaną z szerokiego, rozciągliwego paska TPE?

Odpowiedź 41

Tak, Zamawiający dopuszcza szwę wykonaną z szerokiego, rozciągliwego paska TPE.

Pytanie 42

Pozycja 27, 30, 31

Czy Zamawiający dopuści skalę rozszerzoną o 20%?

Odpowiedź 42

Tak, Zamawiający dopuszcza skalę rozszerzoną o 20% w pozycjach 27,30,31 z formularza cenowo-asortymentowego.

Pytanie 43

Pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści igłę bez rozszerzonej skali i logo producenta oraz nazwy własnej na produkcie?

Odpowiedź 43

Zamawiający wyraża zgodę tylko na brak rozszerzonej skali, reszta zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 44

Pozycja 29, 30, 31

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'100 sztuk wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 44

Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze a'100 sztuk wraz z przeliczeniem ilości w przypadku pozycji 29,30,31 z formularza cenowo-asortymentowego.

Pytanie 45

Pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści wasy mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź 45

Tak, Zamawiający dopuszcza wasy mikrobiologicznie czyste.

Pytanie 46

Pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemności 6ml, sterylizowany radiacyjnie, pełny skład chemiczny żelu umieszczony na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź 46

Tak, Zamawiający dopuszcza żel w ampułkostrzykawce o pojemności 6ml, sterylizowany radiacyjnie, pełny skład chemiczny żelu umieszczony na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 47

Pozycja 37

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

Odpowiedź 47

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty badań na biokompatybilność chlorheksydyny.

Pytanie 48

Pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny rękawice o parametrach:



Typ rękawicy:	nitrylowa, diagnostyczna, ochronna, niejałowa
Kolor:	niebieski
Kształt:	uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń
Środek pudrujący:	brak
Zawartość protein:	brak, produkt bezlateksowy
Powierzchnia zewnętrzna:	teksturowana na końcach palców
Powierzchnia wewnętrzna:	chlorowana
Mankiet:	równomiernie rolowany brzeg
Minimalna długość w mm:	240
Grubość w mm (palec/dłoni/mankiet):	0,09 / 0,08 / 0,06
Minimalna siła zrywu: (przed starzeniem/po starzeniu)	6N / 6N (wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta)
AQL:	1.0

Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5; przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej; odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi), w tym odporne na 70% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1; dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej; pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej; rękawice nie wykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na skórę; badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10; zgodność z normami EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ASTM F1671, ISO 16604, ASTM D6978. Wyrób Medyczny klasa I (Rozporządzenie (UE) 2017/745), kategoria III, typ B – Środek Ochrony Indywidualnej (Rozporządzenie (UE) 2016/425), dostępny w rozmiarach XS – XL?

Odpowiedź 48

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt..

Pytanie 49

Pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Lifepack o wymiarach 106,5 x 23?

Odpowiedź 49

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 50

Pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z drenem o długości wyłącznie 90cm, z przezroczystą tylną ścianą?

Odpowiedź 50

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 51

Pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy wenflon z pasywnym systemem ochrony igły, który automatycznie ją zakrywa po wyjęciu, zapobiegając zakłuciom. Wykonana z poliuretanu, z portem bocznym, skrzydełkami i 3 liniami RTG, służy do infuzji, transfuzji i podawania leków. Dostępne rozmiary:



Rozmiar	Średn. zewn. x długość mm	Natężenie Przepływu ml/min
14G	2,1x45	305
16G	1,7x45	200
17G	1,5x45	142
18G	1,3x45	100
	1,3x32	105
20G	1,1x32	61
	1,1x25	65
22G	0,9x25	36
24G	0,7x19	23

+ 26G 0.62x19mm, przepływ: 17 ml/min.

Odpowiedź 51

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt..

Pytanie 52

Pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane zbiorczo po 200 sztuk?

Odpowiedź 52

Tak, Zamawiający dopuszcza nakłuwacze pakowane zbiorczo po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 53

Pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z medycznego PE z powierzchnią o niskim współczynniku tarcia poprawiającą poślizg rurki w rozmiarach i długościach: FR6 – 535mm, FR10 – 600mm, 800mm, FR15 – 600mm, 800mm?

Odpowiedź 53

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt..

Pytanie 54

Pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści golarki w opakowaniu a'50, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 54

Tak, Zamawiający dopuszcza golarki w opakowaniu a'50, z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 55

Pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści golarki z podwójnym ostrzem?

Odpowiedź 55

Tak, Zamawiający dopuszcza golarki z podwójnym ostrzem.

Pytanie 56

Pozycja 56, 59

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o powierzchni mniejszej niż 105mm x 155mm?

Odpowiedź 56

Nie. Zamawiający nie dopuszcza elektrod dla dorosłych o powierzchni mniejszej niż 105mm x 155mm. Elektrody zgodne z formularzem asortymentow-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 57

Pozycja 57, 60

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dzieci o powierzchni mniejszej niż 105mm x 110mm?



Odpowiedź 57

Nie. Zamawiający nie dopuszcza elektrod dla dzieci o powierzchni mniejszej niż 105mm x 110mm. Elektrody zgodne z formularzem asortymentow-cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 58

Pozycja 56-57, 59-60

Czy Zamawiający dopuści elektrody w opakowaniu a'2, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 58

Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody w opakowaniu a'2, z odpowiednim przeliczeniem ilości uwzględniając, że na jedną sztukę przypada 1 para elektrod.

Pytanie 59

Pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła pakowane po 10 szt., z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 59

Tak, Zamawiający dopuszcza prześcieradła pakowane po 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 60

Pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne niezarejestrowanego jako wyrób medyczny, na 23% stawce VAT.

Odpowiedź 60

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojemnika na odpady medyczne niezarejestrowanego jako wyrób medyczny, na 23% stawce VAT.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie Umowy § 4 ust.4, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

§ 4

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawę przedmiotu zamówienia, w tym za ryzyko jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że pytania, udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający załącza do postępowania doszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia uwzględniający udzielone odpowiedzi na pytania oraz uzupełnione brakujące ilości sztuk w opakowaniu a także nowy poprawiony formularz cenowo-asortymentowy, z dodatkową kolumną, w której należy podać proponowaną wielkość opakowań danego produktu, oraz kolumną z proponowaną ilością sztuk w opakowaniu w celu możliwości przeliczenia wymaganych ilości. W przypadku nie wypełnienia dodatkowych kolumn przez Wykonawcę, w którejkolwiek pozycji Zamawiający przyjmie pierwotną ilość sztuk i opakowań z formularza cenowo-asortymentowego.

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.), dokonuje zmiany terminu składania ofert i na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadza zmiany w treści SWZ:



Rozdział XVII pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie: "Termin składania ofert upływa w dniu **23.02.2026 r. godz.10.00**"

Rozdział XVII pkt 3 SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.02.2026 r. godz. 10.30**"

Rozdział XVII pkt 9 SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty, tj. do dnia **24.03.2026 r.**

Zatwierdził:
Dyrektor
Jarosław Kostyła


Dyrektor
Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
Jarosław Kostyła