

Znak sprawy N-M.ZP/6/2026

Zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania na: „Dostawę sprzętu medycznego i innego”

Identyfikator (ID) postępowania: **ocds-148610-05e3fc42-bd2b-4eab-b69a-f3875328f33a**

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2 - WÓZKI - Wózek reanimacyjny 2 szt – nowy, nieużywany dotyczy pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny o wymiarach:

- Szerokość: 650 mm
- Głębokość 475 mm
- Wysokość: 960 mm ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2 - WÓZKI - Wózek opatrunkowy – 2szt , dotyczy pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek opatrunkowy 4 szufladowy o wymiarach:

- Szerokość: 650 mm
- Głębokość 475 mm
- Wysokość: 845 mm ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 3

Pakiet nr 2 - WÓZKI Wózek do transportu zwłok – 2szt; dotyczy pkt 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do zwłok o długości całkowitej przy tacy stałej 2150 mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 4

Pakiet nr 7 - Stół zabiegowy – 2 szt - dotyczy pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy , którego kąt regulacji sekcji tylnej jest równy 0-85° ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 5

Pakiet nr 7 - **Stół zabiegowy – 2 szt** - dotyczy pkt 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego zakres regulowanej wysokości jest równy 45-95 cm ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 6

Pakiet nr 7 - **Stół zabiegowy – 2 szt** - dotyczy pkt 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o parametrach:

Szerokość: 68 cm ; Długość: 195 cm ; Obciążenie: 200 kg ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 7

Pakiet nr 10 - **Drabinka rehabilitacyjna – 2 szt** - dotyczy pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drabinkę rehabilitacyjną której szczeble są przekroju owalnym 40 x 30 mm ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 8

Pakiet nr 10 - **Drabinka rehabilitacyjna – 2 szt** - dotyczy pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drabinkę rehabilitacyjną 12 szczebli?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 9

Pakiet nr 10 - **Drabinka rehabilitacyjna – 2 szt** - dotyczy pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drabinkę rehabilitacyjną bez montażu? Firma dostarcza wszystkie potrzebne akcesoria do montażu. Klient we własnym zakresie montuje produkt u siebie w placówce.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 1. Parawany teleskopowe ściennie - nowe 26szt; dotyczy pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy którego zakres obrotu parawanu w osi POZIOMEJ na sworzniu uchwyty ściennego wynosi 180° ? Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że osią obrotu parawanu ma być oś pozioma.

Pozostałe parametry bez zmian. Długość parawanu w stanie złożonym: 85 cm; długość w stanie rozłożonym: 250cm.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 11

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 1. Parawany teleskopowe ściennie - nowe 26szt; dotyczy pkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy o wymiarach teleskopu w stanie złożonym 70 cm i w stanie rozłożonym 200 cm ? Jest to rozwiązanie tańsze od obecnie opisanego przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 1. Parawany teleskopowe ściennie - nowe 26szt; dotyczy pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy którego zakres obrotu parawanu w osi POZIOMEJ na sworzniu uchwyty ściennego wynosi 180° ? Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że osią obrotu parawanu ma być oś pozioma. Długość parawanu w stanie złożonym: 70 cm; długość w stanie rozłożonym: 200cm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 13

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 1. Parawany teleskopowe ściennie - nowe 26szt; dotyczy pkt. 5 i 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy, którego zasłonki zmywalne są w rozmiarze 180x200 cm (szerokość x wysokość) ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12. Stojak do kroplówek jezdny - 10 szt; dotyczy pkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Stojak do kroplówek jezdny, którego Regulacja wysokości jest w zakresie: 119 -218 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 Kozetka – 4szt; dotyczy pkt 6.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę o wymiarach:

- Wysokość: 520
- Szerokość: 560
- Długość: 1880?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 16

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 Kozetka – 4szt; dotyczy pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę z jedną stopką umożliwiającą wypoziomowanie kozetki na nierównych powierzchniach ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 17

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 Kozetka – 4szt; dotyczy pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę w której długość zagłówka wynosi: 420 mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 18

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 - 5 Fotel toaletowy – 4 szt dotyczy pkt 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel toaletowy, którego wysokość siedziska od podłoża wynosi 49-56,5 cm ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 19

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 - 5 Fotel toaletowy – 4 szt dotyczy pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel toaletowy, którego wysokość całkowita wynosi 94-101,5 cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)

Pytanie nr 20

Załącznik nr 13 - pakiet nr 12 - 5 Fotel toaletowy – 4 szt dotyczy pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel toaletowy, którego wysokość całkowita wynosi 94-101,5 cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ)