

Gliwice, dnia 24 lutego 2026 r.

Nr sprawy: **DZ/DZ-TPzmn-381-2-4/26**

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2026 r. pod numerem 2026/BZP 00109548 na dostawę mebli biurowych i medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1: dotyczy zadania nr 9 (regał ze stali nierdzewnej - 3 szt.)

Czy Zamawiający dopuści regał o wysokości 2000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza regał o wysokości 2000 mm.

Pytanie nr 2: dotyczy zadania nr 9 (regał ze stali nierdzewnej - 3 szt.)

Czy Zamawiający dopuści regał ażurowy chromowany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza regału ażurowego chromowanego, tym samym podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3: dotyczy zadania nr 9 (regał ze stali nierdzewnej - 3 szt.)

Czy Zamawiający dopuści regał ze stali nierdzewnej z półkami perforowanymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza regału z półkami perforowanymi, tym samym podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4: dotyczy zadania nr 9 i zadania nr 11

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że w przypadku wyrobów, które nie zostały sklasyfikowane przez producenta jako wyroby medyczne, wymóg:

Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620) - do udostępnienia Zamawiającemu na żądanie na etapie realizacji zamówienia Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony Deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE nie będzie miał zastosowania, natomiast w tabeli opisu przedmiotu zamówienia w kolumnie parametry oferowane należy wpisać „nie dotyczy”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie zadania 9 i zadania 11 w przypadku wyrobów, które nie zostały sklasyfikowane przez producenta jako wyroby medyczne wykreśla wymóg tj.: „Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620) - do udostępnienia Zamawiającemu na żądanie na etapie realizacji zamówienia”, co Wykonawca potwierdza wpisem "nie dotyczy" w kolumnie parametry oferowane.

Jednocześnie Zamawiający w zakresie zadania 9 i zadania 11 podtrzymuje wymóg „Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony Deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE”.

Pytanie nr 5: dotyczy umowy (załącznik nr 6.2 do SWZ)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu w zakresie części 9 i 11 ze względu na fakt, iż produkty będące przedmiotem zamówienia w tym pakiecie dostarczane są złożone, gotowe do użytku, a ich obsługa ma charakter typowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg montażu w zakresie zadania 9 i zadania 11 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj. wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletny montaż i ustawienie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

**Pytanie nr 6: dotyczy załącznika nr 3.9 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”;
zadanie nr 9: Meble ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej; Półka ze stali kwasoodpornej do stojaka na kroplówkę**

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby półka do stojaka na kroplówkę posiadała dokument dopuszczający do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, oznakowanie CE potwierdzone Deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE oraz aby wytwórca posiadał system zarządzania jakością zgodny z EN ISO 13485:2016.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający podtrzymuje powyższe wymagania w odniesieniu do samej półki, stanowiącej element wyposażenia stojaka.

W naszej ocenie wyrobem medycznym jest stojak do infuzji jako całość (zgodnie z klasyfikacją producenta), natomiast półka:

- nie posiada samodzielnego przewidzianego zastosowania medycznego,
- nie wpływa na proces infuzji ani bezpieczeństwo terapii,
- stanowi wyłącznie element wyposażenia technicznego o charakterze mechanicznym.

W związku z powyższym półka nie spełnia definicji wyrobu medycznego ani akcesorium do wyrobu medycznego w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Wnosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie półki niestanowiącej wyrobu medycznego oraz odstąpi od wymogu:

- dokumentu dopuszczającego do obrotu jako wyrób medyczny,
- oznakowania CE w trybie MDR,
- systemu zarządzania jakością EN ISO 13485:2016 dla producenta półki.

Jednocześnie deklarujemy, że oferowana półka będzie spełniała wszystkie wymagania techniczne określone w SWZ oraz będzie wykonana z materiału wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie zadania 9 poz. 1 wykreśla wymóg tj.: „Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620) - do udostępnienia Zamawiającemu na żądanie na etapie realizacji zamówienia” oraz „Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 lub równoważną - do udostępnienia Zamawiającemu na żądanie na etapie realizacji zamówienia”, co Wykonawca potwierdza wpisem "nie dotyczy" w kolumnie parametry oferowane.

Jednocześnie Zamawiający w zakresie zadania 9 poz. 1 podtrzymuje wymóg „Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony Deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE”.

Pytanie nr 7: dotyczy załącznika nr 3.9 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”;

zadanie nr 9: Meble ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej; Regał ze stali nierdzewnej

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał wymóg zastosowania półek ażurowych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie regałów wyposażonych w półki pełne. Pragniemy wskazać, że półki pełne: zapewniają równomierne podparcie przechowywanych materiałów, eliminują ryzyko zapadania się drobnych przedmiotów między elementami konstrukcji, ułatwiają utrzymanie czystości poprzez brak szczelin, nie wpływają negatywnie na nośność ani funkcjonalność regału.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza półek pełnych, tym samym podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8: dotyczy załącznika nr 3.9 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”;

zadanie nr 9: Meble ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej; Regał ze stali nierdzewnej

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał wymóg regulacji wysokości nóżek w zakresie min. 20 mm. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie regałów wyposażonych w stopki regulacyjne o zakresie 14 mm. Oferowane rozwiązanie:

- umożliwia skuteczne wypoziomowanie regału,
- zapewnia stabilność konstrukcji,
- spełnia funkcję regulacyjną w typowych warunkach użytkowania,
- nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ani trwałość mebla.

W naszej ocenie kluczowa jest możliwość poziomowania regału, natomiast wskazanie konkretnego minimalnego zakresu 20 mm nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wskazanego rozwiązania jako równoważnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nóżki o zakresie regulacji 14 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów regału.

Pytanie nr 9: dotyczy załącznika nr 3.9 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”;

zadanie nr 9: Meble ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej; Regał ze stali nierdzewnej

W związku z wymaganiem dotyczącym deklaracji zgodności z normą PN-83/M-78321 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dokumentów równoważnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania regałów, w szczególności:

- atestu higienicznego wydanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB,
- deklaracji producenta potwierdzającej parametry techniczne i nośność regałów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania regałów tj.: atestu higienicznego wydanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz deklaracji producenta potwierdzającej parametry techniczne i nośność regałów.

Pytanie nr 10: dotyczy załącznika nr 3.9 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”;

zadanie nr 9: Meble ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej; Stolik typu Mayo

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika typu Mayo z kołami o średnicy 80 mm? Podany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa na użytkowanie stolika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 80 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów stolika.

Pytanie nr 11: dotyczy załącznika nr 3.11 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”;

zadanie nr 11: Stojaki mobilne na kroplówki

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano wymóg zastosowania mechanizmu śrubowego do regulacji wysokości z blokadą. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania z blokadą realizowaną za pomocą nakrętki zaciskowej jako równoważnego. Oferowane rozwiązanie umożliwia regulację wysokości i trwałe zablokowanie pozycji elementu, zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i stabilność konstrukcji, jest ergonomiczne i łatwe w obsłudze. W naszej ocenie funkcjonalność nakrętki zaciskowej odpowiada wymaganiom realizowanym przez mechanizm śrubowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mechanizmu z blokadą realizowaną za pomocą nakrętki zaciskowej, tym samym podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Zmiana treści SWZ dokonana została w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający mając na uwadze dyspozycję art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych **zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 26.02.2026 r. na dzień 02.03.2026 r.**

- godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą z **dnia 27.03.2026 r. na dzień 31.03.2026 r.**