

Uniwersytet Zielonogórski  
Biuro Zamówień Publicznych  
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Zielona Góra, 23.03.2026 r.

RA-ZP.2610.24.2026.2.MS

## INFORMACJA NR 2

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dodatkowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centrum Nauk Przedklinicznych (znak sprawy: RA-ZP.2610.24.2026).**

I. W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie 1 – Dotyczy: Część 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności komory 775 litrów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2 – Dotyczy: Część 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: -szerokość: 1205 mm - głębokość: 1025 mm

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3 – Dotyczy: Część 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach komory - wysokość: 1286mm

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4 – Dotyczy: Część 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. W razie awarii jednego z kompresorów zamrażarka powinna utrzymać temperaturę -70°C bez użycia systemu CO2/LN2 backup?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5 – Dotyczy: Część 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o dobowym zużyciu energii na poziomie 10.04kWh/24h ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i wyposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne.

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika D31G.

**Pytanie 6 – Dotyczy: Część 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę której komora wykonana jest z nielakierowanej stali nierdzewnej?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ



*mgr inż. Edyta Kwiatkowska*

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne.

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika D31G.