



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

Dział Zamówień Publicznych

☎ Dyrektor 61 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 61 874 02 07
☎ Centr. Szwajcarska 61 873 90 00
www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl



Poznań, dnia 16.02.2026 r.

WSM/DZP-381-458/2026

Wyjaśnienia 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę: „Materiałów opatrunkowych” dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu- powtórzenie unieważnionych pakietów.

W związku z pytaniami do wymienionej w nagłówku specyfikacji, które otrzymaliśmy w dniach 11.02.-16.02.2026 r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie nr 1 (dotyczy pakiet 8)

W celu zachowania zasad uczciwej konkurencyjności zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego Pakietu. Podział ten umożliwi przystąpienie większej liczbie oferentów a tym samym uzyskanie lepszej ceny.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje zapisy.

Pytanie nr 2 (dotyczy pakiet 8, pozycja 1)

Prosimy o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi swz z klejem naniesionym równomiernie oraz bez nacięć na brzegach.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje zapisy.

Pytanie nr 3 (dotyczy pakiet 8, pozycja 2)

Prosimy o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi swz z klejem naniesionym równomiernie oraz bez nacięć na brzegach. Opatrunki pakowane po 25 szt.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje zapisy.

Pytanie nr 4 (dotyczy pakiet 2, pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz.1 wosku chirurgicznego wytwarzanego z mieszaniny wosku pszczelego (80%) i palmitynianu izopropylu (20%), sterylne 2,5g ?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje zapisy.

Pytanie nr 5 (dotyczy wzoru umowy)

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje zapisy.

Pytanie nr 6 (dotyczy Pakiet 3, pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej 45x49cm?

Odpowiedz: : Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje zapisy.

Pytanie nr 7 (dotyczy Pakiet 3, pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza powyższy opis, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów określonych formularzu cenowo ofertowym.

Pytanie nr 8 (dotyczy Pakiet 3, pozycja 2)

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm o powierzchni lepnej 55x51cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza powyższy opis, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów określonych formularzu cenowo ofertowym.

Pytanie nr 9 (dotyczy Pakiet 3, pozycja 3)

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 50x84cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza powyższy opis, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów określonych formularzu cenowo ofertowym.

Pytanie nr 10 (dotyczy Pakiet 3, pozycja 4-6)

Czy Zamawiający dopuści folię z warstwą klejącą pokrytą 2% roztworem jodiny?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza powyższy opis, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów określonych formularzu cenowo ofertowym.

Pytanie nr 11 (dotyczy Pakiet 3, pozycja 4-6)

Czy Zamawiający dopuści folię o współczynniku paroprzepuszczalności 6200 g/m²/24h?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje zapisy.

Pytanie nr 12 (dotyczy Pakiet 3, pozycja 4)

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 70x80cm o powierzchni lepnej 70x74cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza powyższy opis, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów określonych formularzu cenowo ofertowym.

Pytanie nr 13 (dotyczy Pakiet 3, pozycja 6)

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza powyższy opis, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów określonych formularzu cenowo ofertowym.

Pytanie nr 14 (dotyczy Pakiet 5 poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 15 (dotyczy pakiet 3, pozycja 4)

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 4 do odrębnego pakietu razem z pozycją 5 i 6 oraz dopuszczenie parametrów folii bakteriobójczej znanej użytkownikom i stosowanej na bloku operacyjnym: Folia bakteriobójcza sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor w warstwie klejącej. Minimum 5 cm aplikatory z obu stron. Papier zabezpieczający z oznaczeniem końca uwolnienia linera dla bezpiecznej aplikacji. Podwójne opakowanie indywidualne: zewnętrzna folia aluminiowa i dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem. Wyrób medyczny klasy III, właściwy certyfikat CE jednostki notyfikowanej, poświadczający działanie bakteriobójcze, Potwierdzenie działania bakteriobójczego opublikowanymi badaniami klinicznymi na ponad 1000 pacjentów. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiar całkowity 66x60 cm (część przylepna 56x60 cm)

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 do odrębnego pakietu, natomiast dopuszcza zaoferowanie folii o parametrach wyszczególnionych powyżej.

Pytanie nr 16 (dotyczy pakiet 3, pozycja 5)

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 5 do odrębnego pakietu razem z pozycją 4 i 6 oraz dopuszczenie parametrów folii bakteriobójczej znanej użytkownikom i stosowanej na bloku operacyjnym: Folia bakteriobójcza sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor w warstwie klejącej. Minimum 5 cm aplikatory z obu stron. Papier zabezpieczający z oznaczeniem końca uwolnienia linera dla bezpiecznej aplikacji. Podwójne opakowanie indywidualne: zewnętrzna folia aluminiowa i dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem. Wyrób medyczny klasy III, właściwy certyfikat CE jednostki notyfikowanej,

poświadczający działanie bakteriobójcze Potwierdzenie działania bakteriobójczego opublikowanymi badaniami klinicznymi na ponad 1000 pacjentów. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiar 44x35 cm (część przylepna 34x35 cm)

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 do odrębnego pakietu, natomiast dopuszcza zaoferowanie folii o parametrach wyszczególnionych powyżej.

Pytanie nr 17 (dotyczy pakiet 3, pozycja 6)

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 6 do odrębnego pakietu razem z pozycją 4 i 5 oraz dopuszczenie parametrów folii bakteriobójczej znanej użytkownikom i stosowanej na bloku operacyjnym: Folia bakteriobójcza sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor w warstwie klejącej. Minimum 5 cm aplikatory z obu stron. Papier zabezpieczający z oznaczeniem końca uwolnienia linera dla bezpiecznej aplikacji. Podwójne opakowanie indywidualne: zewnętrzna folia aluminiowa i dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem. Wyrób medyczny klasy III, właściwy certyfikat CE jednostki notyfikowanej, poświadczający działanie bakteriobójcze. Potwierdzenie działania bakteriobójczego opublikowanymi badaniami klinicznymi na ponad 1000 pacjentów. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiar 66x45 cm (część przylepna 56x45 cm)

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 6 do odrębnego pakietu, natomiast dopuszcza zaoferowanie folii o parametrach wyszczególnionych powyżej.

Pytanie nr 18 (dotyczy pakiet 8)

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 dla preparatu o wymaganych parametrach: bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej. Dodatek plastycyzera zapewnia niepekającą barierę na skórze. Działa ochronnie przez 72 godziny. Skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Flakonik z atomizerem 28 ml. w ilości sztuk 12 czyli pełnego opakowania handlowego- minimalnej ilości potrzebnej do złożenia zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje zapisy.

Pytanie nr 19 (dotyczy pakiet 3, pozycja 4,5,6)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o współczynniku MVTR $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza powyższy opis przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów opisanych w formularzu cenowo ofertowym.

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o naniesienie odpowiednich powyższych zmian w formularzu cenowym /ofertowym.

Ponieważ wyjaśnienia do SWZ **nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu** i nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający **nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert – termin ten wyznaczony na 20.02.2026 r. pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Jan Sawicz