



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie

Znak: OEA.272.1.1.2026

Kętrzyn, dnia 13.03.2026 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) z późn. zm.) na dostawę materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie.

Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00140274 z dnia 4.03.2026 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kętrzynie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SWZ wyżej wymienionego postępowania;

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy Zadania nr 14, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy o parametrach 121°C/15min, i 134°C/5,3min.?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Zadania nr 14, pozycja 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Zadania nr 14, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w postaci testów paskowych, typ 4?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Zadania nr 14: Wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączania do każdej dostawy certyfikatu jakości. W przypadku testów chemicznych producenci wystawiają dokumenty jednorazowo dla całej produkcji, a nie dla każdej serii jak w przypadku testów biologicznych, gdzie poszczególne serie mogą się od siebie nieznacznie różnić.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający odstępuje od wymogu dołączania do każdej serii produktu certyfikatu jakości.

5. Dotyczy Zadania nr 15, pozycja 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Laboratorium PSSE w Kętrzynie dopuszczone są jedynie produkty w opakowaniu papierowo-foliowym.

Pytanie nr 2:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 5 | 11-400 Kętrzyn
+48 89 754 21 40
adres email: psse.ketrzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE;PL-55060-62543-WVUAJ-17

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Zadanie 15 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wskaźnika biologicznego typu sporał A ?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zadanie 15 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wskaźnika biologicznego typu sporał S ?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:

1. **Rozdział XIV i XV SWZ** – W związku z tym, iż Zamawiający nie podał terminów w rozdziale XIV i XV SWZ, czy Zamawiający potwierdza dzień składania ofert 17.03.2026 r. godz. 12:00 oraz termin otwarcia ofert 17.03.2026 godzina 13:00? Zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający w dniu 13.03.2026 r. zmienił termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert: 20.03.2026 godzina 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 20.03.2026 godzina 13:00 zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00155037.

2. **Pakiet 23 i 24, dokumenty wraz z ofertą** – Czy Zamawiający dopuści udostępnienie adresu strony internetowej, gdzie będą znajdowały się certyfikaty kontroli jakości w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

3. **Pakiet 23 i 24, „Do dostawy należy dostarczyć:”** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmodyfikował zapis w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SWZ).

4. **Pakiet 24** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie odczynników z pakietu 24 z następującymi terminami ważności:

- pozycja 1 – min. 3 miesiące od daty dostawy.

- pozycja 3 – min. 2 miesiące od daty dostawy.

- pozycja 4 – min. 10 miesięcy od daty dostawy? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę

Pytania dotyczące projektowanych postanowień umowy:

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.

6. § 2 ust. 4 - Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia w zakresie sposobu wystawiania i dostarczania faktur w związku z rozpoczęciem funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur w niżej zaproponowany sposób: „Ostatnie zamówienie z umowy łącznie z dostarczeniem faktury musi być zrealizowane najpóźniej do 13 grudnia 2026 r., pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego zamówienia z zachowaniem terminu dostawy określonego w § 2 ust. 2. Do dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej KSeF) Wykonawca nie mający możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem ma możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: psse.ketrzyn@sanepid.gov.pl”?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający modyfikuje treść umowy:

§ 2 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie: „Ostatnie zamówienie z umowy łącznie z dostarczeniem faktury musi być zrealizowane najpóźniej do 13 grudnia 2026 r., pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego zamówienia z zachowaniem terminu dostawy określonego w § 2 ust. 2. Do dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej KSeF) Wykonawca nie mający możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem ma możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: psse.ketrzyn@sanepid.gov.pl”

Pytanie nr 4:

Pakiet 8 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wymazówek Amies o długości 140 mm i z terminem ważności około 1 roku?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 21 Czy zamawiający wymaga, aby dla pożywek w pozycjach 1 do 20 były podane wszystkie wymienione szczepy kontrolne?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający w pozycjach 1, 2, 3 wymaga podania minimum jednego ze szczepów: Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

W poz. 11, 12 i 16 - minimum jednego ze szczepów: Staphylococcus saprophyticus lub Staphylococcus epidermidis, w poz. 17 - minimum jednego ze szczepów: Escherichia coli lub Staphylococcus aureus. Pozostałe pozycje - szczepy jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w pozycji 10 dwóch osobnych suplementów pakowanych po 10 fiolek?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem dostosowania odpowiednio przeliczonej wielkości zapotrzebowania w taki sposób, że w rezultacie Zamawiający otrzyma łącznie zamawianą ilość, tj. 200 szt. suplementów, w tym 100 szt. selektywnego pakowanego po maksymalnie 10 fiolek i 100 szt. różnicującego pakowanego po maksymalnie 10 fiolek.

Pytanie nr 5:

1. Czy Zamawiający w zadaniu 5 w pozycji nr 8 Nutrient Difco agar 1.5% dopuści żywkę z minimalnym terminem ważności 3 lata ?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w zadaniu 21 w pozycji nr 19 Agar PCA dopuści żywkę z minimalnym terminem ważności 3 lata ?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

3. Bardzo proszę o doprecyzowanie wielkości opakowania w zadaniu nr 23 w pozycjach nr 1 i 2.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający zmodyfikował specyfikację dla zadania nr 23 określając wielkość opakowania. Dla poz. 1 jest to opakowanie od 50 do 100 probówek (po 10 ml), Dla poz. 2 jest to opakowanie od 20 do 50 probówek (po 10 ml). Modyfikacji uległa jednostka miary i zamawiana ilość. Zmiana została opublikowana w dniu 13.03.2026 roku w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00155037.

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 23 dopuści w pozycji nr 1 i 2 sposób pakowania 1 op= 50 probówek?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w zadaniu 23 w pozycji nr 1 dopuści żywkę z minimalnym terminem ważności 5 miesięcy ?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmodyfikował termin ważności dla poz. 1 w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SWZ).

6. Czy Zamawiający w zadaniu 23 w pozycji nr 2 dopuści żywkę z minimalnym terminem ważności 7 miesięcy ?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmodyfikował termin ważności dla poz. 1 w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SWZ).

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w pakiecie 12, w poz. 1, 2 i 3 dopuszcza ezy z polipropylenu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Zadanie 2 Czy zamawiający w poz. 4 dopuszcza zaoferowanie pełnego zestawu (test na siarczany o numerze 1144110001) ponieważ opakowanie uzupełniające (1184670002) zostało wycofane ze sprzedaży ?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 19 Czy zamawiający w poz.1 dopuszcza złożenie oferty na całkowitą ilość 11400 sztuk (opakowanie 600 sztuk) czyli w sumie 19 kartonów?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił niezbędną ilość zapotrzebowania i w SWZ zastrzegł możliwość zastosowania prawa opcji.

Czy zamawiający w poz. 4 dopuszcza złożenie oferty na całkowitą ilość 1200 sztuk (opakowanie 600 sztuk) czyli w sumie 2 kartony?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił niezbędną ilość zapotrzebowania i w SWZ zastrzegł możliwość zastosowania prawa opcji.

Czy zamawiający w poz. 5 dopuszcza złożenie oferty na całkowitą ilość 1005 sztuk (1 opakowanie) ?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił niezbędną ilość zapotrzebowania i w SWZ zastrzegł możliwość zastosowania prawa opcji.

Pytanie nr 8:

Zadanie nr 15. Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego terminu ważności poz. nr 1 w zadaniu nr 15, tj. Sporal A. Wymagany jest termin ważności min. 18 miesięcy czy min. 12 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie: Wymagany termin ważności to minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Pytanie nr 9 :

Zadanie nr 8, poz. 1 oraz 2: Czy Zamawiający dopuści produkty z minimalnym terminem ważności 15 m-cy od dnia dostawy? W przypadku odmowy prośba o merytoryczne uzasadnienie Zamawiającego, tym bardziej, że przewidziany okres obowiązywania kontraktu to 13.12.2026 r.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 :

Dotyczy: Zadanie nr 8

1. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą, w zakresie zadania nr 8, o dopuszczenie możliwości oferowania produktów w minimalnych opakowaniach producenta, przy jednoczesnym przeliczeniu liczby jednostek z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania zbiorczego, tak aby łączna ilość asortymentu nie była mniejsza niż wymagana w formularzu cenowym. Dla poz. 1 – 47 op, po 150 szt., tj. łącznie 7050 szt., natomiast dla poz. 2 – 2 op, po 150 szt., tj. łącznie 300 szt.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dystrybutor nie może ingerować w opakowania producenta. Jednocześnie wskazujemy, że żaden z produktów ujętych w przedmiotowym pakiecie nie jest oferowany ani sprzedawany na sztuki przez producentów ani dystrybutorów.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

2. Zwracamy się również z prośbą o dopuszczenie, w zakresie zadania nr 8, produktów z datą ważności wynoszącą 18 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Dotyczy: Zadanie nr 9 Surowice diagnostyczne

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycjach 2.4.6.p na zaoferowanie surowic w opakowaniu zawierającym po 1 ml, tym samym zaoferowanie po 5 takich opakowań dla każdej pozycji?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic z krótszym terminem ważności niż 18 miesięcy oraz 2 lata (dla pozycji nr 9) licząc od daty dostawy w przypadku gdy producent – firma Sifin/Immunolab w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie będzie posiadać na stanie magazynowym surowic z wymaganym terminem? Każdorazowo Wykonawca po przyjęciu zamówienia poinformuje Zamawiającego o dostępnych aktualnie najdłuższych datach ważności surowic.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie surowic z minimalnym terminem ważności wynoszącym 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

Dotyczy: Zadanie nr 23 BULIONY SBMŻ

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w opakowaniu zawierającym 50 sztuk, i tym samym 14 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmodyfikował specyfikację dla zadania nr 23 określając wielkość opakowania. Dla poz. 1 jest to opakowanie od 50 do 100 probówek (po 10 ml). Modyfikacji uległa jednostka miary i zamawiana ilość. Zmiana została opublikowana w dniu 13.03.2026 roku w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00155037.

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy? Podłoża te posiadają okres przydatności 6 miesięcy od daty produkcji.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmodyfikował termin ważności w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SWZ).

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w opakowaniu zawierającym 50 sztuk, i tym samym 2 takie opakowania zaokrąglając ilość probówek do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmodyfikował specyfikację dla zadania nr 23 określając wielkość opakowania. Dla poz. 2 jest to opakowanie od 20 do 50 probówek (po 10 ml). Modyfikacji uległa jednostka miary i zamawiana ilość. Zmiana została opublikowana w dniu 13.03.2026 roku w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00155037.

Dotyczy: Pytanie do Zamawiającego

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie uzupełnienia projektu umowy o zapis dotyczący minimalnej wartości zamówienia jednostkowego, tj. określenie minimalnej wartości netto pojedynczego zamówienia składanego przez Zamawiającego w ramach umowy. Proponowany zapis: "Minimalna wartość netto pojedynczego zamówienia składanego przez Zamawiającego wynosi _____ zł (np. 500 zł netto)." Uzasadnienie: Wprowadzenie minimalnej wartości zamówienia jednostkowego ma na celu zapewnienie racjonalności i efektywności ekonomicznej realizacji umowy przez Wykonawcę. Obsługa bardzo niskocennych zamówień jednostkowych (np. o wartości kilkudziesięciu złotych) może wiązać się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami logistycznymi, administracyjnymi oraz operacyjnymi, co w praktyce może wpływać negatywnie na terminowość i jakość realizacji dostaw. Ustalenie minimalnej wartości jednostkowego zamówienia pozwala na bardziej efektywne planowanie dostaw oraz optymalizację kosztów po stronie Wykonawcy, bez uszczerbku dla interesu Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy o proponowany zapis. Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżącego zapotrzebowania Laboratorium.

Z wyrazami szacunku

Bartosz Walewski

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kętrzynie
Bartosz Walewski
mgr analityki medycznej

Sporządziła: Agnieszka Jowska