


Do realizacji



Kierownik Budowy  
mgr inż. Marek Kwasiborski  
Upr. bud. Wa - 80/02

Obiekt  
**KOMPLEKS BIUROWO  
-LABORATORYJNO  
-PRODUKCYJNY  
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM,  
GM. NIEPORET**

Inwestor **AMMONO sp. z o.o.**  
00-377 Warszawa  
Ul. Czerwonego Krzyża 2/31

Biuro Projektowe  
**AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES SP. Z O.O.**  
03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 25, tel. 616 37 98 (fax 99)

Biuro Projektowe Branżowe  
**PRACOWNIA PROJEKTOWA "SANMED"**  
BIURO TECHNICZNE  
01-633 WARSZAWA  
UL. GDAŃSKA 2/82  
tel. (0-22) 832-23-21  
sonmed@sanmed.waw.pl

GENERALNY PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
MGR INŻ. MAREK JANISZEWSKI	St-126/80	M. Janusz
AUTORSKI ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
MGR INŻ. GRZEGORZ HERKA		Herka
WERYFIKACJA	Nr upr.	Podpis
DR INŻ. ANNA SARAMA	MAZ/0119/	Anna Sarama


Faza projektu **DOKUMENTACJA PONYKONAWCZA**  
**PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP I**

Branża  
**INSTALACJE TECHNOLOGICZNE**

Tytuł rysunku  
**INSTALACJA PRÓŻNIOWA  
SCHEMAT**

Numer rysunku  
**AM - PW - IT - 09 00 00**

OBIEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	ARKUSZ	REW.
Nr rewizji	Opis rewizji				
-	-				
Skala	Data	Rysował	Str		
-	07.2005	GH			



ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY PRÓŻNI  
V=225 dm<sup>3</sup>  
STAL 0H18H9  
Ø477x1000 mm  
PROD. ARTVAC KRAKÓW  
tel. (012)4137447

MEMBRANOWA POMPA PRÓŻNIOWA TYP MP601Ep  
V=63 dm<sup>3</sup>/min  
P=75 hPa  
PROD. ARTVAC KRAKÓW  
tel. (012)4137447

mgr inż. Tomasz Buda  
upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w sferze instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  
nr ewid. 583nLb/2002

INSPEKTOR NADZORU  
ROBOT SANITARNYCH  
inż. Magda Kłm  
upr. bud. Nr Wa

**DOKUMENTACJA  
WYKONAWCZA**