

Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/16/2025

Busko – Zdrój, dnia 25.02.2026 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.). *Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2026 r., numer ogłoszenia 2026/BZP 00112864.*

Odpowiedzi na zapytania

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Pytanie nr 1

Dot. Pakiet 2 poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakiet 2 poz 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8 cm x 15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakiet 7 poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu o grubości $30 \pm 5 \mu$, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, o współczynniku para przepuszczalności $800 \pm 200 \text{g/m}^2/24\text{h}$, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości min. 4,25cm ułatwiające aplikację. Powierzchnia lepna $30 \times 28 \text{cm}$ powierzchnia całkowita $28 \times 38,5 \text{cm}$ Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkownika. Wyrób medyczny klasy Is.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Pakiet 7 poz 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w tej pozycji miał również na myśli folię bakteriobójczą. Jeżeli tak, to prosimy o dopuszczenie: Sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości $25 \pm 5 \mu\text{m}$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna $34 \times 40 \text{cm}$ (całkowita $40 \times 40 \text{cm}$), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakiet 7 poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µm; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Pakiet 7 poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku bez glukonianu chlorheksydyny, do wkluc naczyńniowych, przezroczystego, umożliwiającego ciągłą widoczność miejsca wklucia. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Pakiet 7 poz 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków do zamykania brzegów ran, koperta a 6 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot.Pytanie nr 8

Dot. Pakiet 12 oraz 13

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał wymogi prawne dot. obrotu refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ.

Pytanie nr 9

Dot. Pakiet 12 pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) Rozmiar 15cmx 20cm, szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Pakiet 12 pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) Rozmiar 20cmx 20cm, szt

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/16/2025

Pytanie nr 11

Dot. Pakiet 13 pozycja 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) Rozmiar 15cmx 20cm, szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. Pakiet 13 pozycja 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) Rozmiar 20cmx 20cm, szt

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dot. Pakiet 13 pozycja 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasty 15g z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Janina Dobaj

DYREKTOR
ZOZ w Busku-Zdroju

Janina Dobaj

DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów
Sporządził: *Waleria Koutow*
Zatwierdził: