



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Numer postępowania: ZPO.272.1.5.2026
Olsztyn, 31.03.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024, poz.1320 z póź.zm) na sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2026/BZP 00170299/01

Zamawiający, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z póź.zm.) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SWZ wyżej wymienionego postępowania.

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, w zakresie część 38, poprzez podanie średnicy probówek, do których wymagane są korki. U większości producentów średnica dolna i górna korka nie przekracza 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga korków kompatybilnych z probówkami o średnicy 11 mm.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie część 38 korki celulozowe średnicy podstawy 14 mm oraz górnej części 16 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza korków celulozowych o średnicy podstawy 14 mm oraz górnej części 16 mm, ponieważ oferowane korki posiadają zbyt szeroką podstawę, co uniemożliwia ich prawidłowe zastosowanie. Korki muszą pasować do konkretnego typu probówek o średnicy 11 mm.

Pytanie 3

Dotyczy części nr 9

Pozycja nr 1 – 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania końcówek pakowanych w worek po 1000 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pakowanie końcówek w worku po 1000 sztuk.

Pytanie 4

Dotyczy części nr 15

Pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pipet o długości 162 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pipety o długości od 150 mm do 162 mm.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

ul. Żołnierska 16 | 10-561 Olsztyn

+48 89 524 83 00

adres e-mail: wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-89978-14535-VFTRG-08

Pytanie 5

Dotyczy części nr 27

Pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Płytek pakowanych w rękawy po 15 sztuk i wycenę 640 takich opakowań, tj. razem 9600 sztuk, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga płytek pakowanych maksymalnie po 25 sztuk w rękawie. Dopuszcza możliwość dostarczenia dowolnej liczby opakowań zbiorczych, o ile liczba płytek w pojedynczym opakowaniu nie będzie większa niż 25 i łączna liczba płytek będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Należy wówczas dokonać zmiany formularza cenowego – załącznik nr 1/27 do SWZ w pozycji 1 w kolumnie D „ilość” oraz w kolumnie E „jednostka miary”.

Pytanie 6

Dotyczy części nr 27

Pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Płytek pakowanych w rękawy po 25 sztuk, w op. zbiorczym w sposób: 24x25/600 sztuk i wycenę 68 takich opakowań, tj. razem 40800 sztuk, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia mniejszej ilości opakowań zbiorczych zawierających większą liczbę płytek, o ile łączna liczba płytek oraz ilość w pojedynczym opakowaniu są zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Należy wówczas dokonać zmiany formularza cenowego – załącznik nr 1/27 do SWZ w pozycji 2 w kolumnie D „ilość” oraz w kolumnie E „jednostka miary”.

Pytanie 7

Dotyczy Projektu umowy § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów dotyczących projektu umowy.

Pytanie 8

Dotyczy części 3

Pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści szalki pakowane po 10 szt w rękawie ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza szalki pakowane po 10 sztuk.

Pytanie 9

Dotyczy części 3

Pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści szalki o śr. 55mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szalek o średnicy 55 mm.

Pytanie 10

Dotyczy części 3

Pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści szalki pakowane po 10szt w rękawie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza szalki pakowane po 10 sztuk.

Pytanie 11

Dotyczy części 15

Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pipetki o dł 155mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pipetki o długości 155 mm.

Pytanie 12

Dotyczy części 15

Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści pipety o pojemności całkowitej 4ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pipety o pojemności całkowitej 4ml.

Pytanie 13

Dotyczy części 29

Pozycja 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści szalki pakowane po 10 szt w rękawie .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na produkt pakowany po 10 sztuk w rękawie. W wymaganiach jakościowych wskazano przedział akceptowalnej ilości pakowania płytek w rękawie, tj. od 15 do 25 płytek w rękawie.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza w części 19 opakowanie a' 60 szt., łącznie 6 opakowań?

Mniejsza jednostka konfekcjonowania produktu nie stanowi problemu ani w użytkowaniu, ani w magazynowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie a' 60 szt., łącznie 6 opakowań, o ile łączna liczba butelek będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Należy wówczas dokonać zmiany formularza cenowego – załącznik nr 1/19 do SWZ w kolumnie D „ilość” oraz w kolumnie E „jednostka miary”.

Pytanie 15

Dotyczy części 6

Pozycja 3: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sączków z włókna szklanego GF/A, średnica filtra 110 mm, zatrzymywanie cząstek 1,6 µm, współczynnik przepływu s/100-4,3, gramatura filtra 52g/m², grubość filtra 260 µm, wytrzymałość filtra na mokro – 2,9psi.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji przedmiotu zamówienia w pozycji 3 załącznika nr 1/6 do SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy części 8

Pozycje 1, 2, 3, 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ich ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Należy wówczas dokonać zmiany formularza cenowego – załącznik nr 1/8 do SWZ w pozycji 1,2,3,4 w kolumnie D „ilość” oraz w kolumnie E „jednostka miary”.

Pytanie 17

Dotyczy części 8

Pozycja 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumn o pojemności 5000ng?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Dotyczy części 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumn z min. 8-mio miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Sporządziła: Aneta Szczepińska

Zatwierdzam:

Z upoważnienia Dyrektora WSSE w Olsztynie

dr Elwira Stupienko

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

/podpis elektroniczny/