



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1**

tel. centrala 63 2805500, fax. 63 2788400, sekretariat 63 2805600  
NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 17 lutego 2026 r.

SP ZOZ / DZ / 185 / 2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę odczynników do wykonywania badań serologicznych z zastosowaniem mikrometody kolumnowo-żelowej z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-5/2026.

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy SWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 5 oraz Załącznika nr 5 do SWZ, UMOWA DOSTAWY – projekt umowy, § 2, ust. 3 oraz Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 3 – Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści, aby dostawy do laboratorium odbywały się zgodnie z rocznym harmonogramem (13 dostaw w roku) z uwagi na specyfikę dostarczanych odczynników (krwinki, zestawy do codziennej wewnętrznej kontroli jakości), których data ważności wynosi 4-5 tygodni, natomiast zamówienia składane w trybie CITO realizowane będą w terminie do 72h.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. Dotyczy SWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 13 oraz Załącznika nr 5 do SWZ, UMOWA DOSTAWY – projekt, § 3, ust. 7. – Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart pakowanych po maksymalnie 50 sztuk z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego oraz krwinek wzorcowych i zestawów do codziennej wewnętrznej kontroli jakości z terminem ważności 4-5 tygodni od daty dostarczenia i pływu do co miesięcznej dekontaminacji analizatorów z terminem ważności minimum 2 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, jednocześnie informuje iż termin zgodnie z zapisami SWZ termin ważności odczynników wynosił 6 miesięcy, a krwinek wzorcowych 4-5 tygodni.

3. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia pkt. 2 – Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści, a tym samym uzna za warunek spełniony, zaoferowanie analizatora wyprodukowanego w 2018 roku, systemu „back-up”-wirówki wyprodukowanej w 2018 roku, po pełnym przeglądzie serwisowym na których Zamawiający obecnie pracuje.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

4. Dotyczy Załącznika nr 3, Specyfikacja techniczna, pkt. 6 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora, który umożliwi wykorzystanie każdej kolumny na karcie (z kart częściowo wykorzystanych w poprzednich badaniach) bez ograniczenia czasowego, jakie wynika z jej otwarcia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

5. Dotyczy Załącznika 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, Szczegółowe wymagania, pkt. 9 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania polegającego na zastosowaniu w oferowanym analizatorze czujnika detekcji uderzenia, co pozwala chronić igłę przed skrzywieniem lub złamaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

6. Dotyczy SWZ, Rozdział VIII Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych, pkt 3 pkt 3) oraz Załącznika 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 11 oraz Załącznika nr 5 do SWZ, UMOWA DOSTAWY – projekt, §3 ust. 1 oraz § 4 ust. 11 , oraz Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 7. – Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dopuszczenia do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej oraz posiadania certyfikatu jakości, deklaracji CE i kart charakterystyki dotyczy tylko tych wyrobów medycznych, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, natomiast prosi o dostarczenie stosownego oświadczenia informującego dla jakich wyrobów powyższe dokumenty nie są wymagane.

7. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, Szczegółowe wymagania, pkt. 12 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, pisząc „Analizator umożliwiający otwieranie pojedynczych kolumn na mikrokarcie – jednoczesne otwieranie kart i dozowanie” ma na myśli analizator, który jednym ruchem nakłuwa pojedynczą kolumnę i dozuje zadany materiał/odczynnik.

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli otwieranie pojedynczych kolumn na mikrokarcie.

8. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, Szczegółowe wymagania, pkt. 14 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie pipety automatycznej, końcówek do pipety automatycznej, drukarki kodów kresowych, odczynnika do dekontaminacji, które pochodzą od innego producenta, niż analizator.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

9. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, Szczegółowe wymagania, pkt. 19 – W związku z zapisem „Wykonawca zapewnia odczynniki do wykonania walidacji metody” prosimy o wskazanie rodzaju oraz szacunkowej ilości odczynników wymaganych do przeprowadzenia walidacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odczynniki do walidacji zostały wliczone w ilości badań.

10. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, Parametry oceniane, pkt.1 – W odniesieniu do wymogu: „Odczynniki do metody manualnej konfekcjonowane w taki sam sposób (z tym samym numerem katalogowym i w tej samej pozycji formularza asortymentowo cenowego) i stosowane zamiennie z odczynnikami do analizatora”, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rozwiązania i przyzna punkty, w którym przygotowanie krwinek czerwonych odbywa się w jednej stacji roboczej, przy zachowaniu tej samej konfekcji oraz identycznego numeru katalogowego odczynników stosowanych zarówno metodą manualną, jak i na analizatorze.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wykorzystanie jednej stacji roboczej — bez konieczności dodatkowych kuwet, pojemników lub elementów eksploatacyjnych — spełnia warunek stosowania odczynników w sposób zamienny, ponieważ nie generuje żadnych dodatkowych odpadów i nie wpływa na sposób konfekcjonowania odczynników.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

11. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, Parametry oceniane, pkt.2 – W nawiązaniu do wymogu: „Chłodzenie odczynników krwinkowych (...) na pokładzie analizatora. Możliwość ich przechowywania przez min. 7 dni na pokładzie analizatora”, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści jako spełniające wymaganie rozwiązanie, w którym krwinki wzorcowe mogą być przechowywane na pokładzie analizatora przez okres do 5 dni, bez konieczności ich wyjmowania. Zgodnie z liczbą badań wskazaną w tabeli asortymentowo-cenowej, przewidywane zużycie jednego zestawu krwinek następowałoby w ciągu 4–5 dni, co odpowiada okresowi ich stabilności.

Prosimy o potwierdzenie, czy w takim przypadku Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty przewidziane za to kryterium.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

12. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, Parametry oceniane, pkt.3 – Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zapisie „konserwacja analizatora wykonywane przez

użytkownika – nie częściej niż 1 raz w miesiącu”, ma na myśli dekontaminację analizatora 1 raz w miesiącu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

13. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Specyfikacja techniczna, Parametry oceniane, pkt.6 – W odniesieniu do kryterium oceny ofert, zgodnie z którym Zamawiający przyznaje 5 punktów za zaoferowanie rozwiązania umożliwiającego przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej (18–25°C), zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy za spełnienie tego kryterium zostanie również uznana oferta, w której:

- wszystkie zaoferowane mikrokarty z wyjątkiem jednej pozycji spełniają warunek przechowywania w temperaturze pokojowej 18–25°C;

- natomiast mikrokarty do oznaczania antygenów AB0 u dawców, zgodnie z dokumentacją producenta, wymagają przechowywania w temperaturze 2–8°C w aspekcie długoterminowym, przy jednoczesnym dopuszczeniu krótkoterminowego przechowywania (do 30 dni), w temperaturze pokojowej.

Z danych zawartych w formularzu cenowym wynika, że miesięczne zużycie tej jednej pozycji wynosi ok. 3 opakowania, co daje łączną objętość ok 7,2 litra – a zatem miesięczny zapas mieści się na 1 standardowej półce chłodziarki.

Uzasadnienie:

Uważamy, że oferowane przez nas rozwiązanie w praktyce realizuje intencje Zamawiającego, jaką jest możliwie największe uproszczenie warunków przechowywania mikrokart.

Dopuszczenie jednego wyjątku – przy uwzględnieniu:

- możliwości krótkoterminowego przechowywania tej pozycji, temperaturze pokojowej,

- niewielkiej objętości miesięcznego zapasu,

- braku wpływu takiego wyjątku na organizację pracy, nie obciążą procesów Zamawiającego, a jednocześnie może przynieść dodatkowe korzyści, takie jak szerszy zakres funkcjonalności.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyznania 5 punktów również dla rozwiązania, w którym tylko jeden rodzaj mikrokart wymaga przechowywania w temperaturze 2–8°C.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

14. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Zestawienie ofertowo-cenowe – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zapewnienia zewnętrznej laboratoryjnej kontroli kwartalnej w ramach umowy, a także nie wymaga umieszczenia jej i wyceny w formularzu ofertowo-cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Zestawienie ofertowo-cenowe – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, wyraża zgodę na dodanie wierszy w celu wyceny dodatkowych odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

16. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Zestawienie ofertowo-cenowe – Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga w ramach zapewnienia materiałów zużywalnych, etykiet do drukarki kodów kreskowych? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości etykiet, które należy wycenić.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga etykiet.

17. Dotyczy SWZ, Rozdział VIII Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych, pkt 3 pkt 3) – Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści, aby potwierdzenie wymagań Zamawiającego i parametrów ocenianych oferowanego przedmiotu zamówienia było potwierdzone zapisami innymi niż w katalogach, folderach, instrukcji producenta tj. oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnianie danego parametru wymaganego, wydruki z analizatora itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

18. Dotyczy SWZ, Rozdział VIII Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych, pkt 3 pkt 3) – W związku z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, w których wskazano konieczność potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego w dokumentacji (np. instrukcji obsługi, kartach katalogowych), zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie potwierdzenia zgodności tych parametrów poprzez opisy funkcjonalności zawarte w dokumentacji, które nie są dosłownym odwzorowaniem brzmienia wymagań SWZ, ale jednoznacznie wskazują na spełnienie danego parametru.

Nasza prośba wynika z faktu, że dokumentacja producenta może posługiwać się inną terminologią lub innym sposobem opisu funkcji, które jednak w pełni odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Dopuszczenie takiej interpretacji pozwoli uniknąć nieuzasadnionego odrzucenia ofert oraz zapewni uczciwą konkurencję.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie oceniał zgodność parametrów również na podstawie merytorycznej treści dokumentów, a nie wyłącznie ich literalnego brzmienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji, równocześnie informuje iż w przypadku różnic w terminologii wymaga zaznaczenia którego punktu w załączniku nr 2 lub 3 dotyczy dokument.

19. Dotyczy SWZ, Rozdział VIII Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych, pkt 3 pkt 3) – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych podlegających ocenie, pozostałe wymagania opisane w OPZ, w szczególności dotyczące zasad realizacji umowy, czynności po podpisaniu umowy, będą traktowane jako zobowiązania umowne Wykonawcy i nie będą wymagały potwierdzenia przedmiotowymi środkami dowodowymi na etapie składania ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga Certyfikaty jakości, dokumenty dopuszczające oferowane wyroby do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w służbie zdrowia (deklaracja CE) – Zamawiający prosi o zaznaczenie której pozycji dotyczy dokument.

20. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, UMOWA DOSTAWY – projekt, § 9 ust. 1 – Mając na uwadze, że opóźnienie, może wystąpić z powodu szeregu okoliczności, w głównej mierze niezależnych od Wykonawcy uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu jak poniżej:

„W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,4 % wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

21. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, UMOWA DOSTAWY – projekt, § 9 ust. 3 – Mając na uwadze, że opóźnienie, może wystąpić z powodu szeregu okoliczności, w głównej mierze niezależnych od Wykonawcy uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu jak poniżej:

„W przypadku zwłoki w dostarczeniu analizatora w przewidzianym terminie Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

22. Czy Zamawiający w ramach pkt. 12 szczegółowych wymagań – opis parametrów odczynników i sprzętu (załącznik nr 3 do SWZ) dopuści zaoferowanie analizatora, który umożliwia otwieranie pojedynczych mikrokolumn przy pomocy specjalnego modułu dziurkującego dedykowanego do każdego typu mikrokart, a następnie dozuje materiał badany przy pomocy modułu pipetującego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

23. Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m.in. produktów krwinkowych) Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się średnio raz na miesiąc, zgodnie z załączonym do oferty/dostarczonym raz w roku harmonogramem dostaw na dany rok,

uwzględniającym technologię produkcji asortymentu, a termin dostawy wynoszący 3 dni robocze (o którym mowa w pkt. 3 §2 wzoru umowy – Załącznik nr 5) będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy w treści oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

24. W związku z brakiem informacji o terminie instalacji analizatora, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie automatycznego analizatora w siedzibie Zamawiającego w ciągu 21 dni roboczych od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga instalacji analizatora oraz gotowości do użytkowania, w pierwszym dniu obowiązywania niniejszej umowy.

25. Prosimy o potwierdzenie, że oferowany sprzęt back-up (wirówka i pipeta manualna) analogicznie jak automatyczny analizator, może być używany, nie starszy niż z 2020 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowana analizator.

26. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach punktu ocenianego nr 4 (Załącznik nr 3 do SWZ), Zamawiający przyzna 5 pkt. wykonawcy, który wykaże najwyższą wydajność analizatora w zakresie wykonania oznaczenia antygenów układu ABO, izoaglutynin, oznaczenia antygeny D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał w teście PTA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

- 1) SWZ, w rozdziale XV, pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21 marca 2026 roku.”
- 2) SWZ, w rozdziale XVII, pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2026 r. do godziny 8:30.
- 3) SWZ, w rozdziale XVII, pkt 2, otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2026 r. o godzinie 9:15.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

/-/

dr n. med. Jacek Sawicki

Sporządził:

Imię i nazwisko – Agata Cebula  
Stanowisko – Specjalista  
Numer telefonu 63 280 5615