



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

tel. centrala 63 2805500, fax. 63 2788400, sekretariat 63 2805600
NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 23 lutego 2026 r.

SP ZOZ / DZ / 225 / 2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę odczynników do wykonywania badań serologicznych z zastosowaniem mikrometody kolumnowo-żelowej z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-5/20026.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, przekazuje następujące informacje – Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną zamówienia i parametrami ocenianymi:

Grifols Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, cena zamówienia 398 664,90 zł, parametry oceniane:

1. Odczynniki do metody manualnej konfekcjonowane w taki sam sposób (z tym samym numerem katalogowym i w tej samej pozycji formularza asortymentowo-cenowego) i stosowane zamiennie z odczynnikami do analizatora. – *TAK – 5 pkt. Odczynniki do metody manualnej konfekcjonowane w taki sam sposób (z tym samym numerem katalogowym i w tej samej pozycji formularza asortymentowo-cenowego) i stosowane zamiennie z odczynnikami do analizatora. – zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 17.02.2026r.*
2. Chłodzenie odczynników krwinkowych (do badania grupy i przeciwciał odpornościowych) na pokładzie analizatora. Możliwość ich przechowywania przez min 7 dni na pokładzie analizatora. – *NIE – 0 pkt.*
3. Wymagana przez producenta konserwacja analizatora wykonywane przez użytkownika – nie częściej niż 1 raz w miesiącu (potwierdzenie spełnienia wymagania w materiałach producenta – załączyć do oferty) – *TAK – 5 pkt. Wymagana przez producenta konserwacja analizatora wykonywane przez użytkownika – nie częściej niż 1 raz w miesiącu (potwierdzenie spełnienia wymagania w materiałach producenta – załączyć do oferty) – zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 17.02.2026r*
4. Wydajność analizatora w zakresie wykonania oznaczenia antygenów układu ABO, izoaglutynin, oznaczenia antygeny D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał w teście PTA. – *TAK – 5 pkt. Wydajność analizatora w zakresie wykonania oznaczenia antygenów układu ABO, izoaglutynin, oznaczenia antygeny D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał w teście PTA wynosi 12 badań / godzinę.*
5. Karty do oznaczeń grupy krwi dawcy i biorcy przy próbie zgodności zawierające kolumnę z kontrolą wewnętrzną – *TAK – 5 pkt. Karty do oznaczeń grupy krwi dawcy i biorcy przy próbie zgodności zawierające kolumnę z kontrolą wewnętrzną.*
6. Możliwość przechowywania wszystkich oferowanych mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 st.C). – *TAK – 5 pkt. Możliwość przechowywania wszystkich oferowanych mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 st.C). – zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 17.02.2026r.*

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
dr n. med. Jacek Sawicki