

ZESPÓŁ PLACÓWEK
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Szkolna 15, tel. 41 252 48 17
NIP: 663 18 555 18 REGON: 260407384

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.03.2026 r.

Wszyscy zainteresowani

I WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Skarżysku-Kamiennej”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji warunków zamówienia.

Zestaw I

Pytanie 1

W Opisie przedmiotu zamówienia – część 3 w pkt. 2 opisana została Lupa elektroniczna.

Wśród wymagań są:

- powiększenie min. zakres od 0,4 x do 24 x,
- łączność bezprzewodowa Miracast i Bluetooth
- W komplecie: 4 wtyczki zasilania specyficzne dla poszczególnych krajów i regionów (UE, USA, UK i AU).

W celu zwiększenia konkurencyjnego postępowania wnosimy o usunięcie wymagania:

- łączność bezprzewodowa Miracast i Bluetooth.

Miracast czyli rodzaj łączności bezprzewodowej, nie jest technologią powszechnie stosowaną, szczególnie w obszarze lup elektronicznych i powiększalników. Wymaganie takiej funkcjonalności całkowicie ogranicza dostępność innych w pełni wartościowych i funkcjonalnych produktów, spełniających wymagania Zamawiającego.

- 4 wtyczki zasilania specyficzne dla poszczególnych krajów i regionów (UE, USA, UK i AU);
- Urządzenie będzie wykorzystywane na terenie Polski, dlatego nie powinno się wymagać posiadania wtyczek dla USA, UK, czy AU.

Prosimy także o zmianę wymagań zgodnie z poniższym:

- powiększenie min. zakres od 2,7 x do 19.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru „powiększenie min. zakres od 0,4 x do 24 x”. Ponadto Zamawiający usuwa następujące wymogi:

- łączność bezprzewodowa Miracast i Bluetooth
- w komplecie: 4 wtyczki zasilania specyficzne dla poszczególnych krajów i regionów (UE, USA, UK i AU).

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 2

W Opisie przedmiotu zamówienia – część 3 w pkt. 3 opisane zostało Urządzenie lektorskie.

Jednym z wymagań jest:

- gniazdo kart SD.

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowanie innych w pełni funkcjonalnych i pełnowartościowych urządzeń lektorskich, spełniających wymagania Zamawiającego wnioskujemy o usunięcie tego wymagania. W celu otwarcia lub zapisania dokumentów wystarczające jest wykorzystanie pamięci zewnętrznej typu pendrive przez złącze USB.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w wymagań.

Ponadto działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, oraz termin związania ofertą określone odpowiednio w rozdziale XIII.2, XIV.1 oraz XI.1 Specyfikacji warunków zamówienia, tj.:

- termin składania ofert: zamiast "do dnia 10.03.2026r. godz. 11:00" zmienia się "**do dnia 13.03.2026r. godz. 11:00**";

- termin otwarcia ofert: z dnia "10.03.2026r. godz. 12:00" **na dzień "13.03.2026r. godz. 12:00"**;

- **termin związania ofertą**: zamiast „do 08.04.2026r.” zmienia się „**do 10.04.2026r.**”.

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w następującym obszarze: Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie sekcji VIII pkt 8.1) „Termin składania ofert”, pkt 8.3) „Termin otwarcia ofert”, oraz pkt 8.4) „Termin związania ofertą”.

Następnie zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

DYREKTOR

M. Kruk
mgr Marcin Kruk