

Toruń, 17.03.2026 r.

**Specjalistyczny Szpital Miejski  
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu  
ul. Batorego 17/19  
87-100 Toruń,**

SSM.DZP.200.83.2026

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „**Dostawa końcówek do SHAVERA firmy LINVATEK**” wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej:

### **Pytanie 1**

poz.1 Końcówki do Shavera: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie końcówek do shavera o średnicy 3,4 mm, w sytuacji gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została średnica 3,5 mm (produkt firmy Lanvotek).

Oferowane przez nas końcówki o średnicy 3,4 mm różnią się jedynie nieznacznie (o 0,1 mm) od wskazanego parametru, co nie wpływa na ich funkcjonalność ani jakość pracy. Jednocześnie są one w pełni kompatybilne z urządzeniami firmy Lanvotek.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek o średnicy 3,4 mm jako rozwiązania równoważnego.

### **Odpowiedź**

*Zamawiający dopuszcza.*

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kompatybilne końcówki do shavera firmy Linvatec z pominięciem nr kat. C9951A, C9911A, C9031 ?

### **Odpowiedź**

*Zamawiający dopuszcza.*

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia o kompatybilności wystawione przez dystrybutora?

### **Odpowiedź**

*Zamawiający dopuszcza.*

.....