

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykonawca:

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla zamówienia pn.:

**Część nr 2: Dostawa holtera RR – 5 szt.
realizowana w ramach projektu pod nazwą
„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.**

L.p.	Minimalne parametry techniczne lub funkcjonalne	Charakterystyka / wymagania minimalne
1.	Fabrycznie nowy	TAK
2.	Tryb pracy co najmniej: manualny/automatyczny/na zadanie	TAK
3.	Zakres pomiarów : min.10 mmHg – max 270 mmHg	TAK
4.	Kolorowy ekran OLED	TAK
5.	Metoda pomiaru: oscylometryczna	TAK
6.	Aparat wyposażony co najmniej w gniazdo USB do komunikacji z komputerem	
7.	Transfer danych przez port USB	TAK
8.	Mierzone dane (co najmniej): ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i pulsu	TAK
9.	Pamięć: min. 200 pomiarów	TAK
10.	Wskaźnik stanu baterii	TAK
11.	W zestawie z rejestratorem co najmniej: pokrowiec, pasek biodrowy, mankiet, baterie, instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
12.	Możliwość prania mankieta (części materiałowej) i dezynfekcji	TAK
13.	Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA	TAK
14.	Minimalny (wymagany) okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z SWZ. Punktacja w tym kryterium znajduje się w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).	min. 24 miesiące