

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Dostawa sprzętu medycznego w podziale na 2 części:**  
**Cz. 1: Dostawa holtera EKG – 7 szt;**  
**Cz. 2: Dostawa holtera RR – 5 szt.**  
**w ramach zad.: „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276985281

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Plac Wolności 23

**1.4.2.) Miejscowość:** Ogrodzieniec

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 42-440

**1.4.4.) Województwo:** śląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** administracja@spzoz.ogrodzieniec.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.spzoz.ogrodzieniec.pl/>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00111318

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2026-02-13

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00102785

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część nr 2: Dostawa holtera RR – 5 szt;

Minimalne parametry techniczne lub funkcjonalne:

1. 1. Fabrycznie nowy

2. Tryb pracy co najmniej: manualny/automatyczny/na zadanie

3. Zakres pomiarów : min.10 mmHg – max 270 mmHg

4. Kolorowy ekran OLED

5. Metoda pomiaru: oscylometryczna

6. Aparat wyposażony co najmniej w gniazdo USB do komunikacji z komputerem

7. Transfer danych przez port USB

8. Mierzone dane co najmniej: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i pulsu

9. Pamięć: min. 200 pomiarów

10. Wskaźnik stanu baterii

11. W zestawie z rejestratorem co najmniej: pokrowiec, pasek biodrowy, mankiety, baterie, instrukcja obsługi w języku

polskim

12. Możliwość prania mankietu (części materiałowej) i dezynfekcji

13. Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA

14. Minimalny (wymagany) okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z SWZ.

Punktacja w tym kryterium znajduje się w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).

Po zmianie:

Część nr 2: Dostawa holtera RR – 5 szt;

Minimalne parametry techniczne lub funkcjonalne:

1. 1. Fabrycznie nowy

2. Tryb pracy co najmniej: manualny/automatyczny/na zadanie

3. Zakres pomiarów : min.0 mmHg – max 300mmHg

4. Kolorowy ekran OLED

5. Metoda pomiaru: oscylometryczna

6. Aparat wyposażony co najmniej w gniazdo USB do komunikacji z komputerem

7. Transfer danych przez port USB

8. Mierzone dane co najmniej: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i pulsu

9. Pamięć: min. 200 pomiarów

10. Wskaźnik stanu baterii

11. W zestawie z rejestratorem co najmniej: pokrowiec, pasek biodrowy, mankiety, baterie, instrukcja obsługi w języku

polskim

12. Możliwość prania mankietu (części materiałowej) i dezynfekcji

13. Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA

14. Minimalny (wymagany) okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z SWZ.

Punktacja w tym kryterium znajduje się w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2026-02-17 10:00

Po zmianie:

2026-02-18 10:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2026-02-17 10:30

Po zmianie:

2026-02-18 10:30