

Nr sprawy: ZP/2/2026

Ogrodzieniec, dnia 13.02.2026 r.

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn.:

**Dostawa sprzętu medycznego w podziale na 2 części:**

**Część nr 1: Dostawa holtera EKG – 7 szt;**

**Część nr 2: Dostawa holtera RR – 5 szt.**

**realizowana w ramach projektu pod nazwą  
„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.**

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., udziela niniejszym wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawców:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Holter RR z zakresem pomiarowym 0 - 300 mmHg? Oferowane urządzenie mierzy w wymaganym przez Zamawiającego zakresie 10-270 mmHg, ponadto szerszy zakres pomiarów oferuje większą uniwersalność.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

- II. Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 286 ust. 1 ustawy Pzp., dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

#### **1) Załącznik nr 4 do SWZ – OPZ pkt 3 tabeli w OPZ na:**

3.	Zakres pomiarów : min.0 mmHg – max 300mmHg	TAK
----	--	-----

#### **2) Załącznik nr 1A – Szczegółowa oferta przedmiotowa - pkt 3 tabeli na:**

3.	Zakres pomiarów : min.0 mmHg – max 300mmHg	TAK	TAK/NIE <sup>1</sup>
----	--	-----	----------------------

<sup>1</sup> Niewłaściwe skreślić

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowią odpowiednio jej zmianę oraz są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający w załączeniu przekazuje:

- Zaktualizowany Załącznik nr 4 do SWZ – OPZ.
- Zaktualizowany Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowa oferta przedmiotowa.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmiany, które wprowadził zostały zaznaczone **kolorem czerwonym**.

**III. Mając na uwadze powyższe Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp., zmienia terminy:**

- 1) składania ofert: z **17.02.2026 r.** o godz. 10:00, na **18.02.2026 r. o godz. 10:00**,
- 2) otwarcia ofert: z **17.02.2026 r.** o godz. 10:30, na **18.02.2026 r. o godz. 10:30**,
- 3) związania ofertą: z **18.03.2026 r.** na **19.03.2026r.**

Z poważaniem

Załączniki:

- Zaktualizowany Załącznik nr 4 do SWZ – OPZ.
- Zaktualizowany Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowa oferta przedmiotowa.

**Do zamieszczenia:**

[strona internetowa prowadzonego postępowania.](#)

