

Nr sprawy: ZP/2/2026

Ogrodzieniec, dnia 17.02.2026 r.

WYJAŚNIENIA_2 I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_3

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn.:

Dostawa sprzętu medycznego w podziale na 2 części:

Część nr 1: Dostawa holtera EKG – 7 szt;

Część nr 2: Dostawa holtera RR – 5 szt.

**realizowana w ramach projektu pod nazwą
„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.**

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., udziela niniejszym wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawców:

Pytanie nr 1:

DOTYCZY CZĘŚCI 2

Pytanie 1 (dot. dostawa holtera RR – 5 szt.)

Czy Zamawiający dopuści rejestrator ABPM pracujący w trybie automatycznym (wg zaprogramowanych interwałów dziennych i nocnych) oraz z możliwością wykonania pomiaru na żądanie pacjenta, bez wyodrębnionego trybu manualnego, ponieważ w standardzie ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM) badanie opiera się na automatycznych pomiarach realizowanych według harmonogramu oraz ewentualnych pomiarach inicjowanych przez pacjenta, natomiast odrębny tryb „manualny” nie stanowi elementu metodologii diagnostycznej ABPM i nie wpływa na wartość kliniczną badania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 2:

DOTYCZY CZĘŚCI 2

Pytanie 2 (dot. dostawa holtera RR – 5 szt.)

Czy Zamawiający dopuści rejestrator ABPM o zakresie pomiarów ciśnienia:

- skurczowego 40–260 mmHg, rozkurczowego 25–200 mmHg,

ponieważ wskazany zakres w pełni obejmuje wartości występujące w praktyce klinicznej oraz jest w zupełności wystarczający do diagnostyki nadciśnienia tętniczego, hipotensji oraz dobowej zmienności ciśnienia w badaniu ABPM, nie ograniczając wartości diagnostycznej badania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:
DOTYCZY CZĘŚCI 2

Pytanie 3 (dot. dostawa holtera RR – 5 szt.)

Czy Zamawiający dopuści rejestrator ABPM wyposażony w standardowy wyświetlacz prezentujący wartości ciśnienia w postaci liczbowej, bez kolorowego ekranu OLED, ponieważ w ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego funkcja wyświetlacza ogranicza się do prezentacji podstawowych parametrów pomiaru a zastosowanie kolorowego ekranu OLED nie wpływa na jakość, dokładność ani wartość diagnostyczną badania ABPM?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

- II. Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 286 ust. 1 ustawy Pzp., dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) Załącznik nr 4 do SWZ – OPZ pkt 2 tabeli w OPZ na:

2	Tryb pracy: rejestrator pracujący w trybie automatycznym (wg zaprogramowanych interwałów dziennych i nocnych) oraz z możliwością wykonania pomiaru na żądanie pacjenta, bez wyodrębnionego trybu manualnego	TAK
---	---	-----

2) Załącznik nr 1A – Szczegółowa oferta przedmiotowa - pkt 2 tabeli na:

2	Tryb pracy : rejestrator pracujący w trybie automatycznym (wg zaprogramowanych interwałów dziennych i nocnych) oraz z możliwością wykonania pomiaru na żądanie pacjenta, bez wyodrębnionego trybu manualnego	TAK	TAK/NIE ¹
---	---	-----	----------------------

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowią odpowiednio jej zmianę oraz są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający w załączeniu przekazuje:

- Zaktualizowany Załącznik nr 4 do SWZ – OPZ z dnia 17.02.2026r.
- Zaktualizowany Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowa oferta przedmiotowa z dnia 17.02.2026r.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmiany, które wprowadził zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

- III. **Mając na uwadze powyższe Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp., zmienia terminy:**

¹ Niewłaściwe skreślić

- 1) składania ofert: z **18.02.2026 r.** o godz. 10:00, na **20.02.2026 r. o godz. 10:00,**
- 2) otwarcia ofert: z **18.02.2026 r.** o godz. 10:30, na **20.02.2026 r. o godz. 10:30,**
- 3) związania ofertą: z **19.03.2026 r.** na **21.03.2026r.**

Z poważaniem

Załączniki:

- Zaktualizowany Załącznik nr 4 do SWZ – OPZ z dnia 17.02.2026r.
- Zaktualizowany Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowa oferta przedmiotowa z dnia 17.02.2026r.

Do zamieszczenia:

[strona internetowa prowadzonego postępowania.](#)

