

**Projekt p.n. „Poprawa dostępu do opieki kardiologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”**

**Dostawa aparatury i urządzeń medycznych na potrzeby opieki kardiologicznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.**

Postępowanie nr: ZOZ-3/2026

Data: 04.03.2026 r.

Tryb: Podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 ust. 2 ustawy PZP).

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT**

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie,  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12,  
12-100 Szczytno

w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: **Dostawa aparatury i urządzeń medycznych na potrzeby opieki kardiologicznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie** na podstawie art. 253.1. Prawo zamówień publicznych ([Dz.U. 2024 poz. 1320](#)) — dalej ustawy PZP, informuje, że:

1. dokonał badania, oceny i wyboru ofert
2. w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca w zadaniu III spełnił warunki udziału i nie podlegają wykluczeniu tzn. złożyli wymagane przez Zamawiającego podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.
3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z art. 308 ust. 3 ppkt 1 lit. a cyt. Ustawy – od dnia 05.03.2026r.
4. Umowa będzie zawarta drogą elektroniczną.

**Zadanie IV ( Holtery EKG i Holtery ciśnieniowe)**

1. Wybrany Wykonawca MEDEN-INMED Sp. z o.o.
  - Cena: zł brutto – 60 pkt;
  - Parametry techniczne – 30 pkt;
  - Okres gwarancji (36 miesięcy ) – 10 pkt
  - Suma punktów - 100

Uzasadnienie: W wyniku badania stwierdzono pełną zgodność części dot. Holtera EKG Faros 360 oraz konieczność uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów dla Holtera ciśnieniowego IEM Mobil-O-Graph w zakresie parametrów granicznych:

- stopień ochrony IP (min. IP42),
- komunikacja Bluetooth,
- dokładność pomiarowa  $\pm 3$  mmHg.

Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 PZP Zamawiający skierował do Wykonawcy wezwanie do wyjaśnienia. Wykonawca oświadczył, że wszystkie parametry techniczne wskazane w dokumencie OPZ są w pełni potwierdzone, w tym:

- Klasa szczelności IP42
- Komunikacja poprzez bluetooth, USB

- Dokładność pomiaru  $\pm 3$  mmHg

2. Po zweryfikowaniu przez serwis ZOZ Szczytno informacja została potwierdzona. W efekcie Oświadczenia Zamawiający stwierdza, że Oferta spełnia wymagania SWZ i OPZ. Oferowany sprzęt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego i wysokiej jakości.

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – ZADANIE III**

W zadaniu III złożono jedną ofertę – Wykonawcy KONKRET Sp. z o.o. Sp.k.

1. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 PZP, z uwagi na niezgodność z parametrami granicznymi OPZ, w szczególności:
  - szafka przyłóżkowa – wszystkie wymiary poza dopuszczalną tolerancją,
  - niezgodności mają charakter nieusuwalny.
2. Na podstawie art. 255 ust. 2 Zamawiający unieważnia postępowanie w tym zadaniu w związku z odrzuceniem oferty.

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – ZADANIE V**

(Pakiet 5 – Elektrokardiografy)

1. Zamawiający informuje, że w zadaniu V nie wpłynęła żadna oferta.
2. Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający UNIEWAŻNIA postępowanie w tym Zadaniu.

Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty.

#### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w ustawie. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, zarzuty oraz żądania wraz z uzasadnieniem.

.....

Podpis Kierownika Zamawiającego