

Projekt p.n. „Poprawa dostępu do opieki kardiologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZOZ-3/2026**

Przedmiot: *Dostawa aparatury i urządzeń medycznych na potrzeby opieki kardiologicznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie*

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), poniżej przedstawia pytania wraz z odpowiedziami:

Pakiet 1: Aparat USG (Echokardiograf) z wyposażeniem – 1 szt. Pytanie nr 1 dot. Lp. 78

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu zawartego w dokumentacji postępowania, tj. parametru: „Aparat ma być przystosowany do podłączenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy przez powyższy zapis Zamawiający rozumie, że oferowany aparat powinien posiadać aktywną opcję umożliwiającą integrację z funkcjonującym u Zamawiającego systemem RIS/PACS, czy też obowiązek pełnej integracji urządzenia z systemem RIS/PACS (wraz z wykonaniem wszystkich prac konfiguracyjnych i uruchomieniowych) spoczywa po stronie Wykonawcy.

W przypadku gdy Zamawiający oczekuje realizacji pełnej integracji po stronie Wykonawcy, uprzejmie prosimy o wskazanie:

1. producenta i nazwy posiadanego systemu RIS/PACS,
2. informacji, czy Zamawiający posiada wykupione licencje umożliwiające podłączenie nowego urządzenia, a jeżeli nie – o podanie kosztu licencji na podłączenie jednego urządzenia, zgodnie z informacją uzyskaną od dostawcy systemu.
3. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty oraz rzetelnej wyceny zakresu prac integracyjnych.

Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający posiada licencje DICOM, systemu RIS/PACS firmy KAMSOFT. Wykonawca ponosi zryczałtowany koszty podłączenia w wysokości 5 000zł.

Pakiet 3 Łóżka szpitalne

1. Dot. pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 410-790 mm i tym samym przyzna dodatkowe punkty?

Odp. Zamawiającego: Tak dopuszcza

2. Dot. pkt. 60-67 Czy Zamiast opisanej szafki w pkt. 60-67 Zamawiający dopuści szafkę spełniającą poniższy opis:

Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo.

Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm
- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 cm, +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60 cm, +/- 5cm

Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min. 2 butelki z wodą,
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce.

Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych

Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.

Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki

Układ jezdy wysoce mobilny: 4 koła jezdy o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem

System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelny oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł.

Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.

Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się.

Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360° z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach.

Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta.

Odp. Zamawiającego: Tak dopuszcza

3. Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia i w jakich ilościach wieszaka kroplówki oraz wieszaka ręki do łóżka?

Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z łóżkiem wieszaka kroplówki oraz wysięgnika ręki do każdego łóżka

Pakiet 5 – Elektrokardiografy

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy aparat EKG wyposażony w zaawansowany interfejs dotykowy z pełną klawiaturą alfanumeryczną wyświetlaną na ekranie, zamiast dedykowanej fizycznej klawiatury membranowej? Proponowane rozwiązanie technologiczne jest nowocześniejszym standardem, zapewnia znacznie łatwiejszą i skuteczniejszą dezynfekcję urządzenia (jednolita powierzchnia szklana, brak krawędzi przycisków, w których gromadzą się drobnoustroje), co podnosi bezpieczeństwo epidemiologiczne, a jednocześnie w pełni realizuje wymóg łatwej obsługi za pomocą panelu dotykowego.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy aparat EKG, który realizuje funkcję przenoszenia danych poprzez eksport badań do pamięci USB (w formatach natywnych oraz PDF) oraz poprzez komunikację sieciową z komputerem, zamiast wymaganej bezpośredniej wysyłki na skrzynkę e-mail lub poprzez usługę 'EKG-MAIL' z poziomu aparatu?

Odp. Zamawiającego: Tak, dopuszcza

3. Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na aparat EKG współpracujący z platformą medyczną zapewniającą możliwość wykonania zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergo spirometrię oraz konsultację badań w ramach telemedycyny?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

4. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Oprogramowanie do analizy danych z Elektrokardiografów, które realizuje funkcję przesyłania zapisów badania poprzez e-mail w ten sposób, że umożliwia eksport wyników oraz krzywych EKG do powszechnie stosowanego formatu elektronicznego (np. PDF), co pozwala na ich bezpieczne załączenie i wysyłkę za pośrednictwem systemowego klienta poczty elektronicznej?

Odp. Zamawiającego: Tak, dopuszcza

Podsumowanie

Zamawiający informuje, że:

1. Wszystkie zapytania Wykonawców zostały rozpatrzone.
2. Żadne zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) poza dopuszczonymi w odpowiedziach **nie ulegają zmianie**.
3. Wymagania techniczne i funkcjonalne określone w dokumentacji przetargowej i Odpowiedziach pozostają **bezwzględnie obowiązujące**.

4. Dopuszczalną ewentualnością jest **zaferowanie sprzętu równoważnego**, w pełni spełniającego parametry graniczne i funkcjonalne OPZ, co należy udokumentować kartami katalogowymi, certyfikatami i zestawieniem porównawczym.
-

Z upoważnienia Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12
12-100 Szczytno

Data: 20.02.2026

Podpis osoby upoważnionej: *Bohdan Diaków*