

Zamawiający:
**SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU**
ul. Piłsudskiego 2/4,
05-870 Błonie

Znak postępowania: **GSPZOZ.1.2026**

Do Wykonawców

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na:

„Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Publicznego ZOZ w Błoniu”.

Zapytania o poniższej treści:

I. Zestaw pytań

Dotyczy:

OPZ EKG zał 1 D

Dotyczy Części D. Punkt 3.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG, w którym akwizycja sygnału odbywa się za pomocą przewodowego modułu akwizycji (z kablem zbiorczym o długości np. 1,5 m)? Zastosowanie modułu przewodowego eliminuje ryzyko utraty łączności bezprzewodowej, opóźnień w transmisji oraz zwalnia personel z konieczności pamiętania o ładowaniu czy wymianie baterii w samym module pacjenta.

ODP. Przedmiot zamówienia ma być, zgodny z wymogami w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SWZ.

Dotyczy Części D. Punkt 8.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG wyposażony w duży, czytelny ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pikseli? Proponowana rozdzielczość oferuje większą przestrzeń w pionie, co jest kluczowe i niezwykle ergonomiczne przy jednoczesnym podglądzie 12 odprowadzeń EKG.

ODP. 2. Dopuszcza nie wymaga.

Dotyczy Części D. Punkt 9.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG, który oferuje zaawansowany profil automatyczny (rejestrujący sygnał przez 10 do 20 sekund z oceną sztucznej inteligencji) oraz osobny, dedykowany profil rytmu pozwalający na ciągły zapis od 30 sekund do nawet 20 minut, bez specyficznej funkcji 5-minutowego bufora z automatycznym wycinaniem 10 sekund?

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry urządzenia.

Dotyczy Części D. Punkt 16.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG z inteligentnym, automatycznym zarządzaniem pamięcią, które zamiast sztywnego usuwania po ilości dni, pozwala na zapisanie do 2000 pacjentów (oraz 3500 badań), a po przekroczeniu tego limitu system samoczynnie nadpisuje najstarsze rekordy? Rozwiązanie to jest bezobsługowe i optymalizuje wykorzystanie dostępnej pamięci.

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry urządzenia.

Dotyczy Części D. Punkt 19.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG posiadający szerokie pasmo przenoszenia na poziomie od 0,049 Hz do 250 Hz? Oferowane pasmo w pełni pokrywa zapotrzebowanie zaawansowanej diagnostyki kardiologicznej, w tym badań SAECG (późnych potencjałów), gwarantując wybitną czystość sygnału.

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry urządzenia.

Dotyczy Części D. Punkt 35.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG z zaawansowanym przetwornikiem sygnału gwarantującym rozdzielczość amplitudy 1 μV (przy niedokładności amplitudy $< \pm 5\%$) oraz częstotliwość próbkowania 1000 SPS do zapisu, bez konieczności deklarowania dokładnej 20-bitowej rozdzielczości przetwarzania w kartach katalogowych?

ODP. Przedmiot zamówienia ma być, zgodny z wymogami w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SWZ.

Dotyczy Części D. Punkt 36.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG wyposażony w zewnętrzny przewodowy moduł akwizycji, który posiada wymagany pełny zestaw wskaźników LED (jakość oklejania) oraz przyciski zdalnego wyzwalania zapisu i wydruku? Moduł przewodowy gwarantuje bezstratną transmisję sygnału w każdych warunkach szpitalnych.

ODP. Przedmiot zamówienia ma być, zgodny z wymogami w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SWZ.

Dotyczy Części D. Punkt 39.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG, który jest technologicznie w pełni przystosowany do obsługi standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z systemem szpitalnym (w zakresie pobierania listy zleceń MWL i archiwizacji wyników C-Store) za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania, przy założeniu, że licencja i koszty wdrożenia tej integracji stanowią opcję dodatkową i nie są zawarte w cenie ofertowej? Takie podejście pozwala na znaczną optymalizację kosztów zakupu samego aparatu, pozostawiając jednocześnie Zamawiającemu otwartą drogę do bezproblemowej integracji w przyszłości.

ODP. Przedmiot zamówienia ma być, zgodny z wymogami w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SWZ.

Dotyczy Części D. Punkt 41.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG, w którym obsługa zapytań HL7 Patient Data Query jest realizowana i zarządzana z poziomu centralnego oprogramowania serwerowego producenta, z którym zintegrowany jest aparat?

ODP. Przedmiot zamówienia ma być, zgodny z wymogami w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SWZ.

Dotyczy Części D. Punkt 43.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG posiadający rozbudowaną, wysoce czytelną ankietę pacjenta z szerokim zakresem wprowadzanych danych, bez możliwości ręcznego przesuwania i rekonfiguracji położenia okienek przez personel, co standaryzuje obsługę i zapobiega przypadkowemu ukryciu ważnych informacji przez użytkowników?

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry urządzenia.

Dotyczy Części D. Punkt 44.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG, który posiada systemowo zdefiniowane najważniejsze pola do identyfikacji pacjenta (jak np. ID, Imię, Nazwisko) zabezpieczające przed wykonaniem anonimowego badania (generowanie alertów o braku danych), bez konieczności ręcznego definiowania dodatkowych pól obowiązkowych przez samego użytkownika?

ODP. Przedmiot zamówienia ma być, zgodny z wymogami w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SWZ.

Dotyczy Części D. Punkt 45.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG, który posiada możliwość rozbudowy o opcję badania wysiłkowego poprzez zastosowanie zewnętrznego, dedykowanego modułu oprogramowania komputerowego (niebędącego przedmiotem niniejszej oferty), z poziomu, którego – za pomocą komputera PC – odbywa się pełne sterowanie przebiegiem badania oraz podłączoną bieżnią lub ergometrem? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowanym standardem, który zapewnia pełną możliwość przyszłej rozbudowy systemu, przenosząc jednocześnie proces sterowania obciążeniem na wygodną stację roboczą.

ODP. Przedmiot zamówienia ma być, zgodny z wymogami w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SWZ.

Dotyczy Części D.

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na Aparat EKG wyposażony w bardzo pojemną pamięć wewnętrzną, pozwalającą na bezpieczne przechowanie bazy co najmniej 2000 pacjentów oraz minimum 3500 spoczynkowych badań EKG? Wymóg tak dużej pamięci, połączony z bezobsługowym systemem automatycznego nadpisywania najstarszych rejestrów po jej zapelnieniu, znacząco podnosi ergonomię pracy personelu medycznego i zapewnia ciągłość pracy na oddziale bez konieczności ciągłego, ręcznego usuwania plików.

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry urządzenia.

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na Aparat EKG współpracujący z platformą medyczną zapewniającą możliwość wykonania zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergo spirometrię oraz konsultację badań w ramach telemedycyny?

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry urządzenia.

II. Zestaw pytań

1. Pkt. 4.1 Przedmiot zamówienia stanowi:

Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu z podziałem na 5 części od A do E w zakresie dostawy:

Cz. A – Aparat USG – przenośny szt. 1

Cz. B – Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy, w tym CRP szt. 1

Cz. C – Holter ciśnieniowy szt. 4, Holter EKG szt.4

Cz. D – Aparat EKG szt.1

Cz. E – Lodówka z monitoringiem temperatury sz. 1, Waga medyczna z analizatorem masy ciała szt.1, Fantom do nauki samobadania piersi szt. 2 , Billirubinometr szt. 2 , Dermatoskop szt.1

W wygenerowanym formularzu ofertowym należy podać część, na którą Wykonawca składa ofertę.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający poprzez części oznaczone literami A, B, C, D, E rozumie odpowiednio:

CZ. A – Część 1

CZ. B – Część 2

CZ. C – Część 3

CZ. D - Część 4

CZ. E – Część 5

ODP. Tak, Zamawiający potwierdza powyższy podział na części od A do E:

CZ. A – Część 1

CZ. B – Część 2

CZ. C – Część 3

CZ. D - Część 4

CZ. E – Część 5

2. Dotyczy: załącznik OPZ cz. A-E:

W opublikowanym przez Zamawiającego załączniku dla części D Aparat EKG w ostatniej części tabeli dotyczącej parametrów wymaganych w punktach 53, 54, 56 należy podać Producenta, Typ urządzenia oraz okres gwarancji.

Prosimy o potwierdzenie, że OPZ stanowi jedynie dokument określający wymagania i nie wchodzi w skład oferty, a parametry z punktów 53-56 należy podać w załączniku numer 5.

ODP. Tak, Zamawiający potwierdza - OPZ stanowi dokument określający wymagania wobec dostaw przedmiotu zamówienia, a parametry z punktów 53-56 należy podać w załączniku numer 5 do oferty.

Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zmienia się treść SWZ w niniejszym postępowaniu:

- przed zmianą:

Termin składania ofert: 01.04.2026 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 01.04.2026 r. o godz. 12.00

18.3 SWZ Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2026 r. o godz. 11.00.

21.1 SWZ Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.04.2026 r. o godz. 12.00.

19.1 SWZ Wykonawcy pozostają związani ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.04.2026 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- po zmianie

Termin składania ofert: 03.04.2026 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 03.04.2026 r. o godz. 12.00

19.1 SWZ Wykonawcy pozostają związani ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.05.2026 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

18.3 SWZ Termin składania ofert upływa w dniu **03.04.2026 r. o godz. 11.00.**

21.1 SWZ Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **03.04.2026 r. o godz. 12.00.**

Zamawiający informuje, że na podstawie **art. 286 ust. 3** Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) **zmienia termin składania ofert na 03.04.2026 r.** wyznaczony pierwotnie na dzień **01.04.2026 r.**

- godziny składania ofert: **11.00** i otwarcia ofert: **12.00** pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres **30 dni** liczony jest od dnia składania ofert tzn. do dnia **02.05.2026 r.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a

**Dyrektor
Samodzielnego Gminnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu**

/-/ Paweł Poppe