

## Pytania i odpowiedzi

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, Nr sprawy SPZOZ.272.3.2026**

### **Pytanie nr 1.**

Proszę o zmianę SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu poprzez zastąpienie wymogu dostarczenia wraz z ofertą metodyk/ulotek dla odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, oświadczeniem Wykonawcy, iż posiada on ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych testów oraz zobowiązaniem Wykonawcy do ich złożenia w toku postępowania na każde wezwanie Zamawiającego, analogicznie, jak w przypadku oświadczenia dotyczącego dopuszczeń do obrotu dla oferowanych wyrobów (rozdział VIII lit. a SWZ), a także oświadczeniem Wykonawcy zawierającym zobowiązanie do dostarczenia wszystkich wymaganych ulotek odczynnikowych wraz z instalacją przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastąpienie wymogu złożenia metodyk/ulotek wymogiem złożenia Oświadczenia iż:**

- posiada metodyki/ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych testów,
- zobowiązuje się do złożenia metodyk/ulotek na każde wezwanie Zamawiającego,
- zobowiązuje się do dostarczenia w/w metodyk/ulotek wraz z instalacją przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 2.**

Proszę o zmianę SWZ poprzez dopuszczenie uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 107 ust. 2 pzp, a co za tym idzie dokonanie analogicznej zmiany w pkt 5.9 ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca dochowa należytej staranności w zakresie przygotowania oferty, jednak przy tak obszernym przedmiocie zamówienia ryzyko wystąpienia omyłki jest dość wysokie. Zmiana SWZ, zgodnie z naszą propozycją jest także korzystna dla Zamawiającego, ponieważ w przypadku omyłkowego niezłączenia przez Wykonawcę choćby jednego dokumentu przedmiotowego (w przypadku jednej oferty), oferta tego Wykonawcy podlega odrzuceniu, a postępowanie podlega unieważnieniu. Natomiast w przypadku zastrzeżenia w SWZ możliwości wezwania do uzupełnienia, na podstawie art. 107 ust. 2 pzp, oferta automatycznie nie będzie podlegała odrzuceniu, gdyż Zamawiający jest wówczas zobowiązany do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia, co powoli uniknąć ewentualnego unieważnienia postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający, informuje, że dopuszcza uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.**

### **Pytanie nr 3.**

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez zrezygnowanie z uprawnienia opisanego w §8 ust. 7, ponieważ w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w dostawie odczynników, interes Zamawiającego został zabezpieczony poprzez możliwość zakupu odczynników od pomiotu trzeciego, obciążając Wykonawcę różnicą w kosztach zakupu, zgodnie z §8 ust. 8.

**Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na zrezygnowanie z uprawnienia opisanego w §8 ust. 7**

**Pytanie nr 4.**

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o doprecyzowanie projektu umowy poprzez wskazanie, że w przypadku opóźnienia w dostawie odczynników, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnień przewidzianych w §8 alternatywnie, tj. albo z uprawnienia określonego w ust. 7 albo ust. 8.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skorzysta z uprawnień przewidzianych w §8 ust. 6 lub 7 alternatywnie.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w projekcie Umowy została poprawiona błędna numeracja ustępów w §8 ust 8.**

**Pytanie nr 5.**

Proszę o doprecyzowanie §9 pkt 3 projektu umowy poprzez wskazanie, że Wykonawcę obciążają koszty gwarancyjne z wyjątkiem kosztów usunięcia wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu. Wskazujemy, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wady powstałe z przyczyn od niego niezależnych, np. uszkodzenia mechaniczne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wskazane w §9 pkt 3 projektu umowy koszty gwarancyjne obciążają Wykonawcę z wyjątkiem kosztów usunięcia wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu.**