

Znak sprawy: RA-ZP.2610.12.2026

Załącznik nr 1.2 do SWZ

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 2
TABELA 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1	2
Pozycja 2A: stetoskop	
Stetoskop internistyczny 1. Opis techniczny: 1) Stetoskop internistyczny, dwugłowicowy 2) Materiał głowicy: stal nierdzewna 3) Średnica membrany: 35 - 40 mm 4) Średnica lejka: 25 - 30 mm 5) Przeznaczenie: badania internistyczne 6) Długość całkowita: 70-75 cm 7) Oliwki: miękkie, samouszczelniające z możliwością wymiany 8) Przewód: pojedynczy kanał 2. Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy.	TAK
Pozycja 2B: ciśnieniomierz	
Cięśnieniomierz manualny zegarowy 1. Wymagania techniczne i funkcjonalne: 1) Rodzaj: ciśnieniomierz zegarowy (mechaniczny, nieautomatyczny), 2) Tarcza: duża, czytelna, o wymiarach min. 100x100 mm z długim spiralnym przewodem. 3) Montaż: możliwość zamocowania na statywie, ścianie lub blacie – jedno z rozwiązań lub zestaw umożliwiający wybór	TAK

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr **KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222**, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji **D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne**.

 Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika **D31G**.

Znak sprawy: RA-ZP.2610.12.2026

Załącznik nr 1.2 do SWZ

<p>opcji montażu,</p> <p>4) Skala pomiarowa: minimum 0–300 mmHg,</p> <p>5) Podziałka: minimum co 2 mmHg,</p> <p>6) Wskaźnik: precyzyjna wskazówka zapewniająca dokładny odczyt,</p> <p>7) Mankiet: w zestawie, w standardowym rozmiarze dla dorosłych (obwód 20 – 35 cm), z gruszką i zaworem spustowym powietrza,</p> <p>8) Materiał: komponenty odporne na dezynfekcję i intensywną eksploatację,</p> <p>9) Dokładność pomiaru: zgodna z normą ISO 81060-1 lub równoważną,</p> <p>2. Zgodność: urządzenie spełniające wymagania dla wyrobów medycznych – deklaracja zgodności CE.</p> <p>3. Instrukcja obsługi w języku polskim,</p> <p>4. Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy.</p>	
Pozycja 2C: wskaźnik	
<p>Wskaźnik laserowy</p> <p>1. Opis techniczny:</p> <p>1) Rodzaj: wskaźnik laserowy do prezentacji multimedialnych</p> <p>2) Kolor wiązki: czerwony</p> <p>3) Zasięg działania: minimum 10 metrów</p> <p>4) Zasilanie: bateriowe (np. AAA)</p> <p>5) Obudowa: ergonomiczna, etui w zestawie</p> <p>6) Funkcja: wskazywanie treści na ekranie lub tablicy</p> <p>7) Kompatybilność: uniwersalna</p> <p>2. Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy.</p>	TAK
Pozycja 2D: dermatoskop	
<p>Dermatoskop</p> <p>1. Z zasilaniem akumulatorowym lithium-ion, rękojeść akumulatorowa 3,7V</p> <p>2. Ładowarka micro USB w zestawie</p> <p>3. Żywotność diod: 100.000h ciągłej pracy w natężeniu światła 10.000 lux.</p>	TAK

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr **KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222**, współfinansowanego ze środków **Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)**, komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji **D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne**.

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika **D31G**.

Znak sprawy: RA-ZP.2610.12.2026

Załącznik nr 1.2 do SWZ

4. Temperatura barwowa 4200 K. 5. Uchwyt dermatoskopu dwukomponentowy (wzmocniony aluminium / włókno szklane), 6. Zwiększający żywotność elektroniczny włącznik ON / OFF z funkcją ściemniania z zapamiętaniem ostatniego ustawienia. 7. Zgodność: urządzenie spełniające wymagania dla wyrobów medycznych – deklaracja zgodności CE. 8. Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy.	
---	--

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa						
Lp.	Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ i jeżeli istnieje odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego produktu (jeśli Zamawiający wskazuje poniżej poszczególne komponenty, informacje te wymagane są także w odniesieniu do tych komponentów)	Liczba	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość BRUTTO (cena jed. brutto x liczba) [w PLN] do przeniesienia do formularza OFERTA
1	2	3	4	5	6	7
2A	Stetoskop internistyczny		18	szt.		
2B	Ciśnieniomierz manualny zegarowy		16	szt.		
2C	Wskaźnik laserowy		7	szt.		
2D	Dermatoskop		1	szt.		
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do formularza OFERTA)						

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne.

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika D31G.

Znak sprawy: RA-ZP.2610.12.2026

Załącznik nr 1.2 do SWZ

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i wyposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne.

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika **D31G**.