

**Formularz Cenowo-Techniczny – Część 4**
**TABELA 1**

| <b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b><br><b>MINIMALNE TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</b><br><i>Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.</i>   | <b>POTWIERDZAM SPEŁNIANIE<br/>PARAMETRÓW MINIMALNYCH<br/>WYMAGANYCH PRZEZ<br/>ZAMAWIAJĄCEGO</b> |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <b>STETOSKOP ELEKTRONICZNY</b><br>I. Stetoskop musi posiadać: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sygnalizację włączenia</li> <li>2. Sygnalizację ładowania</li> <li>3. Sygnalizację rozładowania akumulatora</li> <li>4. Sygnalizację naładowania</li> <li>5. Minimum 35-krotne wzmocnienie dźwięku</li> <li>6. Aktywną redukcję szumów</li> <li>7. Możliwość wizualizacji fal dźwiękowych</li> <li>8. Oliwki douszne wykonane z miękkiego-samouszczelniającego materiału</li> <li>9. Głowicę wykonaną z materiału dwustronnego</li> <li>10. Przewód wykonany z włókna szklanego</li> <li>11. Wagę nie przekraczającą 240 g.</li> <li>12. Możliwość przełączania się pomiędzy trybami odsłuchu: analogowym i wzmocnionym†</li> <li>13. Możliwość regulacji głośności na urządzeniu</li> <li>14. Minimum dwie dwutonowe membrany dla <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dorosłych</li> <li>2) Dzieci</li> </ol> </li> <li>15. Bezprzewodową łączność bluetooth w celu umożliwienia parowania z urządzeniami mobilnymi w celu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nagrywania</li> <li>2) Wizualizowania</li> <li>3) Zapisywania dźwięku</li> </ol> </li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>TAK</b></p>   |

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr **KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222**, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji **D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i wyposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne.**

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika **D31G**.

**Znak sprawy: RA-ZP.2610.12.2026**
**załącznik nr 1.4 do SWZ**

|  |  |
|--|--|
| 16. Możliwość współpracy z oprogramowaniem umożliwiającym (zgodnie z zasadami HIPAA):<br>1) Zapisywanie i opisywanie nagrań na bezpiecznym pulpicie<br>2) Udostępnianie nagrań<br>17. Przewód do ładowania w wyposażeniu standardowym<br><br>II. Zgodność: urządzenie spełniające wymagania dla wyrobów medycznych – deklaracja zgodności CE<br>III. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. |  |
|--|--|

**TABELA 2**

| Oferta cenowa i przedmiotowa |  |        |                                 |  |
|------------------------------|--|--------|---------------------------------|--|
| Nazwa                        | Producent/dystrybutor <sup>1</sup> oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 1                            | 2  | 3      | 4                               | 5  |
| STETOSKOP ELEKTRONICZNY      |  | 1 szt. |                                 |  |

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne.

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika D31G.