

Załącznik nr 4a do SWZ

Zamawiający:
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
w Świętochłowicach,
ul. Emanuela Imieli 12,
41-605 Świętochłowice

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Kod CPV (główny):** 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Kody CPV dodatkowe: 33192000-2.
- 2.** Przedmiotem zamówienia jest *„Zakup i dostawa łóżek elektrycznych, szafek przyłóżkowych i foteli kąpielowych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach*

CZEŚĆ I – łóżka elektryczne z materacami i wyposażeniem i szafki przyłóżkowe

Przedmiotem jest dostawa łóżek elektrycznych z materacami i szafek przyłóżkowych.

1. Łóżko rehabilitacyjne sterowanie elektrycznie x 63 szt:

- 1) łóżko przeznaczone do użytku w środowisku III – obiekty użyteczności publicznej, o obniżonej pozycji leża,
- 2) sterowane elektrycznie z czterema zabudowanymi siłownikami: dwa od strony głowy i dwa od strony nóg,
- 3) minimalna liczba segmentów leża: 4,
- 4) czterokolumnowa konstrukcja ,
- 5) konstrukcja metalowa, malowana proszkowo lub wykonana z materiałów odpornych na korozję, w kolorze szarym,
- 6) szczyty łóżka wykonane z elementów drewnianych wypełnionych płytą MDF o grubości min. 6 mm zasłaniające siłowniki,
- 7) skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciecż min. IPX4,
- 8) wymiary leża dostosowane do materaca o wymiarach: 90 x 200 cm ± 5cm,
- 9) leże metalowe z możliwością dezynfekcji,
- 10) maksymalne bezpieczne obciążenie robocze: minimum 200 kg,
- 11) sterowanie elektryczne za pomocą pilota przewodowego o podwyższonej odporności na ciecż min. IPX4,
- 12) możliwość blokady wszystkich funkcji łóżka,
- 13) możliwość blokady funkcji Trendelenburga,
- 14) regulacja minimum:
 - wysokości leża: minimum 25 – 60 cm,
 - oparcia pleców: w zakresie minimum 0 - 60⁰,
 - części udowej i podudzia: w zakresie minimum 0- 25⁰,
 - kąt przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga: w zakresie minimum 0 – 10⁰,
- 15) podwójne barierki boczne (poręczce) na całej długości łóżka – składane lub opuszczane poniżej ramy leża,
- 16) system opuszczania poręczy wykonany z aluminium,
- 17) obrotowe kółka jezdne wyposażone w hamulec jezdny – minimum 4,

- 18) budowa umożliwiająca łatwe składowanie oraz transport,
- 19) kolor obudowy drewnianej: kolor drewnopodobny w odcieniu dąb sonoma lub równoważny (wszystkie łóżka w tym samym kolorze),
- 20) system zasilania zapewniający bezpieczeństwo użytkownika, zgodny z normami medycznymi,
- 21) wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, zgodny z Rozporządzeniem MDR.

2. Materac piankowy o wymiarach 90x200 cm x 45 szt:

- 1) piankowy o wymiarach pasujących do powyższego łóżka,
- 2) wysokość min. 12 cm,
- 3) gęstość pianki : min. 28 kg/ m³,
- 4) antyalergiczny, nieprzemakalny, paroprzepuszczalny poliuretanowy, zmywalny pokrowiec,
- 5) pokrowiec zdejmowalny, zamykany na zamek błyskawiczny typu „U”,
- 6) możliwość czyszczenia pokrowca w temp. min. 90°C,
- 7) wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, zgodny z Rozporządzeniem MDR.

3. Materac piankowy dwuwarstwowy przeciwoodleżynowy o wymiarach 90x200 cm x 18 szt:

- 1) piankowy o wymiarach pasujących do powyższego łóżka,
- 2) materac przeciwoodleżynowy przeznaczony do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn,
- 3) wysokość min. 14 cm,
- 4) wykonany z wysokoelastycznej pianki o gęstości: min. 33 kg/ m³,
- 5) konstrukcja z podłużnymi i poprzecznymi kanałami napowietrzającymi zapewniającymi właściwą cyrkulację powietrza,
- 6) antyalergiczny, nieprzemakalny, paroprzepuszczalny poliuretanowy, zmywalny pokrowiec,
- 7) pokrowiec zdejmowalny, zamykany na zamek błyskawiczny typu „U”,
- 8) możliwość czyszczenia pokrowca w temp. min. 90°C,
- 9) wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, zgodny z Rozporządzeniem MDR.

4. Wysięgnik z uchwytem ręki x 15 szt:

- 1) wysięgnik wykonany z rury służący do podciągania się przez pacjenta,
- 2) o maksymalnym obciążeniu: minimum 80kg,
- 3) uchwyt do ręki o regulowanej długości,
- 4) możliwość mocowania po lewej i po prawej stronie wezgłowia,
- 5) pasujący do powyższego łóżka.

5. Szafka przyłóżkowa x 63szt:

- 1) blat boczny na stałej wysokości wyciągany z bocznej części szafki,
- 2) wymiary blatu bocznego: nie mniej niż 30 x 60 cm,
- 3) wymiary zewnętrzne szafki: nie mniej niż 45 x 50 x 80 cm,
- 4) szuflada wysuwana dwustronnie,
- 5) pojemna półka zamykana drzwiczkami,
- 6) min. 4 kółka, w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem totalnym,
- 7) rant blatu górnego i bocznego wykończony profilem PCV zabezpieczającym przed wnikaniem wody i przemieszczaniem się poza krawędź elementów,
- 8) kolor: kolor drewnopodobny w odcieniu dąb sonoma lub równoważny, (wszystkie szafki w jednakowym kolorze stanowiące komplet do powyższego łóżka).

Dodatkowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia:

1. Zamawiający wymaga:

- a) dostawy fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu oraz wyposażenia w wyżej wymienionym zakresie wraz z ich transportem (wniesieniem) do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego,
- b) montażu wszystkich elementów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,
- c) dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
- d) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu),
- e) jednorazowego szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń, w dniu uruchomienia, w języku polskim,
- f) dostarczenia towaru i jego montażu w 4 transzach w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym,
- g) ustalenia dnia i godziny dostawy przedmiotu zamówienia.

2. Braki w dostawie

- a) Dostarczony przez Wykonawcę towar, który będzie niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia uznaje się za brakujący,
- b) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca dostarczył towar uszkodzony lub nie dostarczył go, zobowiązany jest do dostarczenia go na własny koszt w terminie do 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego.

3. Należność realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie **faktury wystawionej po zakończonej dostawie oraz uruchomieniu urządzeń. Termin płatności na fakturze będzie wynosił minimum 14 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4. Zamawiający wymaga częściowego dostarczenia poszczególnych towarów, jednak całość dostaw nie może przekroczyć ostatecznego terminu wykonania umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca ma możliwość wystawiania faktur częściowych na produkty, które zostały dostarczone oraz uruchomione.

5. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym.

(-) **Monika Szewczyk**

.....

Dyrektor

**Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
„Złota Jesień” w Świętochłowicach**