

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 04.03.2026r.

Sz.O./ZP/41/1052/26

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie; Znak sprawy Sz.O/ZP/01/2026

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320) przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazowa, dzielona symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo. Elektrody są kompatybilne z kablami do diatermii Martin/Emed/Erbe ACC/ICC/T-Serie/VIO, BOWA/Valleylab/Conmed/Erbe ICC/VIO Inter. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazowa, dzielona symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo. Elektrody są kompatybilne z kablami do diatermii Martin/Emed/Erbe ACC/ICC/T-Serie/VIO, BOWA/Valleylab/Conmed/Erbe ICC/VIO Inter. ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4 Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych o dł.5m, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5 Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny, szczypcy, 2-pinowy 28 mm (+/-1,0 mm), o dł.5 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6 Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści Kabel bipolarny, szczypcy, do Erbe, o dł. 5 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7 Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści Kabel do elektrod neutralnych, o długości 5m, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8 Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej, do Erbe, o dł.5 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9 Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści Kabel, monopolarny, instrument 4 mm, do Bovie 8 mm, o dł. 5 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, w następującym zakresie:

- 1) Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: **06.03.2026r.** do godz. 11⁰⁰

Termin otwarcia ofert: **06.03.2026r.** godz. 11³⁰

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje treść SWZ w pkt 7 ppkt 9) „Termin związania ofertą” nadając mu nowe brzmienie:

„9) Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia

04.04.2026r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Pozostałe warunki zawarte w SWZ pozostają bez zmian

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e43541a-c319-4c44-9bc9-7d375ac1c52c>

Aneta Długozima

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie

/Dokument podpisany elektronicznie/

Sporządziła:

Kamila Małz – Referent

Sekcja Planowania i Zamówień Publicznych