

Malbork, 6.03.2026r.

PCZ.ZP.4/01/2026

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa aparatury medycznej służącej do diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, nr postępowania: PCZ.ZP.4/2026

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pakiet nr 5: Urządzenie do wykrywania żył (2 szt.)

1. Czy Zamawiający uzna za równoważne / lepsze od wymaganego urządzenie o większej pojemności baterii, znacznie dłuższym czasie działania bez ładowania (do 4,5 godziny) oraz lżejsze od wymaganego (ok. 350 g) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o większej pojemności baterii, znacznie dłuższym czasie działania bez ładowania (do 4,5 godziny) oraz lżejsze od wymaganego (ok. 350 g).

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o bardziej ergonomicznych wymiarach, czyli szerokości rękojeści w granicach 6,0-6,5 cm przy zachowaniu wymagań dot. długości? Urządzenie o relatywnie węższej rękojeści pozwala na wygodniejszy i pewniejszy uchwyt urządzenia, nawet przez osoby o szczupłych dłoniach.

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o ww. parametrach.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, którego wymagania warunków pracy i przechowywania / transportu w zakresie wilgotności mieszczą się w przedziale: mniejsza/równa 80% wilgotności względnej bez kondensacji oraz temperatura przechowywania to 55 °C, przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o ww. parametrach.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner żył charakteryzujący się rozdzielczością 854x480 oraz podwójną wiązką światła 850nm? Chcemy zaproponować wysokiej jakości, nowoczesne urządzenie, dające bardzo wyraźną i skuteczną wizualizację naczyń żylnych.

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o ww. parametrach.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, którego optymalna odległość od skóry w procedurach wizualizacji to ok 18-24 cm? To wygodna i sprawdzona w praktyce medycznej wielkość tego parametru.

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o ww. parametrach.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner żył, którego obsługa nie wymaga używania pilota?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o ww. parametrach.

K I E R O W N I K
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska