

Gminne Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
Nowa Męcinka 28, 59-424 Męcinka
tel. 76 870 86 78
NIP 695-13-83-647, Regon 390740341

Nowa Męcinka, dnia 19.02.2026 r.

ZP.271.3.2026

WYJAŚNIENIA nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Gminne Centrum Zdrowia w Nowej Męcince, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) część 3 zamówienia: dostawa sprzętu medycznego dla Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince**” działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną bez sondy? Chłodziarka posiada wbudowany rejestrator temperatury, który stale monitoruje temperaturę w środku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę farmaceutyczną z wbudowanym wewnętrznym rejestratorem temperatury, który wyświetla, sygnalizuje i rejestruje minimalne i maksymalne temperatury.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną, która posiada zamknięcie na klucz?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na chłodziarkę farmaceutyczną, która posiada zamknięcie na klucz.

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Zdrowia
w Nowej Męcince

Krystyna Barcik

