

Niniejsze zamówienie stanowi realizację projektu pn.: „Zakup aparatury medycznej i sprzętu do Działu Fizjoterapii w MZOZ Sp. z o. o. we Włocławku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” złożonego w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: 6.9 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Umowa nr: UM\_WR.431.3.265.2025 o dofinansowanie. Projektu nr FEKP.06.09-IZ.00-0029/25 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6. Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców Działania 6.9 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Włocławek, dnia 25.02.2026 r.

Zamawiający:

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  
ul. Kilińskiego 16,  
87-800 Włocławek

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą: **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla Działu Fizjoterapii w MZOZ Sp. z o.o. we Włocławku w podziale na 2 części.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

I. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Niniejszym informuję, że prowadzę działalność w zakresie wyposażenia rehabilitacyjnego. Zajmuję się dostarczaniem oraz doradztwem w doborze sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, dostosowanego do potrzeb placówek oraz osób indywidualnych.

Do tej pory wyposażylem 3 sale w pobliżu Włocławka. Jednak nie spełniam kryterium doświadczenia i obrotu zawartego w przetargu o doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny cz. 2. Czy istnieje możliwość odstępstwa abym mógł złożyć ofertę.

**Odp. Informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia we wnioskowanym zakresie. Zmiana warunków udziału w postępowaniu, indywidualnie na rzecz jednego wykonawcy byłaby sprzeczna z zasadami określonymi w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych (uczciwa konkurencja, równe traktowanie, przejrzystość, proporcjonalność).**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Część 1**

##### **Zadanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat 2-kanalowy z możliwością jednoczesnej pracy dwóch kanałów niezależnie?

Czy funkcja „baza danych pacjentów” jest wymagana w doposażeniu aparatu, pomimo że nie ma ona wpływu na prawidłową pracę urządzenia? Pozwoliłoby to na dopuszczenie innych urządzeń o podobnych parametrach do postępowania.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza aparatu 2-kanalowego z możliwością jednoczesnej pracy dwóch kanałów niezależnie.**

**Informujemy, że wymóg posiadania funkcji "baza danych pacjentów" dla aparatu do elektroterapii wynika z opisu przedmiotu zamówienia i pozostaje bez zmian. Zamawiający nie zmienia treści SWZ w tym zakresie — funkcja jest wymagana i stanowi element oceny zgodności oferowanego urządzenia z warunkami zamówienia.**

**Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian.**

### **Pytanie nr 3**

#### **Część 1**

Zadanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat, w którym częstotliwość trybu impulsowego znajdują się w przedziale od 1 do 5000 Hz. Proszę o określenie przez Zamawiającego jakie parametry ma mieć sonda punktowa dołączona do aparatu? Czy ma być to sonda IR czy R?

Czy funkcja „baza danych pacjentów” jest wymagana w doposażeniu aparatu, pomimo, że nie ma ona wpływu na prawidłową pracę urządzenia? Pozwoliłoby to na dopuszczenie innych urządzeń o podobnych parametrach do postępowania.

**Odp. Informujemy, że treść Opisu Przedmiotu Zamówienia [Załącznik nr 1 do SWZ] w zakresie częstotliwość trybu impulsowego pozostaje bez zmian, natomiast w zakresie parametrów sondy punktowej Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia.**

**Sondy: wymagana jest możliwość podłączenia sond czerwonych i podczerwonych (IR+R) o mocy od 1500 mW do 1800 mW. Aparat z sondą laserową prysznicową łączoną IR+R całkowita moc od 1500mW do 1800 mW + sonda punktowa laserowa. Zamawiający wymaga sondy laserowej punktowej IR 830 nm, 400 mW.**

**Informujemy, że wymóg posiadania funkcji "baza danych pacjentów" dla aparatu do laseroterapii wynika z opisu przedmiotu zamówienia i pozostaje bez zmian. Zamawiający nie zmienia treści SWZ w tym zakresie — funkcja jest wymagana i stanowi element oceny zgodności oferowanego urządzenia z warunkami zamówienia.**

**Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do SWZ.**

**Treść zaktualizowanego załącznika nr 1 do SWZ stanowi załączenie do niniejszego pisma.**

### **Pytanie nr 4**

#### **Część 1**

Zadanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego urządzenie, w którym głowice ultradźwiękowe nie są podgrzewane?

**Odp. W opisie przedmiotu zamówienia [załącznik nr 1 do SWZ] dotyczącym aparatu ultradźwiękowego z głowicą bezobsługową napisane jest, że Zamawiający wymaga „podgrzewanych głowic ultradźwiękowych”. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian.**

### **Pytanie nr 5**

#### **Część 1**

Zadanie 4:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego urządzenie, w którym zakres regulacji ciśnienia wynosi 20-140 mmHg? Regulacja ciśnienia powinna być dostosowana do ciśnienia rozkurczowego serca, więc podany przedział jest wystarczający do przeprowadzenia prawidłowej terapii.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian.**

### **Pytanie nr 6**

#### **Część 1**

Zadanie 5:

Czy do transportu aparatu zamiast walizki może być kompatybilna torba, w której zmieści się aparat oraz wszystkie akcesoria?

Proszę o określenie przez Zamawiającego parametrów sond laserowych punktowych, które mają być dołączone do aparatu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza torbę.**

**Zamawiający wymaga jednej sondy laserowej punktowej IR 830 nm, 400 mW.**

**Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany w załączniku nr 1 i 2 do SWZ.**

**Treść zaktualizowanego załącznika nr 1 i 2 do SWZ stanowi załączenie do niniejszego pisma.**

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1. Zamawiający postanawia zmienić **termin związania ofertą, termin składania i otwarcia ofert** (rozdział XVIII pkt 1, XIX pkt 1 i 2 SWZ):

### **XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres nie dłuższy niż 30 dni, tj. do dnia **31.03.2026r.**

### **XIX. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **02.03.2026r.** do godziny 10:00, w sposób wskazany w Rozdziale XVI SWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.03.2026r.**, o godzinie 11:30.
2. W Załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający wymaga by rok produkcji wyposażenia/ aparatów/ sprzętu był nie starszy niż 2024 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.



Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

**Załączniki:**

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SWZ - **modyfikacja 25.02.2026 r.**
- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- **modyfikacja 25.02.2026 r.**
- Załącznik nr 2 - Formularz oferty- **modyfikacja 25.02.2026 r.**

CZŁONEK ZARZĄDU  
*mgr Arkadiusz Nowodworski*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr Sławomir Kopyść*