

Uczestnicy postępowania

Odpowiedź na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

1. Pakiet nr 22

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 22 poz. 1 gąbki żelatynowej hemostatycznej, która wchłania w przybliżeniu 40-50-krotność wody w stosunku do swojej wagi i łatwo przylega do miejsca krwawienia, sterylizacja radiacyjna, o czasie wchłaniania 3-4 tygodnie, hemostaza 2-3 minut wpisana do karty katalogowej, opakowanie 20 sztuk? Rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 w pozycji 3 dopuści dotychczas stosowane dreny z trokarem ostrym w rozmiarach: 16F/27cm, 20F/42cm, 24F/42cm, 28F/42cm oraz 32F/42cm; spełniające pozostałe wymagania SWZ oraz dreny z trokarem tęnym spełniające wszystkie wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet nr 8 poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy nacięcie do mocowania przewodu oznacza podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody?

Odpowiedź: Tak

4. Pakiet nr 8 poz. 1, 2, 3, 4 Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za 1 sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

5. Pakiet nr 8 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 55x35 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

6. Pakiet nr 8 poz. 10 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

7. Pakiet nr 8 poz. 12 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru UPP-84 S o rozmiarze 84 mm x 13,5 m (jest to właściwa długość papieru Sony UPP-84 S).

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

8. Pakiet nr 28

Pozycja 5 - W związku z dostosowaniem się do nowych przepisów MDR i ze względu na przeznaczenie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek będących wyrobem użytkowym – niemedyceznym, tym samym obowiązuje je stawka Vat 23%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

9. Pakiet nr 28

Pozycja 7 - Czy z powodu optymalizacji opakowań narzędzi Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pęsetę chirurgiczną w opakowaniu 40 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

10. **Pakiet 13:**

1. Czy Zamawiający dopuści, aby w opakowaniach papierowo – foliowych wszystkie wskaźniki oraz napisy umieszczone były na papierze pod folią, poza obszarem pakowania? Rozwiązanie takie jest aktualnie najczęściej stosowanym przez wytwórców opakowań do sterylizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku opakowań papierowo - foliowych kierunek otwierania umieszczony był obustronnie? Rozwiązanie takie ułatwia użytkownikowi wysterylizowanego wyrobu identyfikację kierunku bezpyłowego otwierania i zmniejsza ryzyko pomyłki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Czy wymóg, aby folia w opakowaniach papierowo - foliowych była pięciowarstwowa jest wymogiem minimalnym i Zamawiający dopuści folie o wyższej warstwowości, w tym folię 6-warstwową (nie licząc warstwy kleju)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

11. **Pytanie dot. treści SWZ - VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (dla pakietu nr 13)**

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zapisu dotyczącego zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, ponieważ Zamawiający nie wskazuje konkretnych systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

12. **Pakiet nr 19 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie elektrody neutralnej hydrożelowej, dzielonej z odizolowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalnym, gwarantującym równomiernie rozproszczenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, przeznaczoną dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 2 kg, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; o powierzchni 108 cm² · wymiary elektrody: 170,5x128,5mm, opakowanie 50 szt. ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. **Do umowy:**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Pakiet 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą czytelną i niezmywalną czarną skalą?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych w opakowania a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ściętą pod kątem 45st?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Pakiet 1, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Pakiet 1, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych w opakowania a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych w opakowania a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Pakiet 1, poz. 8-9

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużaczy wyłącznie w rozmiarze 45, 150 i 200 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. Pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużaczy wyłącznie w rozmiarze 150 i 200 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

23. Pakiet 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści niebieskie koreczki bez dodatkowego aplikatora, pakowana a100?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

24. Pakiet 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy o wyłącznie następujących parametrach:

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniecyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

25. Pakiet 2, pozycja I1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu silikonowania i fabrycznych zgrzewów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

26. Pakiet 2, pozycja I1

Czy Zamawiający dopuści rurki z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch półksiężycy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

27. Pakiet 2, pozycja III1

Czy Zamawiający dopuści rurki z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch półksiężycy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

28. Pakiet 2, pozycja III1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu fabrycznych zgrzewów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

29. Pakiet 2, pozycja VII1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu silikonowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

30. Pakiet 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Pakiet nr 3, cz.I

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley sterylizowane tlenkiem etylenu oraz pakowane podwójnie – wewnętrzne- folia, zewnętrzne- papier/folia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

32. Pakiet nr 3, cz.II

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych posiadające barwne nieprzezroczyste konektory oraz pakowane w standardowe opakowania folia-papier?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

33. Pakiet nr 3, cz.IV, poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z czterema otworami bocznymi, ze standardową powierzchnią oraz posiadające nieprzezroczyste konektory?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

34. Pakiet nr 3, cz. V, poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym o długości 140 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

35. Pakiet nr 3, cz. V, poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym o długości 200cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

37. Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści woreczki do zbiórki moczu dedykowane osobno dla chłopców i dziewczynek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

38. Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki o pojemności 100ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5, pozycja 7


Czy Zamawiający dopuści przyrząd o innym sposobie konfekcjonowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

39. Pakiet nr 5, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi o następujących parametrach:

- wykonane z PCW o jakości medycznej
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- niepirogenne
- przyrząd do szybkiego przetaczania wyposażony w ręczną pompkę o dużej skuteczności



?

Lc = 1600

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

40. Pakiet nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści szkiełka o szlifowanych brzegach z obustronnym, matowym polem do opisu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

41. Pakiet 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

42. Pakiet 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz o długości całkowitej $54\text{mm} \pm 1\text{mm}$ i szerokości $10\text{mm} \pm 1\text{mm}$ w najszerszym mscu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

43. Pakiet nr 5, poz.11

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

44. Pakiet nr 5, poz.15

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze wyłącznie w rozmiarze 1,8mm i 2,4mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

45. Pakiet nr 5, poz.15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

46. Pakiet nr 6, poz.3, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści maski z drenem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

47. Pakiet nr 7, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski identyfikacyjnej nieprzeźroczystej – w kolorze białym, pakowanej po 100 sztuk w kartoniki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

48. Pakiet nr 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną wykonaną z winylu, w całości w kolorze niebieskim lub różowym, pakowane po 100 sztuk w kartoniki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

49. Pakiet nr 7 poz.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii polietylenowej dostępny w rozmiarze 71cm x 116cm i 71cm x 180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, rozmiar uniwersalny

50. Pakiet nr 7, poz.3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

51. Pakiet nr 7, poz.4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

52. Pakiet nr 7, poz.5

Czy Zamawiający dopuści standardowy sterylny worek do lewatywy z drenem o dł. 150cm, bez usztywnionej kanki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

53. Pakiet 7 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 16 cm x 250 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

54. Pakiet nr 7, poz.18

Czy Zamawiający dopuści basen płaski 2l o temp. odporności 35°C w opakowaniach handlowych a'120szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

55. Pakiet nr 7, poz.20

Czy Zamawiający dopuści nocniki pakowane w opakowania handlowe a'100 szt. oraz ich wycenę z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

56. Pakiet nr 7, poz.22

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności użytkowej 700ml i pojemności max. 900ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

57. Pakiet nr 7, poz.23

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z miękkim i delikatnym włosiem wykonanym z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry oraz o wymiarach 90x45x39mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

58. Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 36 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

59. Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 48 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

60. Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 54 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

61. Pakiet nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

62. Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

63. Pakiet 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 par z odpowiednim przeliczeniem

ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

64. Pakiet 26, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

65. Pakiet 26, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

66. Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwa na koldrę 160 cm x 210 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

67. Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli o poniższych parametrach:

Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g w kolorze niebieski, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm-rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

68. Pakiet 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

69. Pakiet 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści spodenki o szerokości w stanie rozciągniętym 130cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

70. Pakiet 31, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

71. Pakiet 31, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rękawy proste cięte?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

72. Pakiet 31, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści nogawki cięte?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

73. Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubrania dostępne w rozmiarze od S-XXL?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

74. Pakiet 31, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania ubrań w 3 kolorach tj. niebieskim, zielonym, fioletowym?

Odpowiedź: Tak

75. Pakiet 31, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści ubrania o poniższym opisie?

Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej).

Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym? Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3 Wyniki potwierdzone załączeniem raportu z badań wykonanych na gotowym wyrobie (ubraniu operacyjnym) wykonanych w niezależnym laboratorium?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

76. Pakiet 32

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania paroprzepuszczalności, gdyż parametr ten nie jest badany dla wymaganego asortymentu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

77. Pakiet 32

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie.

Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm)? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

78. Pakiet 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

79. Pakiet nr 35

Czy zamawiający dopuści zestaw o wyłącznie następujących parametrach:

ZASTOSOWANIE:

- Do pobierania, konserwacji i transportu całej krwi ludzkiej i składników krwi.
- Sterylne i niepirogenne worki na krew TRO-DONEX wykonane są ze specjalnego materiału PVC i są dostępne jako pojedyncze, podwójne, potrójne lub poczwórne typu. Składają się odpowiednio z zamkniętego systemu worka do pobierania, zawierającego roztwór antykoagulantu i zintegrowanej igły 16 G, połączonej za pomocą elastycznego przewodu dawcy. Doskonała ostrość cienkościennego igły umożliwia bezbolesne nakłucie i wysokie natężenie przepływu.
- Wyrób sterylny pakowany w opakowanie foliowe
- Prostota obsługi połączona z najwyższą jakością wykonania umożliwiają wydajną pracę i optymalne wykorzystanie komponentów krwi.
- Duży wybór konfiguracji pojemników pozwala na dostosowanie zestawów dla wszystkich potrzeb współczesnej Służby Zdrowia.



Pojemność 450 ml.?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza.

80. Pakiet 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści opaskę w kolorze białym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

81. Pakiet 7, poz.2

Czy zamawiający dopuszcza wymiary opasek: długość 172 mm, długość części regulacyjnej 9 cm, 14 zakresów regulacji; opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pole opisu 1,4 cm x 5,3 cm, w części opisowej szerokość opaski 1,9 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,3(+/-1 mm) dostępne w kolorze różowym, niebieskim (, w całości, posiadają przezroczyste okienko na karteczkę)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

82. Pakiet 7, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

83. Pakiet 26, poz. 3

Czy zamawiający dopuści fartuch w *rozmiarze uniwersalnym, o wymiarach:*

- *Mankiet 5 cm*
- *Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)*
- *Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko*
- *Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm*

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

84. Pakiet 26, poz. 4

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

85. Pakiet 26, poz. 5

Czy zamawiający dopuści rozmiar 210 cm x 130 cm?

Czy zamawiający oczekuje okrycie włókninowe w postaci prześcieradła , wykonanego z włókniny PP, o gramaturze ok. 20-25 g/m², bez wypełnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 210cm x 130cm. Zamawiający wymaga okrycia wykonanego z włókniny polipropylenowej z wypełnieniem dającym komfort cieplny.

86. Pakiet 25 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga czujnika dla dorosłych, czy również dla dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnik dla dorosłych.

87. Pakiet 29

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 14 ml, wypełnionego 10% zbuforowaną formaliną w ilości 7ml. Pojemniki pakowane zbiorczo po 100szt. (z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 40 ml, wypełnionego 10% zbuforowaną formaliną w ilości 10ml. (z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie pojemników pakowanych zbiorczo po 48 szt. (z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 150 ml, wypełnionego 10% zbuforowaną formaliną w ilości 90ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie pojemników pakowanych zbiorczo po 36 szt. (z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę).

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza.

88. Pakiet 13 Czy zamawiający wyraża zgodę, aby w rękawach papierowo-foliowych kierunek otwierania umieszczony był od strony papieru i folii?

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego z folią minimum 5-cio warstwową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

89. Dotyczy pakiet nr 29:

Z uwagi na fakt, iż asortyment w Pakiecie nr 29 został zarejestrowany jako wyrób medyczny/ogólnolaboratoryjny a nie lek, czy Zamawiający dopuszcza podanie w formularzu cenowym nr katalogowego, nazwy handlowej i producenta oraz pozostawienie bez wypełnienia pola „EAN”?

Odpowiedź: Zamawiający, dla pakietu nr 29 dopuszcza brak kodu EAN w formularzu cenowym.

90. Dotyczy pakiet nr 29:

Z uwagi na fakt, iż asortyment w Pakiecie nr 29 został zarejestrowany jako wyrób medyczny/ogólnolaboratoryjny a nie lek, czy Zamawiający odstąpi od załączania do faktury dodatkowej specyfikacji o której mowa w Rozdziale IV pkt 5 SWZ?

W przypadku braku zgody prosimy o dopuszczenie załączenia dokumentu WZ do faktury, który będzie zawierał: nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, NIP odbiorcy, nazwę towaru, ilość sprzedaną, cenę netto, %VAT, serię i datę ważności , w zakresie pozostałych danych tj. symbol SWW, blok tekstowy, EAN- nie mają zastosowania- są one charakterystyczne dla sprzedaży leków.

Odpowiedź: Zamawiający, dla pakietu nr 29 odstępuje od załączania do faktury dodatkowej specyfikacji o której mowa w Rozdziale IV pkt 5 SWZ.

91. Dotyczy pakiet nr 29:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje.

92. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 29:

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

93. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 29:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

94. Pakiet 7

poz. 4 Bardzo proszę o dopuszczenie kieliszków pakowanych po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

poz. 5 Bardzo proszę o dopuszczenie worków do lewatywy bez kanki. Dren zakończony otworem centralnym oraz bocznym, sterylne

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

poz. 13 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony w rozmiarze 18 x 244 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

poz. 18 Prosimy o możliwość zaoferowania basenów odpornych na przesiąkanie do 4 h w temp. 35 °C

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

poz. 21 Prosimy o dopuszczenie nocnika o odporność na temp.: 35°C (±3°C)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

poz. 23 Bardzo proszę o dopuszczenie w tej pozycji szczoteczki o parametrach: gąbka wykonana w 100% z pianki poliuretanowej miękkie włosie z polietylenu pilniczek w zestawie nie zawiera lateksu nie zawiera ftalanów Wymiary: 80 x 45 x 40 mm, 1 szt pakowana folia -papier Prosimy o możliwość zaoferowania szczoteczek w opakowaniu zbiorczym 30 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

95. Pakiet 26

poz. 2 Prosimy o możliwość zaoferowania w tej pozycji fartucha o parametrach : fartuch higieniczny, wiązany z tyłu na troki -rękaw wykończony gumką -przeznaczony do ochrony zarówno użytkownika, jak i środowiska pracy -pozwala na zachowanie wymaganych warunków sanitarnych -wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² -długość fartucha – 116cm -rozmiar uniwersalny -jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

96. Pakiet nr 26,

poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch z mankietem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

poz. 3

- 1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartuchów spełniających normę EN 13795-1 tj. ponieważ tylko fartuchy spełniające normę EN 13795-1 mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny?**
Zgodnie ze stanowiskiem URPLW MiPB wyrażonym w Komunikacie Prezesa URPL i licznych pismach (w załączeniu) wydanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny jeśli są ich przeznaczenie jest zgodne z definicją wyrobu medycznego, są sterylne lub przeznaczone do sterylizacji i spełniają normę EN 13795-1.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
- 2. Czy na potwierdzenie, że oferowane fartuchy spełniają normę EN 13795-1 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyników badań potwierdzających spełnianie normy? Zgodnie z normą badania należy przeprowadzić dla gotowego produktu, a nie materiału.**
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
- 3. W celu zaoferowania odpowiedniego produktu wnioskujemy o doprecyzowanie do czego będą używane zaoferowane fartuchy.**
Określenie „do użytku szpitalnego” jest nieprecyzyjne. Oznacza, że może być to fartuch używany np. przez odwiedzających lub fartuch używany na Sali operacyjnej. Zgodnie ze stanowiskiem URPL, cytowanym w WIS 0115-KDST1-2.440.172.2024.6.AR UNP: 2359804 *„Fartuchami, które mają przewidziane zastosowanie medyczne, i są w związku z tym wyrobami medycznymi, są fartuchy chirurgiczne przewidziane do używania przez chirurgów podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w salach operacyjnych. Szczególnym celem medycznym, któremu służą, jest zapobieganie przedostawaniu się do pola operacyjnego potencjalnie zakaźnych drobnoustrojów występujących na złuszczonej naskórku operatora. Fartuchy*

*takie muszą mieć odpowiednią konstrukcję, być dostarczone użytkownikowi w stanie sterylnym lub być przeznaczone do sterylizacji przed użyciem. W tym celu muszą spełniać wymagania normy EN 13795-1:2019 „Odzież i obłożenia chirurgiczne – Wymagania i metody badań – Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne” lub inne równoważne”. Fartuchy „do stosowania przez personel medyczny na oddziałach szpitalnych i izbach przyjęć podczas wykonywania procedur medycznych niewymagających rozwiązań jałowych, jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta, ze względu na jego stan zdrowia” (...) nie mają przeznaczenia medycznego tylko higieniczne, ponieważ ich używanie przez ludzi służy kontroli czystości otoczenia pacjenta. Wdrożenie i utrzymywanie higieny w warunkach placówek służby zdrowia jest niewątpliwie bardzo ważne, jednakże stosowane do tego celu środki nie stają się przez to wyrobami medycznymi. Zgodnie z wykładnią podaną na stronie 51 poradnika *Manual on Borderline and Classification in the Community Regulatory Framework for Medical Devices. Version 1.22 (05-2019)* – szczotki przeznaczone do mycia rąk chirurgów przez zabiegiem chirurgicznym służące do zachowania higieny w otoczeniu pacjenta są artykułami higienicznymi, a nie wyrobami medycznymi. Podobnie inne artykuły służące zachowaniu higieny w warunkach szpitalnych, jak omówione na stronach 15 i 16 ww. poradnika jednorazowe osłony na buty osób przebywających w szpitalu, nie są uznawane za wyroby medyczne, ponieważ służą do kontroli (zapobiegania lub zmniejszania) transmisji potencjalnie zakaźnych czynników w otoczeniu pacjenta. Mając powyższe na względzie Prezes Urzędu stwierdza, że przewidziane zastosowanie ww. fartuchów nie jest celem medycznym i wobec tego nie spełniają one definicji wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE 2017/745.*

Odpowiedź: Fartuchy będą używane przez personel medyczny

4. Wnioskujemy o dostosowanie wymogów SWZ do aktualnych przepisów tj: wykreślenie wymogu, że fartuchy muszą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny, bo opisane przez Zamawiającego przeznaczenie „do użytku szpitalnego”, nie oznacza że fartuch może być sklasyfikowany jako wyrób medyczny
Lub
- określenie wymogu, że zaoferowane fartuchy mają być przewidziane do używania przez chirurgów podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w salach operacyjnych.

Odpowiedź: Fartuchy będą używane przez personel medyczny

5. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS-0115-KDST1-2.440.172.2024.6.AR UNP: 2359804 oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

według których fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są wyrobem higienicznym lub Środkiem Ochrony Indywidualnej, czy Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego posiadającego deklarację zgodności CE, a co za tym idzie zastosowania obowiązującej w tym zakresie stawki VAT.

6. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy ZNK. W świetle definicji ustawowej czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zaś przepis art. 10 ust. 1 ustawy ZNK stanowi, że *„czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich”*. Jak wskazuje doktryna, *„niewątpliwie zamiarem ustawodawcy przy redagowaniu komentowanego przepisu było ustosunkowanie się do częstej w obrocie praktyki informującego oznaczenia towarów lub usług. Celem tego przepisu jest podanie do wiadomości klientów oraz nabywców towarów i usług, istotnych dla nich cech towarów i usług. Cechy istotne to takie, które mogą wpływać na decyzję części nabywców”* (pod red. J. Szwaji: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, CH Beck, Warszawa 2006r., s. 365). Wielu producentów świadomie klasyfikuje fartuchy higieniczne jako wyroby medyczne, mimo że parametry oferowanych przez nich fartuchów nie spełniają normy **EN 13795-1**. W ten sposób wprowadzają w błąd klientów, choćby co do możliwości zastosowania i właściwości fartuchów np. zapobieganiu przez oferowane fartuchy, przenoszeniu potencjalnych czynników chorobotwórczych np. poprzez zanieczyszczenie Sali operacyjnej przez złuszczający się naskórek noszących osób, czym narażają pacjentów. Producenci/Wykonawcy często (prawdopodobnie świadomie) oferują błędnie sklasyfikowane fartuchy jako wyroby medyczne, w celu zniżenia ceny brutto (zastosowania 8 % stawki podatku VAT) i zdobycia zamówienia publicznego.

Przestępstwo ujęte w art. 297 § 1 KK to typ przestępstwa występującego w kilku odmianach, w tym jako przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (oszustwa przetargowego, wyłudzenia zamówienia publicznego). Zgodnie z brzmieniem art. 297 § 1 KK ten, kto w celu uzyskania zamówienia publicznego dla siebie lub kogoś innego, od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi, przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę lub nierzetelny albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania takiego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wyłudzenia dopuszcza się zazwyczaj wykonawca ubiegający się o

zamówienie publiczne, przedkładając fałszywy lub nierzetelny dokument lub oświadczenie w przetargu w celu wykazania spełniania wymaganych warunków podmiotowych lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ZamPublU), ewentualnie w celu udowodnienia wymaganej jakości oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Prowadzi to często do sytuacji, gdy wprowadzony w błąd zamawiający udziela bezzasadnie zamówienia osobie, która nie zasługuje na dopuszczenie do umowy finalnej. Jednak w perspektywie przypisania odpowiedzialności karnej z art. 297 KK bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy osoba przedkładająca wymienione w tym przepisie dokumenty faktycznie zrealizowała rzetelnie umowę o zamówienia publiczne lub czy oferta takiej osoby obiektywnie była najlepsza, bez znaczenia dla realizacji znamion typu jest nawet okoliczność, czy doszło do wprowadzenia w błąd zamawiającego. Istota oszustwa w zamówieniach publicznych z art. 297 § 1 KK polega bowiem na dezinformacji zamawiającego celem uzyskania zamówienia publicznego oraz naruszeniu zasad uczciwej konkurencji, a nie tylko stworzeniu samego zagrożenia dla interesów majątkowych zamawiającego. Przedmiotem ochrony omawianego typu jest m.in. zaufanie do rzetelności i zdolności wykonawcy do należytego wypełnienia zobowiązania.

Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta oraz dokonanie powiadomienia do URPL nie świadczy, że dany wyrób jest wyrobem medycznym. Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 2 września 2020 r. w sprawie statusu wyrobów, dla których dokonano powiadomienia lub zgłoszenia w sposób przewidziany w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (<https://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-2-wrze%C5%9Bnia-2020-r-w-sprawie-statusu-wyrob%C3%B3w-dla-kt%C3%B3rych-dokonano>)

Urząd informuje:

(...)Wykonanie przez importerów, dystrybutorów, wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli opisanego powyżej ustawowego obowiązku informacyjnego nie może być rozumiane jako urzędowe potwierdzenie spełniania przez objęty zgłoszeniem lub powiadomieniem wyrób przewidzianych dla niego wymagań czy też spełniania przez niego definicji wyrobu medycznego, gdyż fakty te nie są poddawane uprzedniej weryfikacji przez Urząd w drodze postępowania administracyjnego (tj. przed wprowadzeniem do obrotu). Składana w trybie powiadomienia lub zgłoszenia dokumentacja dotycząca wyrobów poddawana jest jedynie weryfikacji formalnej, w szczególności w zakresie jej kompletności(...).

Analizując stanowisko URPL w połączeniu z Komunikatem Prezesa Urzędu należy domniemać, że w/w produkty są błędnie oferowane jako wyrób medyczny i z niewłaściwą stawką podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego posiadającego deklarację zgodności CE, a co za tym idzie zastosowania obowiązującej w tym zakresie stawki VAT.

97. Pakiet 31,

poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ubranie zgodne z opisem:

- komplet bluza + spodnie
 - wykonane z włókniny Cottonflex soft o gramaturze 45 g/m²
 - bluza z krótkim rękawem bez ściągacza z trzema kieszeniami (2 na dole, 1 na górze)
 - spodnie z prostymi nogawkami bez ściągaczy, trok w pasie
 - dostępne rozmiary S-XXXL
 - Komplet bluza + spodnie pakowane w torebkę foliową (30 x 30 cm)
 - Opakowanie zbiorcze 50 kompletów (60 x 40 x 30 cm)
- [Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ](#)

98. Pakiet 31,

poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ubranie zgodne z opisem:

- wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMMS o gramaturze 35 g/m²
- Bluza z krótkim rękawem posiada trzy kieszenie, jedna na górze i dwie na dole
- Wycięcie pod szyją w kształcie litery „V” obszyte białą lamówką
- Spodnie z trokami w pasie wykonanymi z tej samej włókniny co cały komplet
- Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 73 CFU
- Czystość mikrobiologiczna poniżej 3 CFU/100 m²
- Jednorazowego użytku, antystatyczne, niepyłące, oddychające
- Kolor niebieski oraz zielony
- Rozmiary: XS - XXL
- Komplet (bluza + spodnie) pakowany w torebkę foliową
- opakowanie zbiorcze 50 kompletów

[Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ](#)

99. Pakiet 31, poz. 1

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

[Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ](#)

2. Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności

spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Srub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, **Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego posiadającego deklarację zgodności CE, a co za tym idzie zastosowania obowiązującej w tym zakresie stawki VAT.

100. Pakiet nr 26, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prześcieradło w kolorze białym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

101. Pakiet nr 26, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prześcieradło będące wyrobem higienicznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

102. Pakiet nr 30, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch zgodny z opisem:

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m²

- nie zawiera wiskozy ani celulozy

- szwy ultradźwiękowe

- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm

- tylne części fartucha zachodzące na siebie

- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania

- druga para troków wewnętrznych

- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)

- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem

- złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)

- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm

- w zestawie 2 rękawiczki o wymiarach 30 x 40 cm

- wypychanie na sucho ≥ 40 kPA, na mokro ≥ 40 kPA

- rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N

- pylność $\log_{10} \leq 4,0$

- penetracja płynu ≥ 20 cmH₂O
 - rozmiary: S 115 x 140 cm M 125 x 145 cm L 130 x 150 cm XL 140 x 160 cm, XXL 160 x 160 cm
 - MDD: Dyrektywa Rady 93/42/EWG, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
 - Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
 - opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym
- Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

103. Pytanie do Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, owalne, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprzewadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 105cm², powierzchnia całkowita 168 cm², rozmiaru 163,5 x 117 cm pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 50 szt., na opakowaniu samoprzylepne etykiety z informacją m.in. o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta? Elektrody kompatybilne z diatermiami różnych producentów np. EMED.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

104. Pytanie do Pakietu nr 28 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści nożyczki tępo/tępe, rozmiar 14,0 cm. Opakowanie zbiorcze 2 x 25?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

105. Pytanie do Pakietu nr 28 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści nożyczki ostro/tępe, rozmiar 14,0 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

106. Pytanie do Pakietu nr 28 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści nożyczki do nacięcia krocza, rozmiar 15,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

107. Pytanie do Pakietu nr 28 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igłę kulkową, rozmiar 1,2 x 80 mm. Opakowanie zbiorcze 2x 25 szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

108. Pytanie do Pakietu nr 28 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści nożyczki do obcinania paznokci, rozmiar 9,0 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

109. Pytanie do Pakietu nr 28 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną 18 cm, pakowaną po 25 szt, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

110. Pytanie do Pakietu nr 28 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści pęsetę standardową pęsetę chirurgiczną 14,5 cm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

111. Dotyczy SWZ

1) Czy Zamawiający odstąpi od zapisów Rozdziału IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 w zakresie pakietu nr 24?

Odpowiedź: Zamawiający, dla pakietu nr 24 odstępuje od załączania do faktury dodatkowej specyfikacji o której mowa w Rozdziale IV pkt 5 SWZ.

112. Dotyczy Pakietu 24

1) Ponieważ minimum logistyczne wynosi 5 szt w 1 op – które jest niepodzielne, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę ilości minimalnych w poz 1 i poz 2 , które będą podzielne przez 5.

Odpowiedź: Zamawiane ilości w formularzu asortymentowo-cenowym są podzielne przez 5. Zamawiający składając zamówienie będzie zamawiał pełne opakowanie.

113. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów różnych producentów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

114. Pakiet nr 2, pozycja nr I

Czy Zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe zachowujące kształt rurki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

115. Pakiet nr 2, pozycja nr II, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki tracheostomijne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

116. Pakiet nr 2, pozycja nr II, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie w formie sztywnego blistera zachowującego kształt rurki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

117. Pakiet nr 2, pozycja nr II, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 5,0-9,5 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

118. Pakiet nr 2, pozycja nr II, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki tracheostomijne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

119. Pakiet nr 2, pozycja nr II, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie w formie sztywnego blistera zachowującego kształt rurki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

120. Pakiet nr 2, pozycja nr II, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 5,0-9,5 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

121. Pakiet nr 2, pozycja nr III

Czy Zamawiający dopuści rurki skalowane co 1cm z oznaczeniem liczbowym do 1cm, z przewodniczą z metalu w rozmiarach 3,5-9,5 w opakowaniu papierowo-foliowym zachowującym kształt rurki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

122. Pakiet nr 2, pozycja nr III

Czy Zamawiający doprecyzuje, czy wymaga by balonik był oznaczony również numerem LOT?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

123. Pakiet nr 6, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty łącznik do cewników?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

124. Pakiet nr 6, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem i drenem o długości 200cm, opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

125. Pakiet nr 6, pozycja nr 3-8

Czy Zamawiający dopuści asortyment zawierający szkodliwe ftalany?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

126. Pakiet nr 6, pozycja nr 3-8

Czy Zamawiający dopuści asortyment mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

127. Pakiet nr 6, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw drenażu niskociśnieniowego ran, przeznaczony do pooperacyjnego, niskociśnieniowego drenażu ran operacyjnych w systemie zamkniętym, w skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 300 ml oraz dren łączący o długości max. 125 cm z uniwersalną, schodkową końcówką łączącą wykonaną z PCV, kompatybilną ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 – CH 18, mieszek wyposażony w zastawkę antyreflukcyjną oraz zawór bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, możliwość wytworzenia podciśnienia na poziomie min 78 mbar – stałe podciśnienie przez cały okres drenowania, precyzyjne skale pomiarowe – co 40 ml dla mieszka o pojemności 300ml, dodatkowa skala umożliwiająca pomiar ilości wydzieliny na dnie pojemnika ssącego,

własny, uniwersalny system podwieszania, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, zgodny z normą PN EN ISO 11607, PN EN ISO 868?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

128. Pakiet nr 11, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści linie wykonane tylko z medycznego PCV?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

129. Pakiet nr 11, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści linie o średnicy wewnętrznej 1,8mm, zewnętrznej 3,0mm oraz grubości ścianki 0,6mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

130. Pakiet nr 11, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa (ml) 150-1500, przestrzeń martwa (ml) 40, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, opór przepływu 1hPa przy 30 l /min, powierzchnia filtracyjna 22,05cm², waga filtra 30g, sterylny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

131. Pakiet nr 11, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa (ml) 150-1500, przestrzeń martwa (ml) 40, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, opór przepływu 1hPa przy 30 l /min, powierzchnia filtracyjna 22,05cm², waga filtra 30g, port do kapnografii zamknięty zatyczką, sterylny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

132. Pakiet nr 11, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy bez wymiennika ciepła i wilgoci, mechaniczny, objętość oddechowa (ml) 150-1500, przestrzeń martwa (ml) 70, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, opór przepływu 1hPa przy 30 l /min, powierzchnia filtracyjna 315cm², waga filtra 36,5g, port do kapnografii zamknięty zatyczką, sterylny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

133. Pakiet nr 11, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści obwód odchowy z rurami wykonanymi z polipropylenu, rury karbowane, rozciągliwe do 200cm, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

134. Pakiet nr 11, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści trzecią gałąź o długości 120cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

135. Pakiet nr 11, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną dołączoną osobno?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

136. Pakiet nr 11, pozycja nr 8-9

Czy Zamawiający dopuści maskę nadkrtaniową o parametrach: bezlateksowa, sterylna, wyposażona w beczciśnieniowy, termoplastyczny, anatomicznie wyprofilowany mankiet żelowy, rurkę o kształcie eliptycznym spłaszczoną w przekroju poprzecznym, wyraźnie wyczuwalny bloker zgryzu, blokadę nagłośni, stabilizator położenia w jamie ustnej, kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej w rozmiarze 12F (z wyłączeniem maski nadkrtaniowej w rozmiarze 1). Dostępna w rozmiarach: 1 (2-5 kg) rozm. 1,5 (5-12kg) rozm. 2 (10-25kg), rozm. 2,5 (25-35kg), rozm. 3 (30-60kg), rozm. 4 (50-90kg) do wyboru przez zamawiającego, bez DEHP, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, op. zawiera 1 szt?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

137. Pakiet nr 11, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadającą łukowaty kształt, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie maski, rozmiar 4 (50-70kg), kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski – czerwony, maksymalna objętość mankieta: 30ml, maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

138. Pakiet nr 11, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadającą łukowaty kształt, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie maski, rozmiar 5 (70-100kg), kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski – czerwony, maksymalna objętość mankieta: 50ml, maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

139. Pakiet nr 20, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wkład jednorazowy z żelom, jednorazowy na wydzielinę o pojemności 1l lub 2l z substancją żelującą ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, szeroki uchwyt przy wkładzie umożliwiający łatwą obsługę, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowany filtr antybakteryjny i antyprzelewowy (hydrofobowy), łącznik

kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta, wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

140. Pakiet nr 20, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zbiornik do wkładów jednorazowych wielorazowego użytku o pojemności 1l lub 2l, wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia na uchwycie, zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu możemy wymienić wkład jedną ręką. Zbiornik jest kodowany numerycznie. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólnodostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji w autoklawie. Tworzywa są nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

141. Pakiet nr 20, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zbiornik do wkładów jednorazowych wielorazowego użytku o pojemności 2l lub 3l, wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia na uchwycie, zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu możemy wymienić wkład jedną ręką. Zbiornik jest kodowany numerycznie. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólnodostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji w autoklawie. Tworzywa są nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

142. Pakiet nr 20, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna do stabilizacji w przypadku operacji opadania lub zwiócenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Posiada certyfikat CE. Produkcja – Włochy, rozmiar "S" dla dziecka: wymiary: 9,6 x 6,5 cm (+/- 2 mm) w najszerszym miejscu, okienko 4,2 x 2,75 (+/- 2 mm); rozmiar "L" dla osoby dorosłej: wymiary: 11,5 x 8,3 cm (w najszerszym miejscu), okienko 6 x 3,8 (+/- 2 mm)?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

143. Pakiet nr 20, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Czas utrzymania do 29 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

144. Pakiet nr 20, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, typ Macintosh; rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 (wszystkie rozmiary pochodzą od jednego producenta); nieodkształcające się łyżki wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja); profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku; mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376; światłowód nieosłonięty, wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło; średnica światłowodu 5 mm; zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione; mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących; długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 8 mm; stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu; wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 19 mm / 24 mm / 13 mm; wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu; na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do 3 lat; opakowanie foliowe; na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, oznaczenie rozmiaru, LOT, nazwa producenta; produkt bez zawartości lateksu i DEHP?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

145. Pakiet nr 20, pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści rękojeść jednorazową światłowodową ze światłem LED zgodną z ISO-7376, plastikowo-metalową, gdzie część chwytana wykonana jest z wytrzymałego PP w kolorze zielonym z 12 poprzecznymi frezami, natomiast mocowanie

wykonane jest z stopu metalu, zawierającą wewnątrz baterie, kompatybilne z rękojeścią, w rozmiarach dla niemowląt, dzieci i dorosłych, pakowana indywidualnie w folię?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

146. Pakiet nr 20, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do pobierania próbek o pojemności 25ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

147. Pakiet nr 20, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy z zawartością środków myjących pielęgnacyjnych, przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji włosów i okolic dla pacjentów hospitalizowanych, nie wymaga użycia wody oraz splukiwania, wykonany z dwóch warstw: włóknina spunlace i folia PE, w rozmiarze uniwersalnym, o delikatnym, przyjemnym zapachu, nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH (5,5), zawierający w składzie m.in. dimetikon, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Chlorheksydyne, wyciąg z aloesu oraz rumianku, witaminę E, D–Panthenol, alantoinę, możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, alkoholu oraz lanoliny, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe z nadrukowaną instrukcją użycia w języku polskim, termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji, produkt oferowany na 23% stawce VAT?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

148. Pakiet nr 20, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne do systemu do zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

149. Pakiet nr 20, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu:

- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydydy w rozrywanej saszetce z perforacją,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;
- Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania; poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

150. Pakiet nr 20, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

- dwa osobne opakowania o składzie:
 - 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni,
 - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce,
 - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
 - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej
- cztery osobne opakowania o składzie:
 - 1 aplikator z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania
 - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
 - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce,
 - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, który można postawić na stoliku, opakowanie umożliwia wyciąganie zestawów w odpowiedniej kolejności?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

151. Pakiet nr 20, pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Yankauer wykonany plastiku medycznego bez zawartości DEHP z osłonką i silikonowym oringiem, umożliwiającym dokładne samoczyszczenie cewnika w technologii PEEP co gwarantuje bezpieczne, wielorazowe jednodobowe użytkowanie cewnika, wymienna końcówką, o dł. min.14cm, uchwyt ssący z suwakową regulacją ssania umożliwiający podłączanie dodatkowych akcesorii (np. szczoteczka do mycia zębów z otworem, gąbka czyszcząca z otworem); łącznik Y do układu ssącego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

152. Pakiet nr 20, pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści dreny do zamkniętych systemów do odsysania bez zacisków?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

153. Pakiet nr 20, pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści dreny do zamkniętych systemów do odsysania w rozmiarze Ch24-Ch25?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

154. Pakiet nr 20, pozycja nr 16

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

155. Pakiet nr 20, pozycja nr 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji wielorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała >40kg. W skład zestawu wchodzi silikonowy worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 2000ml z możliwością podłączenia zastawki PEEP przy użyciu dodatkowej złączki. Resuscytator umożliwia pracę w temperaturach od -18 do 50 stopni Celsjusza, produkt bez lateksu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

156. Pakiet nr 20, pozycja nr 18

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wielorazowego użytku z przezroczystym kołnierzem i bez haczykowatych pierścieni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

157. Pakiet 1

Poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo, całość bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP potwierdzone piktogramem fabrycznie nadrukowanym na opakowaniu jednostkowym, dren o średnicy 3 mm, o długości 150 cm – 11 ml, o długości 180 cm – max. 14 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9,10,11 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc przyrząd/przedłużacz bez ftalanów i lateksu ma na myśli bra ftalanów DEHP, BBP, DBP potwierdzone piktogramem fabrycznie nadrukowanym na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź: Tak

158. Pakiet 16 Poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej (do delikatnych żył) noworodkowej, cewnik wykonany z poliuretanu, bez portu bocznego, z mechanizmem zabezpieczającym w pełni izolującym igłę. Posiadającą zatyczkę odpowietrzającą zgodną z normą ISO 10555-1 Pakowane w opakowaniu typu papier folia. Otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia. Jałowa rozmiar - 24G (żółty) dł. 19 mm przepływ 16 ml./min., rozmiar - 26G (fioletowy) dł. 19 mm przepływ 12 ml./min. Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiającego, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

159. Zad.30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylne, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m², stopień 2 repelencji dla wody i alkoholi. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 50 cm H₂O w obszarze krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na

barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 4,8 I_B . Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M – 2XL. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30x39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 41 g/m^2 , stopień 7 repelencji dla wody i alkoholi. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 57 cm H_2O w obszarze krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Oznaczenie graficzne na przedniej części fartucha określające barierowość w Amerykańskiej skali AAMI, służące do wzajemnej kontroli użytkowników. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 5,0 I_B . Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M – 3XL. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 39x30 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

160. Zad.31

Poz.1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego ubrania operacyjnego – komplet składający się z bluzy i spodni pakowanych w zestawach, wykonane z włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 35 g/m^2 , nie zawierające lateksu. Wyrób medyczny klasy I niesterylnej zgodnie z Regulacją o Wyrobach Medycznych 2017/745 MDR. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 4 CFU/100 cm^2 . Wytrzymałość na rozrywanie min. 89 kPa. Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do sylwetki. Dekolt w kształcie litery V, wykończony lamówką, bluza z trzema kieszeniami. Dwie kieszenie dolne o wymiarach min. 16 cm x 16 cm, kieszeń górna o wymiarach min. 12 cm x 10 cm. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy. Spodnie w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Dostępne w kolorach: niebieskim, zielonym i fioletowym. Pakowane w pojedynczą, szczelną torbę poliestrową. Pakowane po 25 zestawów w kartonie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Poz.1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego ubrania operacyjnego – komplet składający się z bluzy i spodni pakowanych oddzielnie, wykonane z nieprzejrystej, miękkiej i przyjaznej w dotyku włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 45 g/m², nie zawierające lateksu. Wyrób medyczny klasy I niesterylnej zgodnie z Regulacją o Wyrobach Medycznych 2017/745 MDR. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 6 CFU/100 cm². Wytrzymałość na rozrywanie min. 100 kPa. Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do sylwetki, dekolt w kształcie litery V, wykończone lamówką, bluza wyposażona w trzy kieszenie. Dwie kieszenie dolne o wymiarach min. 16 cm x 16 cm, kieszeń górna o wymiarach min. 12 cm x 10 cm. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Na złożonej, zapakowanej bluzie widoczne naszywki z nazwą producenta. Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy, wyposażone w dużą, głęboką kieszeń (o wymiarach min. 20 cm x 15 cm), umieszczoną na boku nogawki. Zakończone podszyciem, nie strzępiące się. Spodnie w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Dostępne w kolorach: niebieskim i zielonym. Spodnie i bluzy pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe PE z etykietą zawierającą min. znak CE, rozmiar, numer katalogowy, opis w języku polskim, kod kreskowy EAN – 128 kodujący co najmniej datę produkcji i nr partii. Pakowane po 50 sztuk spodni lub bluz w kartonie transportowym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

161. Pakiet nr 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy w wersji sterylnej z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kapnografii zabezpieczonym kapturkiem na lince. Skuteczność filtracji > 99.998% potwierdzona niezależnymi protokołami, utrata wilgoci 6 mg H₂O/L, zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,2 mg H₂O/L. Opór przepływu przy @30L/min – 1,6 cm H₂O. Opór przepływu @60L/min - 2.7cm H₂O. Objętość – 57 ml. Waga –31g. Minimalna objętość oddechowa > 180ml. Łącznik - 22F - 22M/15F. Pakowany folia-folia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

162. Pakiet 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy w wersji sterylnej z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kapnografii zabezpieczonym kapturkiem na lince. Skuteczność filtracji > 99.999% potwierdzona niezależnymi protokołami. Opór przepływu przy @30L/min – 0,8 cm H₂O. Opór przepływu @60L/min - 2.0 cm H₂O. Objętość – 42 ml. Waga –23. Minimalna objętość oddechowa > 150ml. Łącznik - 22F/15M - 22M/15F. Sterylny pakowany folia-folia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

163. Pakiet 11 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego z dwoma rurami karbowanymi o dł. 160 cm z PE (polietylenu), z łącznikiem Y z dwoma portami

zabezpieczonych zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, z kapturkiem zabezpieczającym od strony pacjenta, średnica rur 22mm, złącza 22mmF, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

164. Pakiet 11 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur: dwóch rur 42 cm (wdech i wydech) o długości 2m po rozciągnięciu, dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu, łącznika typu Y i łącznika kąтового z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M i bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2l oraz maski anestetycznej pakowanej osobno? Produkty jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czyste. Pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

165. Pakiet 11 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, w rozmiarze 4, (waga pacjenta 50-70kg), z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

166. Pakiet 11 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, w rozmiarze 5, (waga pacjenta 70-100kg), z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

167. PAKIET 11 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści Filtr bakteryjno.-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowca (ml) 150-1500, przestrzeń martwa w zakresie (ml) 51-77, skuteczność filtracji bakt>99,9999%, skuteczność filtracji wir. >99,9909%, opór przepływu:

30 l /min 8 mmH₂O,

60 l/min ok. 21mmH₂O,

90 l/min 36 mmH₂O,

powierzchnia filtracyjna 24-25cm²,
waga filtra 24-28g?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- 168.** Pakiet 11, poz. 5 – prosimy o sprecyzowanie rozmiaru maski anestetycznej?
Odpowiedź: Rozmiar 5
- 169.** Pakiet 11, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści Obwód oddechowy bez maski?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
- 170.** Pakiet 11, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści Obwód oddechowy z maską osobno pakowaną?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
- 171.** Pakiet 11, poz. 8 i 9 – Czy Zamawiający dopuści maski z mankietem i rurką z dwóch części, połączonych w jeden element fabrycznie w sposób trwały, bez możliwości rozłączenia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
- 172.** Pytanie do pak. 10 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: 24 h zestaw wielokrotnego użytku do napełniania i wstrzykiwania, do podawania dożylnego środków kontrastowych do tomografii komputerowej – 350 PSI, certyfikowany przez producenta wstrzykiwacza?
Odpowiedź: Tak.
- 173.** Pytanie do pak. 10 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: linia pacjenta o długości 20 cm z dwupoziomym zaworem bezpieczeństwa do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – 350 PSI, certyfikowana przez producenta wstrzykiwacza?
Odpowiedź: Tak.
- 174.** Pytanie do pak. 10 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: Zwijany przewód połączeniowy o długości 150cm – 350 PSI, certyfikowany przez producenta wstrzykiwacza?
Odpowiedź: Tak.