



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

Konin, 13.02.2026 r.

OEA-A.272.3.2026

Sprawę prowadzi:	Ewa Juszczyk +48 63 22 09 901 ewa.juszczyk@sanepid.gov.pl
------------------	--

Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali

SWZ w postępowaniu: Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie informuje, że wpłynęły pytania do SWZ:

Pytanie1:

Dotyczy Pakiet nr XIX, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją. Ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne 10^6 .

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją. Ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne 10^6 z powodu **deklarowanej ilości jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne**. Zamawiający wymaga, aby ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne wynosiła (CFU) od 10^8 - 10^9 . Dodatkowo pasek bibuły musi być nasycony zawiesiną przetrwalników szczepu *Bacillus subtilis*.

Pytanie2:

Dotyczy Pakiet nr XIX, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją. Ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne 10^5 .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją. Ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne 10^5 . **jeżeli proponowany produkt jest zgodny z normą EN ISO 11138-1,3**. Dodatkowo pasek bibuły musi być nasycony spor *Geobacillus stearothermophilus* ATCC7953.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30
BDO: 000134441

Z wyrazami szacunku

wz. Dyrektora
Zastępcy Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/podpisano elektronicznie/