



# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

Konin, 12.02.2026 r.

OEA-A.272.3.2026

---

Sprawę prowadzi: Ewa Juszcak  
+48 63 22 09 901  
ewa.juszcak@sanepid.gov.pl

---

## **Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali**

### **SWZ w postępowaniu: Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie informuje, że wpłynęły pytania do SWZ:

#### **Pytanie :**

Pakiet XX – Płytki Petriego

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne płytki Petriego o śr. 55 mm jednorazowe bez wentylacji pakowane po 15 szt.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza sterylne płytki Petriego o śr. 55 mm jednorazowe bez wentylacji pakowane po 15 szt. Jednocześnie zmianie ulega wielkość zamówienia na 10 050 szt. Zmieniony Formularz asortymentowy zostanie udostępniony.

#### **Pytanie :**

**Pakiet III - Odczynniki chemiczne o specjalnej czystości ASA**

Pozycja 18 – czy dopuszczą Państwo zaoferowanie odczynnika o numerze katalogowym A7302-100G

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania odczynnika o numerze katalogowym A7302-100G ponieważ nie spełnia on wymagań pod względem czystości.

#### **Pytanie :**

**Pakiet XX – Płytki Petriego**

**Poz. 1** Czy dopuszcza się zmianę wielkości zamówienia ze względu na minimale opakowanie sterylnych płytek Petriego o śr. 140 mm (11 rękawów po 10 = 110 sztuk). Proponowane 55 opakowań po 110 sztuk w sumie wielkość zamówienia 6 050 sztuk lub 54 opakowania po 110 sztuk w sumie wielkość zamówienia 5 940 sztuk



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

---

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin  
tel. 632439052  
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin  
tel. 632439051  
[sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30  
BDO: 000134441

**Poz. 3** Czy dopuszcza się zmianę wielkości zamówienia ze względu na minimalne opakowanie sterylnych płytek Petriego o śr. 50 mm (67 rękawów po 15 = 1005 sztuk).  
Proponowane 10 opakowań po 1005 sztuk w sumie wielkość zamówienia 10 050 sztuk

**Odpowiedź:**

Poz.1

Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia na 6 050 szt.

Poz.3

Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia na 10 050 szt.

Zmieniony Formularz asortymentowy zostanie udostępniony.

Dyrektor Powiatowej Stacji  
Sanitarnej – Epidemiologicznej w Koninie  
Agnieszka Dybała-Kamińska  
/dokument podpisany elektronicznie/