



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

Konin, 12.02.2026 r.

OEA-A.272.3.2026

Sprawę prowadzi:	Ewa Juszcak +48 63 22 09 901 ewa.juszcak@sanepid.gov.pl
------------------	---

Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali

SWZ w postępowaniu: Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie informuje, że wpłynęły pytania do SWZ:

Pytanie nr 1, pakiet 15:

Czy Zamawiający wymaga wyłącznie zestawów z agarowo-żelowym podłożem Amiesa bez dodatku węgla, zapewniających przeżywalność materiału biologicznego przez co najmniej 72 godziny w temperaturze pokojowej potwierdzone dokumentem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zestawów z agarowo-żelowym podłożem Amiesa bez dodatku węgla, zapewniających przeżywalność materiału biologicznego przez co najmniej 72 godziny w temperaturze pokojowej potwierdzone dokumentem oraz zgodne z zapisami w SWZ rozdział II pkt.13.

Pytanie nr 2, pakiet 15:

Czy Zamawiający wymaga wyłącznie zestawów z podłożem agarowo-żelowym Amiesa bez dodatku węgla pakowanych w zewnętrzne, zbiorcze opakowanie barierowe wykonane z folii kompozytowej z warstwą aluminium, zapewniającej ochronę przed światłem, dostępem tlenu i wilgoci?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga podłoży Amies pakowanych w zewnętrzne, zbiorcze opakowanie barierowe wykonane z folii kompozytowej z warstwą aluminium, zapewniającej ochronę przed światłem, dostępem tlenu i wilgoci. Podłoża Amies mają być zgodne z wymaganiami w Rozdziale II pkt. 13 SWZ.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie
Agnieszka Dybała-Kamińska
/dokument podpisany elektronicznie



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30
BDO: 000134441