



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI**  
**im. J. STRUSIA**  
**z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ**  
**z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ**

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Dyrektor 61 877 95 33 Fax. Szwajcarska 61 874 02 07  
 Centr. Szwajcarska 61 873 9000  
[www.szpital-strusia.poznan.pl](http://www.szpital-strusia.poznan.pl) e-mail: [dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl](mailto:dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl)



Poznań, dnia, 19.03.2026.

WSM/DZP/381/3145/2026

**Wyjaśnienia**  
**do Specyfikacji Warunków Zamówienia**  
**na dostawę**  
**wyrobów medycznych jednorazowych do przygotowania i podawania leków**  
**dla potrzeb**  
**Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego**  
**im. J. Strusia w Poznaniu**

W związku z błędnie udzieloną odpowiedzią na Pytanie nr 20. Zamawiający koryguje odpowiedź na Pytanie 20.

**BYŁO**

**Pytanie 20 – dotyczy pakietu 1 poz. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zaofiarowane strzykawki mają być fabrycznie wkalibrowane i wpisane w menu pompy będących na wyposażeniu Zamawiającego (w celu uniknięcia zacinania i błędów w podaży dawek leku)? Jeżeli tak – prosimy o podanie nazw i typów pomp.

**Odpowiedź:**

Tak,  
dodatkowo lista pomp w szpitalu do pytania nr 2 BD:  
Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus BR  
Pompa infuzyjna Braun ,Typ: 8717030  
Pompa inf. 1-strzyk SEP 11S A  
Pompa infuzyjna 1-strzyk. typ AP14 ASCOR  
Pompa infuzyjna BD Nexus Alaris CC S  
Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus 87  
Pompa infuzyjna BD Alaris GH  
Pompa infuzyjna AITECS  
Pompa infuzyjna PERFUSOR SPACE  
Pompa infuzyjna Infusomat Space  
Pompa infuzyjna AP31

**WINNO BYĆ**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

dodatkowo lista pomp w szpitalu do pytania nr 2 BD:  
Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus BR  
Pompa infuzyjna Braun ,Typ: 8717030  
Pompa inf. 1-strzyk SEP 11S A

Pompa infuzyjna 1-strzyk. typ AP14 ASCOR  
Pompa infuzyjna BD Nexus Alaris CC S  
Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus 87  
Pompa infuzyjna BD Alaris GH  
Pompa infuzyjna AITECS  
Pompa infuzyjna PERFUSOR SPACE  
Pompa infuzyjna Infusomat Space  
Pompa infuzyjna AP31

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

**Termin składania ofert 24.03.2026r. godz. 09:00**

**Termin otwarcia ofert 24.03.2026r. godz. 09:30**

Z poważaniem  
Z-CA DYREKTORA  
ds. *Ekonomiczno - Administracyjnych*  
/-/ mgr Jan Sawicz