

Znak sprawy: 26.ZP.06.2026

Lipko, dnia 16.02.2026 r.

Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SWZ – zestaw odpowiedzi nr 1

W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt: **Na zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” – III postępowanie**, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00106945/01 z dnia 11.02.2026.

Pakiet nr 1 - SPRZĘT MEDYCZNY W POSTACI LAMP DIAGNOSTYCZNYCH BEZCIENIOWYCH I LAMPY UV BAKTERIO- I WIRUSOBÓJCZEJ

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy lamp do 42 dni?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający pozostawia termin realizacji umowy bez zmian.

Pakiet nr 2 - SPRZĘT MEDYCZNY W POSTACI WAGI MEDYCZNEJ ZE WZROSTOMIERZEM ORAZ WAGI MEDYCZNEJ DLA NIEMOWLĄT

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą z dokładnością odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 - SPRZĘT MEDYCZNY W POSTACI APARATU EKG I HOLTERA CIŚNIENIOWEGO

Pytanie 1: (dotyczy holtera ciśnieniowego pkt 2 tabeli OPZ).

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu w postaci: tryb pracy manualny. UZASADNIENIE: Holter Ciśnieniowy wymaga niemal zerowej ingerencji pacjenta, co za tym idzie prowadzi pomiary w sposób automatyczny (w ustalonych interwałach), z możliwością wykonania pomiaru "na żądanie".

Odpowiedź nr 1: Zamawiający odstępuje od tego wymogu. Dokonujemy w tym zakresie ujednolicenia załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie 2: (dotyczy holtera ciśnieniowego pkt 4 tabeli OPZ).

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania Holter Ciśnieniowy z mierzonymi parametrami: Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe (średnie, minimum, maksimum), HR, MAP, PP, Ładunek BP, Poranny wzrost, Spadek podczas snu. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu w postaci: amplituda ciśnienia.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: (dotyczy holtera ciśnieniowego pkt 5 tabeli OPZ).

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania rejestrator Holtera Ciśnienia z dokładnością pomiaru: - częstość rytmu serca dokładna w zakresie +/-2% lub +/-3 ud./min. zależnie, która wartość jest większa. Wyniki ciśnienia krwi spełniają lub przekraczają normy ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 dla dokładności nieinwazyjnej: średni błąd ± 5 mmHg & 8 mmHg odchylenia standardowego.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wysyłki sprzętu do serwisu wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) w przypadku przeglądów i napraw sprzętu.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7: Czy dopuszczają Państwo urządzenie o klinicznej dokładności pomiaru ciśnienia wynoszącej ± 3 mmHg? Pragniemy zwrócić uwagę, że parametr 1 mmHg wskazany w opisie przedmiotu zamówienia odnosi się zazwyczaj do rozdzielczości wyświetlania wyników, a nie do błędu granicznego pomiaru, który dla certyfikowanych medycznie ciśnieniomierzy oscylometrycznych wynosi standardowo ± 3 mmHg zgodnie z międzynarodowymi protokołami walidacji. Oferowany aparat jest zwalidowany klinicznie według najwyższych norm ESH-IP, BHS oraz AAMI/ISO 81060-2, co gwarantuje najwyższą dostępną na rynku precyzję diagnostyczną, czyniąc różnicę w opisie parametru całkowicie nieistotną z punktu widzenia medycznego i technicznego.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
M. Skoczylas
mgr Marcin Skoczylas

.....
/sporządził/

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Łąsku
dr Jolanta Borek-Roczniak

.....
/zatwierdził/