



PCPR.370.03.2026.MB

Załącznik nr 1 do SWZ**Zamawiający: PCPR Gryfino****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby seniorów.

Zamawiający wskazuje, że zamawiany asortyment jest nabywany na potrzeby seniorów w ramach programu: rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz seniorów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - umowa o dofinansowanie nr **FEPZ.06.20-IP.01-0001/25-00 z dnia 22.12.2025 r.**

Zamówienie obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia na rzecz wsparcia seniorów w postaci usług sąsiedzkich dla pięciu gmin, tj. Widuchowa, Banie, Moryń, Cedynia i Mieszkowice zlokalizowane na terenie powiatu Gryfińskiego, woj. Zachodniopomorskie.

W każdej z ww. pięciu gmin objętych projektem zostanie utworzona lokalna wypożyczalnia sprzętu wspierającego świadczenie usług sąsiedzkich na rzecz osób starszych. Każda wypożyczalnia zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt. Wyposażenie to będzie dostarczane seniorom zgodnie z indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi, funkcjonalnymi i opiekuńczymi – w celu zwiększenia ich samodzielności, bezpieczeństwa oraz komfortu życia. Zakup obejmuje między innymi sprzęt pomocniczy do poruszania się tj. chodziki, laski, wózki inwalidzkie, podstawowy sprzęt rehabilitacyjny, tj. łóżka i materace przeciwoleżynowe, urządzenia medyczne, tj. ciśnieniomierze i glukometry, oraz wyposażenie wspierające profilaktykę zdrowotną i bezpieczeństwo, tj. apteczki i opaski z funkcją teleopieki.

Przedmiotowy asortyment dostarczony będzie do niżej wymienionych lokalizacji na terenie powiatu Gryfińskiego w których będą utworzone wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:

- 1) Gmina Widuchowa – ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice.

Część 1: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego**Chodziki trójkołowe – 25 szt.**

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 5 szt.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 5 szt.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 5 szt.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – 5 szt.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 5 szt.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Chodzik / balkonik trójkołowy aluminiowy z siedziskiem
Charakterystyka	Rama ultra-lekka, nowoczesna rama aluminiowa, składana, lakierowana metodą proszkową

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Chodzik wyposażony w funkcję łatwego składania
	Stabilna i wytrzymała konstrukcja
	Regulacja wysokości rączek z gumy co np. 2,5 cm, ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
	3 koła bezobsługowe, antypoślizgowe – 8” (ok. 20cm), koło przednie skrętne, z opcją demontażu za pomocą śruby motylkowej, tylne koła z opcją szybkiego wypinania w celu łatwiejszego transportu
	Wyposażony w hamulec z systemem postojowego blokowania torba na zakupy - odpinana, zapinana na suwak stabilne i regulowane siedzisko, możliwość wypięcia oparcia
	Instrukcja obsługi w języku polskim
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita ok: 65cm • długość całkowita ok: 61cm • szerokość „grubość” po złożeniu ok: 20cm • wysokość siedziska ok: 53cm • rozmiar siedziska ok: szer. 49cm x gł. 27cm • rozstaw rurek oparcia ok: 35cm • regulacja wysokości rączek ok: 81-95cm • rozmiar torby ok: szer.45cm x dł.35cm x wys.30cm • torba zapinana na suwak • waga ok: 4,6kg • maksymalna waga użytkownika: ok 110kg • mix kolorów
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

Chodziki czterokołowe – 25 szt.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 5 szt.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 5 szt.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 5 szt.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – 5 szt.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 5 szt.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Chodzik czterokołowy aluminiowy z siedziskiem
	Rama ultra-lekka, nowoczesna składana konstrukcja, lakierowana metodą proszkową
	Wyposażony w funkcję łatwego składania
	Stabilna i wytrzymała konstrukcja
	Regulacja wysokości rączek z gumy co np. 2,5 cm, ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty,
	4 koła bezobsługowe, antypoślizgowe – 8” (ok. 20cm),
	Wyposażony w hamulec z systemem postojowego blokowania, torba na zakupy - odpinana, zapinana na suwak stabilne i regulowane siedzisko, możliwość wypięcia oparcia,
	Instrukcja obsługi w języku polskim
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary ok: 638 x (688 - 770) x (846 - 991) mm

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary po złożeniu ok: 638 x 450 x 950 mm • Maksymalne obciążenie ok.: 136 kg • Waga produktu ok.: 7,8 kg • Max. obciążenie torby ok. 5 kg • Zakres regulacji wysokości siedziska ok.: 513 - 589 mm • Zakres regulacji wysokości siedziska ok.: 846 - 991 mm • Wymiary siedziska ok: 361x357 x 40 mm • mix kolorów
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

Laski łokciowe – 100 szt./kpl.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 20 kpl.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 20 kpl.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 20 kpl.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – kpl.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 20 kpl.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Kule łokciowe ortopedyczne (komplet zawiera zestaw kul, tj. kula lewa i kula prawa) regulowane na wysokość co np. 2,5 cm
Charakterystyka	Obejma półzamknięta z ruchomą obejmą co przyczyni się do stabilizacji przedramienia
	Wytrzymałe rurki aluminiowe – lekka i stabilna konstrukcja
	Wysokość regulowana z możliwością dopasowania do wzrostu w zakresie ok. 89-137 cm.
	Antypoślizgowa nasadka gumowa umożliwiająca lepszą przyczepność do podłoża
	Instrukcja obsługi w języku polskim
Parametry techniczne	Obciążenie ok. 120 kg
	Waga jednej kuli ok. 750 g.
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

Łóżko rehabilitacyjne – 30 szt.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 6 szt.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 6 szt.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 6 szt.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – 6 szt.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 6 szt.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Niskie łóżko rehabilitacyjne elektryczne

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Charakterystyka	Stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
	4-częściowe łamane leże drewniane
	Precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
	Regulacja wysokości w zakresie ok. od 19,2 do 61,2 cm
	Regulacja kąta zagłówka od 0° do 72 °
	Stabilne barierki boczne
	Możliwość transportu pacjenta
	Prosty montaż, demontaż i transport
	Wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek leża
	Wysięgnik z uchwytem
	Funkcja anty-Trendelenburga w standardzie
	Pilot dziesięciofunkcyjny
	Wykończenie w kolorze jasnego drewna
Instrukcja obsługi w języku polskim	
Specyfikacja	Waga całego łóżka ok. 67 kg
	Wymiary powierzchni do leżenia 90 x 200 cm
	Wymiar zewnętrzny ok. 102,5 x 212 cm
	Maksymalna waga osoby ok. 165 kg
	Regulacja wysokości ok. 19 - 61 cm
	Wymiary poręczy ok. 198x 8 x 2 cm
	Kolor jasne drewno
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

Materac przeciwodleżynowy – 45 szt.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 9 szt.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 9 szt.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 9 szt.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – 9 szt.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 9 szt.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Materac przeciwodleżynowy
Charakterystyka	Matera w pokrowcu nieprzemakalnym wykonany z wysoko wytrzymałej pianki poliuretanowej
	Grubość ok. 15 cm
	Nieprzemakalny i oddychający
	Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu z właściwościami antibakteryjnymi i antygrzybicznymi
	Pokrowiec winien być wyposażony w zamek błyskawiczny zabezpieczony listwą - łatwy zdejmowanie do prania
	Długość 200 cm, szerokość 90 cm, wysokość 15 cm. Materac winien pasować do łóżka rehabilitacyjnego którego wymiary powierzchni do leżenia wynoszą 90 x 200 cm
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
	oceny ofert)

Wózek inwalidzki – 30 szt.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 6 szt.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 6 szt.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 6 szt.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – 6 szt.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 6 szt.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Wózek inwalidzki
Charakterystyka	Wózek na ramie aluminiowej, lekki, z mechanizmem do szybkiego składania (beznarzędziowy) do codziennego użytku i transportu
	Waga ok. 12 kg.
	Koła tylne pełne ok. 24” bezobsługowe, odporne na przebicia, antywywrotne
	Możliwość łatwego manewrowania w ciasnych przestrzeniach koła przednie zwrotne ok. 8”
	Hamulec dla osoby prowadzącej i standardowy dla osoby siedzącej
	Odchylenie podnóżka, pasy na łydki,
	Instrukcja obsługi w języku polskim
Wymiary	Szerokość siedziska ok: 44 x 46 x 49 x 43 cm
	Szerokość całkowita ok.: 61 x 63 x 66 cm
	Głębokość całkowita ok.: 110 cm
	Wysokość siedziska od podłoża ok.: 46 - 49 cm
	Regulacja wysokości podłokietników ok.: 23 - 29 cm
	Wysokość całkowita ok.: 95 cm
	Maksymalne obciążenie ok: 120 kg
Wymiary po złożeniu ok: 83 x 26 x 77 cm	
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

Część 2: Dostawa zakup i dostawa artykułów medycznych

Ciśnieniomierz naramienny – 50 szt.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 10 szt.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 10 szt.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 10 szt.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – 10 szt.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 10 szt.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Elektroniczny ciśnieniomierz naramienny
Charakterystyka	Wyświetlacz kontrastowy LED

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Funkcja wykrywania arytmii
	Zasilanie przez port USB oraz baterie
	Zakres pomiaru tętna 40-180 uderzeń na minutę
	Zakres pomiaru ciśnienia 0-280 mmHg
	Automatyczny pomiaru
	Asystent w języku polskim
	Pamięć urządzenia do ok. 90 pomiarów dla co najmniej 2 użytkowników
Wymiary	Wymiary ok.: 12 × 9,5 × 7,5 cm
	Rozmiar opaski: uniwersalny o wymiarach ok. 22 - 32 cm
	W zestawie: ciśnieniomierz, uniwersalna opaska, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, 4 baterie AAA
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

Glukometr – 50 szt.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 10 szt.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 10 szt.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 10 szt.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – 10 szt.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 10 szt.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Glukometr
Charakterystyka	Wielofunkcyjne urządzenie 3w1 do pomiaru glukozy, cholesterolu i kwasu moczowego
Wyposażenie	W paski do: glukozy (co najmniej 10 szt.), kwasu moczowego (co najmniej 5 szt.) i cholesterolu (co najmniej 5 szt.)
	Igły do nakłuwania
	Nakłuwacz
	Etui
	Baterię
	Instrukcję obsługi w języku polskim
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

Apteczka medyczna – 75 szt.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 15 szt.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 15 szt.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 15 szt.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – 15 szt.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 15 szt.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Apteczka medyczna
Charakterystyka	Poręczna apteczka medyczna z wyposażeniem do łatwego przenoszenia
	Wyposażona w dwie niezależne komory zamykane z pomocą zamka błyskawicznego, materiałowa
Wyposażenie winno zawierać co najmniej	Przylepiec 5 m x 2,5 cm - 1 szt.
	Plastry z opatrunkiem 10 x 6 cm - 4 szt.
	Opatrunek na opuszki palców 4 x 6,5 cm - 2 szt.
	Opatrunek na palce 12 x 2 cm - 2 szt.
	Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm - 2 szt.
	Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm - 4 szt.
	Opatrunek indywidualny K 6 x 8 cm - 1 szt.
	Opatrunek indywidualny M 8 x 10 cm - 2 szt.
	Opatrunek indywidualny G 10 x 12 cm - 1 szt.
	Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm - 1 szt.
	Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm - 1 szt.
	Kompres 10 x 10 cm - 6 szt.
	Koc ratunkowy 160 x 210 cm - 1 szt.
	Opaska elastyczna 6 cm x 4 m - 2 szt.
	Opaska elastyczna 8 cm x 4 m - 3 szt.
	Opaska elastyczna 12 cm x 5 m - 1 szt.
	Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm - 2 szt.
	Chusteczki nasączone alkoholem - do dezynfekcji - 2 szt.
	Nożyczki 14,5 cm - 1 szt.
	Rękawice winylowe - 4 szt.
	Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.
	Maseczka ochronna trójwarstwowa - 2 szt.
	Kamizelka odblaskowa - 1 szt.
Instruktaż udzielania pierwszej pomocy w języku polskim - 1 szt.	
Termin ważności	Termin ważności co najmniej do grudnia 2030 r.
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

Część 3: Zakup i dostawa opasek telemedycznych

Opaska telemedyczna – 30 szt.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

- 1) Gmina Widuchowa - ul. ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa – 6 szt.;
- 2) Gmina Banie – ul. Targowa 19; 74-110 Banie – 6 szt.;
- 3) Gmina Moryń - ul. Wąska 2a; 74-503 Moryń – 6 szt.;
- 4) Gmina Cedynia - ul. Mieszka I 21; 74 – 520 Cedynia – 6 szt.;
- 5) Gmina Mieszkowice - ul. Poniatowskiego 15; 74 – 505 Mieszkowice – 6 szt.

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
Typ	Opaska bezpieczeństwa – opaska telemedyczna na nadgarstek
Charakterystyka	Opaska musi być niezależnym urządzeniem posiadającym kartę SIM, bez konieczności łączenia się z innym urządzeniem, np. telefonem

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
	<p>Dostarczony sprzęt powinien być prosty w obsłudze i użytkowaniu dla osoby starszej pod względem funkcjonalności i dopasowania</p> <p>Opaska musi mieć możliwość połączenia z centrum monitoringu całodobowo przez 7 dni w tygodniu</p> <p>Urządzenie musi posiadać certyfikat CE dopuszczający ją do obrotu na terenie krajów Unii Europejskiej i potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganymi dyrektywami</p>
Wyposażenie	<p>Przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS</p> <p>Detektor upadku</p> <p>Czujnik zdjęcia opaski/urządzenia</p> <p>Lokalizator GPS</p> <p>Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami</p> <p>Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)</p> <p>Funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzka</p> <p>Karta SIM (koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), która zapewni uczestnikom programu możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum</p> <p>Dostarczony sprzęt powinien być prosty w obsłudze i użytkowaniu dla osoby starszej pod względem funkcjonalności i dopasowania</p> <p>Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i wyposażony w kompletny zestaw: ładowarkę przystosowaną do użytkowania w polskiej sieci energetycznej (230 V) oraz gniazdkach typ C lub E, zasilacz i kabel zasilający, instrukcję obsługi w języku Polskim</p> <p>Czas działania opaski w stanie czuwania (bez działania ze strony użytkownika) - minimum 48 godzin, minimum 2 - letnia gwarancja żywotności baterii, czas pełnego ładowania urządzenia – nie dłużej niż 4 godziny, możliwość zdalnej i bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bezpieczeństwa bez konieczności obsługi serwisowej</p> <p>Opaska winna posiadać status wyrobu medycznego</p> <p>Wykonana z hipoalergicznymi materiałami, niepowodującymi alergii, uczuleń, odparzeń lub innych dolegliwości u użytkownika</p> <p>Wysoki stopień trwałości na wstrząsy, pyło i wodoszczelna (wodoszczelność w klasie minimum IP67 - potwierdzone certyfikatem przez jednostkę akredytowaną),</p> <p>Posiadać regulację głośności</p> <p>Posiadać wbudowany głośnik i mikrofon</p> <p>Umożliwiać dwustronną komunikację w celu prowadzenia rozmów z centrum teleopieki</p> <p>Posiadać możliwość regulacji paska i wymiany na inny, np. dłuższy</p> <p>Opaska w kolorze czarnym</p> <p>Posiadać zdalną możliwość ustawienia trybu nocnego</p> <p>System identyfikacji w celu weryfikacji - nr seryjny, IMEI</p> <p>Działać poza komunikacją telefoniczną (połączenie alarmowe</p>

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
	<p>bez użycia telefonu)</p> <p>Posiadać komunikaty głosowe przypominające o konieczności naładowania urządzenia, wszystkie komunikaty muszą być w języku polskim nie dopuszczalne są skróty w językach obcych</p>
Szkolenie dla użytkowników	<p>Bezpłatne przeprowadzenie niezbędnego, stacjonarnego przeszkolenia dla użytkowników urządzeń oraz dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi urządzeń i systemu teleinformatycznego oraz zasad świadczenia usługi, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym</p>
Gwarancja	<p>Opaski bezpieczeństwa muszą być objęte gwarancją (zgodnie z deklaracją Wykonawcy – gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert) obejmującą wszelkie awarie czy też nieprawidłowe działanie urządzenia niewynikające z winy Zamawiającego lub użytkownika urządzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych napraw gwarancyjnych, zgłoszonych wad technicznych i innych problemów zgłoszonych przez użytkowników, a związanych z normalną eksploatacją urządzeń.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy wymiany opaski bezpieczeństwa na nową na koszt Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 3 awarii tej samej opaski w okresie realizacji przedmiotu umowy; 2) wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji (w przypadku, gdy producent opasek bezpieczeństwa wymaga ich okresowego dokonywania celem prawidłowej eksploatacji) będą wykonywane bezpłatnie przez Wykonawcę; 3) Wykonawca zapewni na swój koszt niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie do 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w działaniu opaski, a także w całym okresie jej serwisowania przez Wykonawcę opaskę zastępczą na okres naprawy gwarancyjnej i okres jej serwisowania; 4) w przypadku stwierdzenia ukrytej wady opaski bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany do jej wymiany na nową w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady przez Zamawiającego; 5) e)w przypadku zgłoszenia awarii oprogramowania/systemu do obsługi opasek bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się do jej niezwłocznego usunięcia, przywrócenia funkcjonalności oprogramowania/systemu, tj. nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego; 6) zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości funkcjonowania opaski, systemu teleinformatycznego opaski bądź konieczności wykonania zobowiązań gwarancyjnych lub serwisowych przekazywane będą przez Zamawiającego drogą e-mail i telefoniczną; 7) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne świadczonych usług. <p>Opaski bezpieczeństwa muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych i z tego tytułu Wykonawca odpowiadać będzie względem Zamawiającego na zasadach opisanych w Kodeksie</p>

Informacje o produkcie	Minimalne wymagania Zamawiającego
	cywilnym.
	Co najmniej 24 miesiące (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)
	Opaska nie zawiera abonamentu
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał producenta oraz model zaoferowanego sprzętu

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonalny bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony wad fizycznych oraz praw i obciążeń osób trzecich (wad prawnych), a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi parametrami Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim (jeżeli dotyczy). Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjne (jeżeli dotyczy).
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny, posiadający wszelkie materiały eksploatacyjne itp. niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów finansowych.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę w wymiarach maksymalnie do 2%.
5. **Zaoferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym i posiadać oznaczenie, że jest to wyrób medyczny a także posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności.**