



# Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Znak sprawy: ZPO.272.1.2.2026

Data: 24.03.2026 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, na podstawie Działu III Rozdziału 4, Oddział 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) na dostawy odczynników chemicznych.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2026/BZP 00160976

Zamawiający, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SWZ wyżej wymienionego postępowania.

### Pytanie nr 1/1. Dotyczy części nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 10 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i podtrzymuje zapisy SWZ – pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania innego pakowania należy dokonać zmiany formularza cenowego – załącznik nr 1/13 do SWZ w kolumnie D „ilość” oraz w kolumnie E „jednostka miary”.

### Pytanie nr 1/2. Dotyczy części nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość i specyficzność wynoszą:

dla Rotawirusów: czułość – 97,3%, specyficzność – 97,1%,

dla Adenowirusów: czułość – 95,2%, specyficzność – 97,7%

dla Norowirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 98,1%?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane czułości i specyficzności testów oraz oczekuje rozróżnienia norowirusów na genogrupę I i II.

### Pytanie nr 2. Dotyczy części nr 14, pozycja 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności minimum 6 miesięcy zamiast 11 miesięcy, gdyż taki okres gwarancji oferuje producent niniejszego odczynnika

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie nr 3/1. Dotyczy części nr 10, pozycja 32, 33:

Czy w obu pozycjach Zamawiający wymaga wyceny tego samego odczynnika?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny dla pozycji 32. W pozycji 33 doszło do omyłki redakcyjnej – Zamawiający wymaga wyceny pasków z gradientem stężeń antybiotyku Amikacyna.

### Pytanie nr 3/2. Dotyczy części nr 5, pozycja 6,7,8:

Karty AST-N330, AST-N331 oraz AST-N332 do oznaczania lekowrażliwości zostały wycofane z oferty handlowej wykonawcy i zastąpione nowymi kartami o równoważnych właściwościach.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

### Pytanie nr 3/3. Dotyczy części nr 5 pozycja 6,7,8:

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, wnosimy o wykreślenie kart z formularza cenowego, gdyż nie są dostępne w sprzedaży

#### Odpowiedź:



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

ul. Żołnierska 16 | 10-561 Olsztyn

+48 89 524 83 00

adres e-mail: wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-89978-14535-VFTRG-08

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

**Pytanie nr 3/4. Dotyczy części nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków z terminem ważności produktu min. 7-10 miesięcy od daty dostawy?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3/5. Dotyczy części nr 6, pozycja 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do barwienia z terminem ważności produktu min. 4 miesiące od daty dostawy?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3/6. Dotyczy części nr 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z terminem ważności produktu min. 4-12 miesięcy od daty dostawy?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3/7. Dotyczy rozdział IX SWZ przedmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do części 2, 5 i 6:**

Ze względu na obszerność dokumentacji, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych i zgodzi się na samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony wykonawcy, do której Zamawiający ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z art. 107 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.

**Pytanie nr 3/8. Dotyczy projektowanych postanowień umowy załącznik nr 4 do SWZ - Część 4,6,20,26,27,32-46,48,50-54,56-59 (bez opcji):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3/9. Dotyczy projektowanych postanowień umowy załącznik nr 4 do SWZ - Część 4,6,20,26,27,32-46,48,50-54,56-59 (bez opcji):**

§ 7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależyście wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy, w szczególności, w przypadku trzykrotnie powtarzającej się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 3 dni lub obowiązków wynikających z umowy, wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć na dobre imię lub kondycję finansową Zamawiającego lub mogłyby utrudniać prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy, Zamawiający odstąpi od umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie względem Zamawiającego”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3/10. Dotyczy projektowanych postanowień umowy załącznik nr 4 do SWZ - Część 1,2,3,5,7-19,21-25,28-31,47,49,55 (opcja):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3/11. Dotyczy projektowanych postanowień umowy załącznik nr 4 do SWZ – Część 1,2,3,5,7-19,21-25,28-31,47,49,55 (opcja):**

§ 7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależyście wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy, w szczególności, w przypadku trzykrotnie powtarzającej się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 3 dni lub obowiązków wynikających z umowy, wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć na dobre imię lub kondycję finansową Zamawiającego lub mogłyby utrudniać prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy, Zamawiający odstąpi od umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie względem Zamawiającego”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/1. Dotyczy części nr 18, pozycja 1:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada ISO17025/ISOGUIDE31 i czystość 77% (wymagane minimum 99%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością i bez wymaganego ISO17034? jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/2. Dotyczy części nr 18, pozycja 2:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada czystość 85% i datę ważności 05/12/2027 (wymagane minimum 99% i 1,5 roku). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z proponowaną aktualnie jedyną dostępną serią z datą ważności 05/12/2027 i czystością 85%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/3. Dotyczy części nr 18, pozycja 3:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada ISO17025/ISOGUIDE31 i czystość 87% (wymagane minimum 88%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością i bez wymaganego ISO17034? jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/4. Dotyczy części nr 18, pozycja 4:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada ISO17025/ISOGUIDE31 i czystość 79% (wymagane minimum 91%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością i bez wymaganego ISO17034? jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/5. Dotyczy części nr 18, pozycja 5:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada czystość 88% (wymagane minimum 99%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/6. Dotyczy części nr 18, pozycja 6:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada ISO17025/ISOGUIDE31 i czystość 83% (wymagane minimum 99%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością i bez wymaganego ISO17034? jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/7. Dotyczy części nr 18, pozycja 7:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada ISO17025/ISOGUIDE31 i czystość 83% (wymagane minimum 97%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością i bez wymaganego ISO17034? jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/8. Dotyczy części nr 18, pozycja 8:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada ISO17025/ISOGUIDE31 i czystość 86% (wymagane minimum 98%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością i bez wymaganego ISO17034? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/9. Dotyczy części nr 18, pozycja 9:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada czystość 91% (wymagane minimum 99%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/10. Dotyczy części nr 18, pozycja 10:**

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę wzorca w opakowaniu 1x250mg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 4/11. Dotyczy części nr 18, pozycja 17,19:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, pozycji. Nieścisłość opisu nie pozwala na użycie właściwego wzorca do oferty (brak innej serii niż wpisany za to numer katalogowy). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkty zgodnie z załączonymi przykładowymi certyfikatami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia w zakresie cz. 18

**Pytanie nr 4/12. Dotyczy części nr 18, pozycja 18:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada ISO17025/ISOGUIDE31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z aktualnie dostępną serią 1528263 datą ważności 10/03/2029 i czystością 99% i bez ISO17034? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/13. Dotyczy części nr 18, pozycja 20:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z aktualnie dostępną serią G1573069 datą ważności 11/07/2031 i czystością 97%? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/14. Dotyczy części nr 18, pozycja 23:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada czystość 93% (wymagane minimum 98%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/15. Dotyczy części nr 18, pozycja 24:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w opakowaniu 1x25mg i czystością 93%(wymagana 98%)? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ilości do zawarcia w ofercie(4x25mg?). Czystość określono za pomocą ilościowego badania 1H-NMR. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/16. Dotyczy części nr 18, pozycja 25:**

Czystość określono za pomocą ilościowego badania 1H-NMR. Czy Zamawiający akceptuje proponowany materiał? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa metody badania czystości materiału certyfikowanego. Badanie zgodności zaproponowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia nastąpi po otwarciu ofert.

**Pytanie nr 4/17. Dotyczy części nr 18, pozycja 32:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z firmy Dr Ehrenstorfer o nr kat. DRE-C16709700 (w załączniku certyfikat do wglądu dla tego produktu), który posiada akredytację ISO17025, ale nie jest wytwarzany zgodnie z normą ISO17034?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4/18. Dotyczy części nr 18, pozycja 37:**

Obecnie dostępna seria produktu posiada czystość 93,4% (wymagane minimum 99%). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z taką czystością?

**Odpowiedź:**

Pytanie nie dotyczy tej części. Część 18 zawiera 32 pozycje.

**Pytanie nr 4/19. Dotyczy części nr 18, pozycja 48:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z terminem ważności do 30/08/2025? Obecnie tylko seria z takim terminem jest dostępna w sprzedaży. Ponadto, produkt ten jest wzorcem krótkotrwałym i nie posiada nigdy dłuższego terminu ważności, niż 10 miesięcy. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z zadania?

**Odpowiedź:**

Pytanie nie dotyczy tej części. Część 18 zawiera 32 pozycje.

**Pytanie nr 4/20. Dotyczy części nr 18:**

W związku z tym, że producenci oferują tylko jedną bieżącą serię materiału, a seria zmienia się dopiero w momencie ponownej recertyfikacji bądź wyczerpaniu stanu magazynowego istniejącej partii wzorca, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z proponowaną datą ważności, czystością do potwierdzenia na etapie realizacji zamówienia, jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany bądź będzie wprowadzona nowa seria?

**Wyjaśnienie:** Ze względu na specyfikę produktów, podczas czas trwania umowy dane dotyczące opisu przedmiotu zamówienia poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie w zależności od wyprodukowanej serii, jak również żywotność produktów i dostępności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5/1. Dotyczy części nr 8:**

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o poniższych parametrach: Rotawirus: czułość >99,9 %, swoistość >99,9 % Adenowirus: czułość >99,9 %, swoistość >99,9 % Norowirus GGI: czułość 75 %, swoistość 97,2 % Norowirus GGII: czułość 92,6 %, swoistość 97,2 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzował opis specyfikacyjny przedmiotu zamówienia. Zaoferowany produkt musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 6/1. Dotyczy § 3 Projektu Umowy – (z opcją) do cz. 1,2,3,5,7-19,21-25,28-31,47,49,55 - Załącznik nr 4 do SWZ.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści § 3 o dodatkowy ustęp o następującej treści: „Wskazany w ust. 1 termin dostawy zamówienia może zostać wydłużony, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, przez osobę wymienioną w § 8 ust. 1 pkt 2) lub osobę/osoby przez nią/nich upoważnioną. Akceptacja wydłużonego terminu dostawy zamówienia nastąpi w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) i nie wymaga zmiany umowy”. Uzasadnienie: W przypadku niektórych produktów czasy dostaw i dostępność bywają zmienne na przestrzeni danego roku. Prosimy zatem o uwzględnienie możliwości wydłużenia terminu dostawy w takich wyjątkowych przypadkach, za zgodą przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za składanie zamówień.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6/2. Dotyczy 2 § 6 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy – (z opcją) do cz. 1,2,3,5,7-19,21-25,28-31,47,49,55 - Załącznik nr 4 do SWZ.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie przedmiotu umowy do 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Uzasadnienie: Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może ponadto skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów (zwiększenie konkurencyjności).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6/3. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 2) Projektu Umowy – (z opcją) do cz. 1,2,3,5,7-19,21-25,28-31,47,49,55 - Załącznik nr 4 do SWZ.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu zwłoki w wymianie wadliwego lub niespełniającego wymagań SWZ przedmiotu umowy do 0,1 % wartości netto niewymienionego w terminie przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Uzasadnienie: Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może ponadto skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów (zwiększenie konkurencyjności).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7/1. Dotyczy części nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści test konfekcjonowany 10 testów w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 7/2. Dotyczy części nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści test o następującej czułości/swoistości dla:

**Norowirusa**

Czułość 95.7%

Swoistość 91.7%

**Rotawirusa**

Czułość 97.3%

Swoistość: 97.1%

**Adenowirusa**

Czułość: 95.2%

Swoistość: 97.7%

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzował opis specyfikacyjny przedmiotu zamówienia. Zaoferowany produkt musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 7/3. Dotyczy części nr 43:**

Czy Zamawiający dopuści test manualny test jakościowy do identyfikacji biochemicznej bakterii z rodziny Enterobacteriales + odczynniki inkubowany w temp.  $36\pm 1^{\circ}\text{C}$  w czasie 12-18-24 godzin?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na dłuższy czas identyfikacji i wydanie wyniku.

**Pytanie nr 8/1. Dotyczy części nr 3:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1,2,4,5 i 10 testów z terminem ważności około 9 miesięcy, ponieważ maksymalny termin ważności wynosi 1 rok?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 8/2. Dotyczy części nr 9:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 krążków z terminem ważności około 5-6 miesięcy, ponieważ maksymalny termin ważności wynosi 1 rok?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 8/3. Dotyczy części nr 9:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z pakietu krążków bibułowych z pozycji 12 do 18 oraz wydzielenie osobnego pakietu dla tych pozycji, ponieważ produkty zostały wycofane z produkcji przez producenta? Wydzielenie pozycji zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

**Pytanie nr 8/4. Dotyczy części nr 9:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 19 do 68 krążków z terminem ważności około 6-9 miesięcy, ponieważ większość krążków ma ważność do 12 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9/1. Dotyczy części nr 13, pozycja 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu, którego pozostałość po odparowaniu to max 3ppm, a pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9/2. Dotyczy części nr 13, pozycja 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika o czystości 29-31%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9/3. Dotyczy części nr 13, pozycja 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika w konfiguracji 3 x 1l?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i podtrzymuje zapisy SWZ – pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania innego pakowania należy dokonać zmiany formularza cenowego – załącznik nr 1/13 do SWZ w kolumnie D „ilość” oraz w kolumnie E „jednostka miary”.

**Pytanie nr 9/4. Dotyczy części nr 13, pozycja 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika o poniższej specyfikacji?

Kwas solny do analizy śladowej

Zawartość 37,6%

Jony amonowe (NH<sub>4</sub>) maks. 0,0001%

Antymon (Sb) maks. 0,000005%

Glin (Al) maks. 0,000005%

Arsen (As) maks. 0,000001%

Bar (Ba) maks. 0,000002%

Beryl (Be) maks. 0,000002%

Bismut (Bi) maks. 0,00001%

Bor (B) maks. 0,00001%

Wapń (Ca) maks. 0,00005%

Kadm (Cd) maks. 0,000001%

Kobalt (Co) maks. 0,000001%

Chrom (Cr) maks. 0,000002%

Miedź (Cu) maks. 0,000002%

Żelazo (Fe) maks. 0,00002%

German (Ge) maks. 0,000005%

Potas (K) maks. 0,00001%

Złoto (Au) maks. 0,00003%

Lit (Li) maks. 0,000001%

Magnez (Mg) maks. 0,000001%

Mangan (Mn) maks. 0,00001%

Molibden (Mo) maks. 0,000002%

Sód (Na) maks. 0,00005%

Nikiel (Ni) maks. 0,000002%

Ołów (Pb) maks. 0,000002%

Stront (Sr) maks. 0,000001%

Cyna (Sn) maks. 0,00003%

Tytan (Ti) maks. 0,00001%

Tal (Tl) maks. 0,000005%

Wanad (V) maks. 0,000001%

Cynk (Zn) maks. 0,000005%

Cyrkon (Zr) maks. 0,00001%

Bromki (Br) maks. 0,005%

Chlorki (Cl) maks. 0,00005%

Fosforany (PO<sub>4</sub>) maks. 0,00005%

Siarczany (SO<sub>4</sub>) maks. 0,0001%

Siarczyny (SO<sub>3</sub>) maks. 0,0001%

Pozostałość po prażeniu maks. 0,0005%

Rtęć (Hg) maks. 0,000001%

Barwa (APHA) maks. 10 test zdany

Popiół siarczanowy maks. 0,0005%

Pozostałości rozpuszczalników (Ph Eur./ICH) wykluczone w procesie produkcyjnym test zdany

Wolny chlor maks. 1ppm

Ekstrahowalne substancje organiczne test zdany

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzował opis specyfikacyjny przedmiotu zamówienia. Zaoferowany produkt musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 9/5. Dotyczy części nr 13, pozycja 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika o poniżej specyfikacji?

Kwas solny do analizy śladowej metali

Zawartość 35%

Barwa (APHA) maks. 10

Bromki (Br) maks. 10 ppm

Wolny chlor (Cl<sub>2</sub>) maks. 0,5 ppm

Fosfor całkowity (P) maks. 0,01 ppm  
Siarka całkowita (S) maks. 0,3 ppm  
Glin (Al) maks. 1 ppb  
Antymon (Sb) maks. 0,5 ppb  
Arsen (As) maks. 0,5 ppb  
Bar (Ba) maks. 0,1 ppb  
Beryl (Be) maks. 0,1 ppb  
Bizmut (Bi) maks. 0,1 ppb  
Bor (B) maks. 1 ppb  
Kadm (Cd) maks. 0,1 ppb  
Wapń (Ca) maks. 1 ppb  
Cez (Cs) maks. 0,1 ppb  
Chrom (Cr) maks. 0,5 ppb  
Kobalt (Co) maks. 0,1 ppb  
Miedź (Cu) maks. 0,5 ppb  
Dysproz (Dy) maks. 0,1 ppb  
Erb (Er) maks. 0,1 ppb  
Europ (Eu) maks. 0,1 ppb  
Gadolin (Gd) maks. 0,1 ppb  
Gal (Ga) maks. 0,1 ppb  
Złoto (Au) maks. 0,5 ppb  
Hafn (Hf) maks. 0,1 ppb  
Holmium (Ho) maks. 0,1 ppb  
Ind (In) maks. 0,1 ppb  
Żelazo (Fe) maks. 1 ppb  
Lantan (La) maks. 0,1 ppb  
Ołów (Pb) maks. 0,1 ppb  
Lit (Li) maks. 0,1 ppb  
Lutet (Lu) maks. 0,1 ppb  
Magnez (Mg) maks. 0,5 ppb  
Mangan (Mn) maks. 0,1 ppb  
Rtęć (Hg) maks. 0,1 ppb  
Molibden (Mo) maks. 0,1 ppb  
Neodym (Nd) maks. 0,1 ppb  
Nikiel (Ni) maks. 0,5 ppb  
Niob (Nb) maks. 0,1 ppb  
Potas (K) maks. 1 ppb  
Prazeodym (Pr) maks. 0,1 ppb  
Ren (Re) maks. 0,1 ppb  
Rod (Rh) maks. 0,1 ppb  
Rubid (Rb) maks. 0,1 ppb  
Ruten (Ru) maks. 0,1 ppb  
Samar (Sm) maks. 0,1 ppb  
Skand (Sc) maks. 0,1 ppb  
Selen (Se) maks. 1 ppb  
Srebro (Ag) maks. 1 ppb  
Sód (Na) maks. 1 ppb  
Stront (Sr) maks. 0,1 ppb  
Tellur (Te) maks. 0,1 ppb  
Terb (Tb) maks. 0,1 ppb  
Tal (Tl) maks. 0,1 ppb  
Tor (Th) maks. 0,1 ppb  
Tul (Tm) maks. 0,1 ppb  
Cyna (Sn) maks. 0,5 ppb  
Tytan (Ti) maks. 0,5 ppb  
Wolfram (W) maks. 0,1 ppb  
Uran (U) maks. 0,1 ppb  
Wanad (V) maks. 0,5 ppb  
Iterb (Yb) maks. 0,1 ppb  
Itr (Y) maks. 0,1 ppb  
Cynk (Zn) maks. 1 ppb  
Cyrkon (Zr) maks. 0,1 ppb

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzował opis specyfikacyjny przedmiotu zamówienia. Zaoferowany produkt musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 9/6. Dotyczy części nr 13, pozycja 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika o poniżej specyfikacji?

Kwas solny 37-38% Baker Analyzed

Assay 37-38 % 37,5

Ammonium (NH<sub>4</sub>) ≤ 3 ppm  
Free Chlorine ≤ 0.5 ppm  
Mercury (Hg) ≤ 5 ppb  
Residue after Ignition ≤ 5 ppm  
Sulphate (SO<sub>4</sub>) ≤ 1 ppm  
Sulfite (SO<sub>3</sub>) ≤ 2 ppm < 2  
Trace Impurities (in ppm)  
Aluminium (Al) ≤ 0.05  
Arsenic (As) ≤ 0.05  
Barium (Ba) ≤ 0.02 <  
Beryllium (Be) ≤ 0.01  
Cadmium (Cd) ≤ 0.02  
Potassium (K) ≤ 0.1  
Silver (Ag) ≤ 0.01  
Sodium (Na) ≤ 0.3  
Strontium (Sr) ≤ 0.01  
Thallium (Tl) ≤ 0.05  
Titanium (Ti) ≤ 0.05  
Vanadium (V) ≤ 0.01  
Zinc (Zn) ≤ 0.5  
Zirconium (Zr) ≤ 0.05  
Calcium (Ca) ≤ 0.5  
Chromium (Cr) ≤ 0.05  
Cobalt (Co) ≤ 0.01  
Copper (Cu) ≤ 0.01  
Germanium (Ge) ≤ 0.1  
Iron (Fe) ≤ 0.2  
Lead (Pb) ≤ 0.05  
Li (Lithium) ≤ 0.01  
Magnesium (Mg) ≤ 0.05  
Manganese (Mn) ≤ 0.01  
Molybdenum (Mo) ≤ 0.02  
Nickel (Ni) ≤ 0.05

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzował opis specyfikacyjny przedmiotu zamówienia. Zaoferowany produkt musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 9/7. Dotyczy części nr 13, pozycja 7:**

W przypadku braku zgody na dostawę produktu o specyfikacji wskazanej w pytaniach 4-6, prosimy o wskazanie przykładowego produktu spełniającego specyfikację. Nie znajdujemy na rynku odczynnika w pełni spełniającego wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może wskazać produktu, przedmiot zamówienia został opisany w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały.

**Pytanie nr 9/8. Dotyczy części nr 13, pozycja 9:**

Zamawiający nie wskazał jednostki przy wymaganiu pozostałość. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający miał na myśli 2ppm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli ppm.

**Pytanie nr 9/9. Dotyczy części nr 13, pozycja 14:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wskazując GC ma na myśli czystość do analizy śladowej czy czystość (GC) min. 99,5%?

**Odpowiedź:** Czystość GC

**Pytanie nr 9/10. Dotyczy części nr 13, pozycja 15:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wskazując GC ma na myśli czystość do analizy śladowej czy czystość (GC) min. 99,5%? W przypadku, jeśli Zamawiający ma na myśli czystość do analizy śladowej prosimy o wskazanie przykładowego produktu spełniającego wymagania, ponieważ nie znajdujemy na rynku odczynnika zgodnego z wymaganiami.

**Odpowiedź:**

Czystość GC

**Pytanie nr 9/11. Dotyczy części nr 13, pozycja 31:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu, którego kwasowość to 0,0002%, a pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przyjmuje, że zawartość kwasu octowego jest równoważna z kwasowością.

**Pytanie nr 9/12. Dotyczy części nr 13, pozycja 31:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wody z datą ważności min. 10-12 miesięcy od daty dostawy? Wskazany przez Zamawiającego termin ważności to data ważności odczynnika od produkcji, zatem nie będzie możliwe, aby ten odczynnik posiadał taką datę ważności w momencie dostawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9/13. Dotyczy części nr 13, pozycja 33:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika o czystości min. 99%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9/14. Dotyczy części nr 13, pozycja 33:**

Nie znajdujemy na rynku odczynnika spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego, prosimy o wskazanie numeru katalogowego oczekiwanego odczynnika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może podać numeru katalogowego, przedmiot zamówienia został opisany w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały.

**Pytanie nr 9/15. Dotyczy części nr 13, pozycja 33:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika z datą ważności min. 24 miesiące do daty dostawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9/16. Dotyczy rozdział XVI SWZ**

W związku z dużą liczbą pakietów, a tym samym dużą liczbą produktów do dobrania zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 3.04.2026 r. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie oferty w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert jest wyznaczony na dzień 01.04.2026 godzina 10:00.

**Pytanie nr 10/1. Dotyczy części nr 13, pozycja 34:**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli produkt przeznaczony do analiz ICP o specyfikacji zgodnej z poniższym?

Czystość >99.995%

PO4 <10ppm

SO4 <20ppm

N <10ppm

Al <0.05ppm

Ba <2ppm

B <0.05ppm

Cd <0.005ppm

Ca <0.50ppm

Ce <0.005ppm

Cr <0.005ppm

Co <0.005ppm

Cu <0.005ppm

Eu <0.005ppm

Fe <0.02ppm

Pb <0.03ppm

La <0.005ppm

Li <0.2ppm

Mg <0.1ppm

Mn <0.01ppm

Ni <0.02ppm

K <2ppm

Rb <5ppm

Sm <0.005ppm

Sc <0.005ppm

Na <4ppm  
Sr <0.2ppm  
Tl <0.2ppm  
Y <0.005ppm  
Yb <0.005ppm  
Zn <0.02ppm

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu przeznaczonego do analiz ICP.

Sporządziła: Anna Krasieńska

Zatwierdzam:

Z upoważnienia Dyrektora WSSE w Olsztynie

**dr Elwira Stupienko**

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

/podpis elektroniczny/