

ZP.261.04.2026

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na „ Dostawa sprzętu medycznego dla kierunku pielęgniarstwo Akademii Piotrkowskiej”, nr postępowania: ZP.261.04.2026

Akademia Piotrkowska informuje, że do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zgodnie z art.284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień :

#### **Pytanie nr 1**

dotyczy Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem

44. sterowanie poprzez tablet oparty na procesorze i5 lub lepszym, ekran 12 cali w zestawie z klawiaturą i myszką

Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem, czy w zamian za:

„sterowanie poprzez tablet oparty na procesorze i5 lub lepszym, ekran 12 cali w zestawie z klawiaturą i myszką”,

dopuszcza: „Sterowanie poprzez tablet oparty na procesorze min i5 lub lepszym, ekran dotykowy min 12 cali, w zestawie z klawiaturą oraz myszką lub rysikiem”

Nie zmieni to funkcjonalności otrzymanego sprzętu, a pozwoli na dostarczenie tabletu zgodnego z minimalnymi wymaganiami producenta symulatora.

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

#### **Pytanie nr 2**

zaawansowany symulator pacjenta pediatrycznego

56. Dedykowany do współpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop z funkcją tabletu z ekranem 12”.

Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem, czy w zamian za:

„Dedykowany do współpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop z funkcją tabletu z ekranem 12””, dopuszcza:

„Dedykowany do współpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop z funkcją tabletu z ekranem minimum 12 cali”

Nie zmieni to funkcjonalności otrzymanego sprzętu, a pozwoli na dostarczenie tabletu zgodnego z minimalnymi wymaganiami producenta symulatora.

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

#### **Pytanie nr 3**

34. Możliwość zakładania wkłucia dożylnego i podawania płynów,

Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania symulator pacjenta pediatrycznego, który nie posiada możliwości „Obsługa i pielęgnacja wkłucia centralnego z podażą płynów”? Według naszej wiedzy i

opisów czołowych producentów symulatorów, na rynku nie ma symulatora pediatrycznego spełniającego te wymagania.

W zamian oferowany symulator posiada zestaw ran do pozoracji uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbań.

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część.**

**Informacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.**

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert, oraz termin związania ofertą nie ulega zmianie.**

Termin składania ofert upływa **dn. 27.03.2026 r. o godz.: 10:00,**

Otwarcie ofert nastąpi **dn. 27.03.2026 r. o godz.: 10:30.**

Termin związania ofertą : **25.04.2026 r.**

Opracowała:  
Agnieszka Rogalska; tel. 44 732 74 44  
e-mail: agnieszka.rogalska@apt.edu.pl