



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łęczyca, 09.03.2026r.

WYJAŚNIENIA NR 4

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6
tel. 24 388 2001 w. 509, fax 24 388 2264
NIP 775-10-88-587 RP: 143 611790540
e-mail: pamelajanecka@zoz.łeczyca.pl

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2024 poz. 1320) na

1. „**KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE
AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W ZESPOLE OPIEKI
ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY**”

Inwestycja realizowana jest z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, na podstawie dofinansowania projektu nr FELD.06.03-IZ.00-0004/25-00

2. „**PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ PRALNI NA APTEKĘ SZPITALNĄ ZOZ
W ŁĘCZYCY**”

Inwestycja realizowana ze środków własnych jednostki.

ZOZ.ZP.382-10/26

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik 1a- Parametry graniczne - Zadanie 1

Punkt 17. Lampa szczelinowa – 1szt

w związku z przygotowaniem oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących Lampy szczelinowej.

Czy Zamawiający wymaga, aby lampa miała:

- Typ źródła światła: dioda LED ze światłem białym (do 50000 godzin ciągłej pracy)
- Jasność: 284000 LUX z płynną regulacją
- Typ mikroskopu, zbieżność Galileusza ze zmianą powiększenia
- Zakres obrotu projektora szczelinowego: $\pm 90^\circ$, skala kątowa, przywołanie 0° i $\pm 10^\circ$
- Odległość robocza (wyjście pryzmatu / odległość od oka pacjenta): 80mm?

Zamawiający potwierdza w/w wymagania.



Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik 1a- Parametry graniczne - Zadanie 1

Punkt 18. Laser YAG – 1szt

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie:

1. czy Zamawiający wymaga, aby oferowany laser posiadał możliwość rozbudowy o drugi laser (fotokoagulator 532 nm) pracujący w trybie multispot i monospot, realizowaną za pomocą dedykowanego adaptera?

Zamawiający wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby wieża oświetleniowa posiadała regulację pozwalającą na uzyskanie:

- kąta oświetlenia 16° w pozycji niskiej,
- oraz 7,5° w pozycji wysokiej?

Zamawiający wymaga.

Pytanie 3 Dotyczy: Załącznik 1a- Parametry graniczne - Zadanie 1

Dotyczy: Załącznik 1a- Parametry graniczne - Zadanie 1

Punkt 19. Ultrasonograf okulistyczny – 1szt

w związku z przygotowaniem oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących aparatu **USG okulistycznego** - częstotliwości sondy A/B, rozdzielczości osiowej i poprzecznej.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby sonda typu B miała częstotliwość 15MHz, głębokość obrazowania min. 60mm, rozdzielczość osiowa min. 115µm, rozdzielczość poprzeczna min. 400 µm.?

Zamawiający wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiała przesyłanie raportów w formacie PDF, JPEG, DOC poprzez WiFi, sieć internetową LAN oraz transfer przez USB?

Zamawiający wymaga.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas'a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T, metoda soczewek kontaktowych (dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną i dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną)?


Zamawiający wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w sondy typu A 11Mhz oraz B 15Mhz oraz ekran dotykowy 10.6" o rozdzielczości 1024x768, wyposażony w porty USB, Ethernet, HDMI?

Zamawiający wymaga.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy


lek. Łukasz Michalak

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy


mgr. Pamela Janecka-Szłozer