




**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszaków, dnia 1 kwietnia 2026 r.

DEZ/Z/341/ZP-8/2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie *Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszakowie*, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-8/2026**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1 Część 6 – Pakiet nr 6

Poz. 9, 10, 11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania 2 – 4 minuty (+/- 0,5 minuty) i o zawartości gipsu naturalnego min. 89%, pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Część 6 – Pakiet nr 6

Poz. 9, 10, 11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek pakowanych a' 2 sztuki – z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Część 7 – Pakiet nr 7

Poz. 5 – czy Zamawiający miał na myśli serwety pakowane zgodnie z „jednostką miary” formularza cenowego op x 2 szt.

lub

Poz. 5 – jeżeli Zamawiający oczekuje zgodnie z „opisem przedmiotu zamówienia” formularza cenowego op x 3 szt. dopuści możliwość zaoferowania serwet pakowanych op x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 4650 opakowań a ' 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z „opisem przedmiotu zamówienia” formularza cenowego op x 3 szt. i dopuszcza możliwość zaoferowania serwet pakowanych op x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 4650 opakowań a ' 2 szt.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 5 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 5 z Pakietu nr 4 do odrębnego pakietu. Wnioskowana zmiana stanowiłaby istotną modyfikację zakresu i struktury zamówienia, niedopuszczalną na obecnym etapie postępowania.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 6 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 6 z Pakietu nr 4 do odrębnego pakietu. Wnioskowana zmiana stanowiłaby istotną modyfikację zakresu i struktury zamówienia, niedopuszczalną na obecnym etapie postępowania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 7 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 7 z Pakietu nr 4 do odrębnego pakietu. Wnioskowana zmiana stanowiłaby istotną modyfikację zakresu i struktury zamówienia, niedopuszczalną na obecnym etapie postępowania.

Pytanie 7 dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 5

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto tejże faktury.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznik nr 5 § 5

§ 5 ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

- 1) karę umowną, za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) niezrealizowanej części umowy;
- 2) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.
- 3) za zwłokę w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1).”

Pytanie 8 Pakiet 16

Wykonawca prosi o wyjaśnienie ze strony Zamawiającego, która z jednostek miary jest wiążąca: ilość sztuk w opakowaniu określona w opisie przedmiotu zamówienia, czy podana w kolumnie „jednostka miary” w szczegółowej ofercie cenowej – formularz asortymentowo-cenowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wiążącą jednostką miary jest podana w kolumnie „jednostka miary” w szczegółowej ofercie cenowej – formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie 9 Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany jednostki miary wskazanej w formularzu cenowo – ofertowym z odpowiednim przeliczeniem i zachowaniem ogólnej wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 Pakiet 16

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku przepuszczalnego dla pary wodnej, z zaokrąglonymi brzegami. Produkt składa się z białej włókniny wykonanej z poliestru, pokrytej z jednej strony klejem akrylowym. Pośrodku strony pokrytej klejem umieszczony jest chłonny wkład. Strona z klejem jest zabezpieczona dwoma białymi, nachodzącymi na siebie papierami silikonowymi. Właściwości opatrunku: oddychający: przechodzi test przepuszczalności pary wodnej, hipoalergiczny, przyjazny dla skóry, chroni ranę, ogranicza zanieczyszczenia zewnętrzne, zaokrąglone brzegi zapewniają lepszą przyczepność. Przeznaczonego do pielęgnacji ran pooperacyjnych, ostrych i powierzchownych, a także skaleczeń i rozcięć.

Poz. 1 – w rozmiarze 8cm x 10cm pakowany po 50 szt.

Poz. 2 w rozmiarze 5cmx 7cm pakowany po 50 sztuk.

Poz. 3 w rozmiarze 10cm x 20 cm pakowany po 25 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 Pakiet 9, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kompresów, które na opakowaniu wewnętrznym mają jedynie naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 Pakiet 6:

Prosimy o doprecyzowanie, czy próbki do pakietu nr 6 mają być dostarczone wraz z ofertą (jak wynika z SWZ), czy na wezwanie (jak wynika z formularza asortymentowo-cenowego)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Pytanie 13 Pakiet 6 poz. 9, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe szybkowiązące, zawartość gipsu naturalnego 95%, na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającym szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku, w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu A'2 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 Pakiet 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jałowe tufery twarde w kształcie fasolki, wykonane z jednoczęściowej gazy, stosowane w zabiegach w celu zatamowania krwotoku lub oczyszczenia rany, 17-nitkowe z nitką RTG, 15 x 15cm po 10szt, z podwójnym opakowaniem papier-folia z samoprzylepną etykietą kontrolną do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 Pakiet 8 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści jałowe tufery twarde w kształcie groszka, wykonane z jednoczęściowej gazy, stosowane w zabiegach w celu zatamowania krwotoku lub oczyszczenia rany, 17-nitkowe z

nitką RTG, 12 x 12cm po 10szt w pojedynczym opakowaniu – blister z samoprzylepną etykietą kontrolną do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści anatomiczny wkład chłonny do ochrony po zabiegach ginekologicznych, w rozmiarze: 34 x 9 cm x 10szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści anatomiczny wkład chłonny do ochrony po zabiegach ginekologicznych, w rozmiarze: 35 x 11 cm po 15szt w opakowaniu (ilość opakowań zostanie przeliczona na odpowiednią ilość wkładów zleconą przez zamawiającego)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Prosimy o doprecyzowanie, czy wymienione pod cennikami dokumenty: deklaracja zgodności, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oraz certyfikat CE mają być złożone wraz z ofertą? Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 6 do SWZ, w którym wykonawcy deklaruja, że oferowane wyroby posiadają odpowiednią dokumentację oraz, że zostanie ona przedstawiona Zamawiającemu na każde jego żądanie. Wobec powyższego, prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga przedłożenia wspomnianych dokumentów przedmiotowych, uznając samo oświadczenie zawarte w Załączniku nr 6 za wystarczające.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca niełoży przedmiotowych środków lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Pytanie 19 Pytanie dot. § 3, ust. 8

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych wyrobów medycznych z 12 do 6 miesięcy? Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 Pytanie dot. § 3, ust. 13

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 3, ust. 13 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed dokonaniem „zakupu zastępczego” Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć konieczności nabywania towarów u innych wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznik nr 5 § 3

§ 3 ust 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawcę drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w umowie) do należytego wykonania umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin na realizację dostawy, nie krótszy niż 2 dni robocze od dnia wysłania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania tzw. „zakupu zastępczego” tego produktu u innych dostawców. Jeżeli Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie „zakupu zastępczego” cenę wyższą niż wynika z Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy – Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zwróci w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej kwotę wynikającą z różnicy cen. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup zastępczy.”

Pytanie 21 Pytanie dot. § 5, ust. 1, pkt 1)

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn po stronie Wykonawcy do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznik nr 5 § 5

§ 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) karę umowną, za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) niezrealizowanej części umowy;”

Pytanie 22 Pytanie dot. § 5, ust. 5

Czy Zamawiający zgodzi się, aby łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie umowy do niniejszego postępowania nie mogła przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy? Zmniejszenie łącznego limitu kar umownych do poziomu 20% wartości umowy pozwoli na zachowanie niezbędnej równowagi kontraktowej stron oraz ograniczenie ryzyka finansowego wykonawców, co sprzyja uzyskaniu ofert korzystniejszych cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznik nr 5 § 5

§ 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1).”

Pytanie 23 Część 5, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści klasę I regułę IV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrobach medycznych i posiadanych dokumentach dopuszczających dostępnych na każde żądanie, a nie do złożenia Deklaracji Zgodności, CE i zgłoszenia do Rejestru tak jak jest to napisane pod poszczególnymi pakietami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozdziałem XV SWZ, na etapie składania ofert wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia (wg wzoru Załącznika nr 6). Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Pytanie 25 Pakiet 2 poz. 4, 5

Czy zamawiający dopuści gazę jałową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu zbiorczym 10 x op.a'10szt.,z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu zbiorczym 20 x op.a'5szt.,z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu zbiorczym 25 x op.a'3szt.,z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu zbiorczym 20 x op.a'5szt.,z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 Pakiet 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu zbiorczym 10 x op.a'10szt.,z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 Pakiet 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu zbiorczym 25 x op.a'3szt.,z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu zbiorczym 20 x op.a'5szt.,z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu zbiorczym 5 x op.a'20szt.,z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu zbiorczym 10 x op.a'10szt.,z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 SWZ - Pakiet 2, 5, 9, 10,11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku dostarczenia próbek do pakietów 2,5,9-11, biorąc pod uwagę, że wyroby ujęte w tych pakietach są już znane szpitalowi, który od wielu lat regularnie je stosuje i ma pełne zaufanie do ich jakości oraz skuteczności?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku dostarczenia próbek dla Pakietu nr 10 i 11, dla pozostałych pakietów zgodnie z SWZ.

Pytanie 36 SWZ - Pakiet 2, 5, 9, 10,11

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. nr 12 prosimy o ograniczenie próbek rodzajowo do:

Pakiet 2 poz. 1 – 1 szt.

Pakiet 2 poz. 2-5 – 1 sztuka z dowolnej pozycji

Pakiet 2 poz. 6-8 – 1 sztuka z dowolnej pozycji

Pakiet 2 poz. 9-10 - 1 sztuka z dowolnej pozycji

Pakiet 5 poz. 1-7 – 1 sztuka z dowolnej pozycji

Pakiet 9 poz. 1-3 – 1 sztuka z dowolnej pozycji

Pakiet 10 – odstąpienie z uwagi na wysoki koszt produktów – weryfikacja na podstawie ulotek / katalogów

Pakiet 11 – odstąpienie z uwagi na wysoki koszt produktów – weryfikacja na podstawie ulotek / katalogów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę o ograniczenie próbek rodzajowo do:

Pakiet 2 poz. 1 – 1 szt.

Pakiet 2 poz. 2-5 – 1 sztuka z dowolnej pozycji

Pakiet 2 poz. 6-8 – 1 sztuka z dowolnej pozycji

Pakiet 2 poz. 9-10 - 1 sztuka z dowolnej pozycji

Pakiet 5 poz. 1-7 – 1 sztuka z dowolnej pozycji

Pakiet 9 poz. 1-3 – 1 sztuka z dowolnej pozycji

Dla pakietu nr 10 i 11 Zamawiający odstępuje od obowiązku dostarczenia próbek, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 37 Pakiet 1, poz. 1-6

Czy zamawiający oczekuje 10 m w stanie spoczynku?

Odpowiedź: tak, Zamawiający oczekuje 10 m w stanie spoczynku.

Pytanie 38 Pakiet 2, poz. 2-5

Czy zamawiający dopuści gazę składaną po długości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 39 Pakiet 2, poz. 6-8

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstw.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 40 Pakiet 2, poz. 9-10

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 12 warstw?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 41 Pakiet 5, poz. 1-7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstw.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 42 Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową z przeznaczeniem zgodnym z SWZ tj. na stopę, dłoń o szerokości 1,5-3,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 43 Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową z przeznaczeniem zgodnym z SWZ tj. na głowę, ramię, podudzie, kolano o szerokości 4,0-6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową z przeznaczeniem zgodnym z SWZ tj. na udo, głowę, biodra o szerokości 5,0-9,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 45 Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową z przeznaczeniem zgodnym z SWZ tj. na podudzie o szerokości 4,0-6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 46 Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową z przeznaczeniem zgodnym z SWZ tj. na brzuch, biodra o szerokości 6,5-13,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 47 Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową z przeznaczeniem zgodnym z SWZ tj. na klatkę piersiową o szerokości 8-14cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 48 Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową jałową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50 Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana lignina w arkuszach charakteryzowała się stopniem pylenia metodą IGT równym 1 w sześciostopniowej skali? W skali tej im wyższy stopień, tym większe pylenie materiału, dlatego wartość 1 oznacza minimalne lub brak pylenia. Parametr ten ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania wyrobu medycznego, ponieważ ogranicza uwalnianie drobnych cząstek włókien celulozowych do otoczenia, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia pola zabiegowego oraz poprawia bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest stopień pylenia metodą IGT = 1 (najniższe pylenie w skali 1–6).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 51 Pakiet 1, pozycja 26-27

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie jednostkowe pojedyncze papier-folia oraz w zbiorcze kartonik?

Odpowiedź: w Pakiecie 1 brak jest pozycji 26-27.

Pytanie 52 Pakiet 1, pozycja 26-27

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu nie zawierającym etykiet samoprzylepnych?

Odpowiedź: w Pakiecie 1 brak jest pozycji 26-27.

Pytanie 53 Pakiet 6, pozycja 7-8

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od złożenia próbek dla longet gipsowych z uwagi na bardzo małą ilość tego asortymentu w zapotrzebowaniu tj. poz. 7 zaledwie 3szt, poz. 8 – 8szt?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od złożenia próbek w pakiecie nr 1 dla pozycji 7-8, pozostałe pakiety zgodnie z SWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 54 Pakiet 6, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55 Pakiet 6, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 56 Pakiet 6, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 57 Pakiet 6, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58 Pakiet 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59 Pakiet 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty parafiną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 60 Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61 Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62 Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17 nitkową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 63 Pakiet 7, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką RTG i z tasiemką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64 Pakiet 7, pozycja 5

Z uwagi na rozbieżność między opisem przedmiotu zamówienia a podaną jednostką miary, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety pakowanej po 2szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65 Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'2szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66 Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe 6 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 67 Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszanej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się dołożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 68 Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tupfery 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69 Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70 Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 71 Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniu pojedynczym papier-folia z etykietami kontrolnymi, zbiorczo pakowane w kartonik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72 Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x9cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73 Pakiet 8, pozycja 7-8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli podkład pod gips o długości 3m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74 Pakiet 9, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu pojedynczym papier-folia z etykietami kontrolnymi zawierającymi nazwę producenta, nr katalogowy, nr LOT, i datę ważności, zbiorczo pakowane w kartonik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75 Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76 Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 77 Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78 Pakiet 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ściśnione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy pięty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 79 Pakiet 14 pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z glikolem polietylenowym w miejsce Guluronic Acid, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 80 Pakiet 15, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 81 Pakiet 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 82 Pakiet 15, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 83 Pakiet 15, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84 Pakiet 15, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 85 Pakiet 15, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86 Pakiet 15, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 87 Pakiet 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24szt w kartonik z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości lub z podaniem ceny za 1szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88 Pakiet 15, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'12szt w kartonik z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości lub z podaniem ceny za 1szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89 Pakiet 15, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6szt w kartonik z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości lub z podaniem ceny za 1szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90 Pakiet 15, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 91 Pakiet 15, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy 4 warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 92 Pakiet 15, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93 Pakiet 15, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94 Pakiet 15, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy pakowany po 5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95 Pakiet 16, pozycja 2

Prosimy o potwierdzenie, że w kolumnie nr 2 zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje opatrunku w opakowaniu a'100szt zgodnie z kolumną J.m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96 Pakiet 16, pozycja 3

Prosimy o potwierdzenie, że w kolumnie nr 2 zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje opatrunku w opakowaniu a'25szt zgodnie z kolumną J.m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97 Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski kohezyjne w opakowaniu zbiorczym a'36szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ zmianie i jest do dnia **08.04.2026 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **08.04.2026 r. o godz. 10:15.**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Aneta Miszczak
Data: 2026-04-01
11:30:39 CEST