

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 2**TABELA 1**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1	2
Uchwyt/wysięgnik przyłóżkowy – 4 sztuki	
<p>Stojak/wysięgnik przyłóżkowy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stojak przyłóżkowy składający się z: a) kolumny z b) ramieniem, mocowanej do c) postawy oraz d) uchwytu na regulowanym pasku. 2. Materiał: stal. 3. Konstrukcja: stabilna rama stalowa o profilu okrągłym (średnica min. 35 mm) lub kwadratowym (min. 40 mm x 40 mm), głębokość ścianki min. 2,5 mm. 4. Konstrukcja pomalowana białym lub szarym lakierem proszkowym łatwym do utrzymania w czystości. 5. Wysokość kolumny: 185 cm +/-15 cm. 6. Długość ramienia: min. 55 cm. 7. Kąt nachylenia kolumny do ramienia: min. 118 stopni (dopuszcza się kąt prosty 90 stopni). 8. Podstawa (stopa): głębokość 70 cm +/-10 cm, szerokość min. 70 cm. 9. Kąt nachylenia podstawy do stopy: 90 stopni (kąt prosty). 10. Mocowanie podstawy do kolumny: stabilne nieruchome. 11. Uchwyt: trójkątny z regulowaną długością paska – klamra odporna na szarpnięcia i wytrzymała na ciężar min. 80 kg. 12. Regulacja uchwytu: <ol style="list-style-type: none"> a) możliwość dostosowania długości paska do indywidualnych potrzeb użytkownika, b) możliwość regulacji uchwytu, przynajmniej dwustopniowa - od 80 do 105 cm nad powierzchnią łóżka. 13. Odległość pierwszej zawieszki od ramy głównej: min. 30,5 cm max 33 cm. 14. Odległość drugiej zawieszki od ramy głównej: min. 53,6 cm max 55 cm. 15. Możliwość wsunięcia stabilnej podstawy pod łóżko o prześwicie pomiędzy łóżkiem a podłogą do 60 mm. 16. Produkt musi być zarejestrowany jako produkt medyczny w urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, musi posiadać atest, musi posiadać deklarację zgodności z CE. 	TAK

Rysunek poglądowy:



TABELA 2

Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ i jeżeli istnieje odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego produktu (jeżeli Zamawiający wskazuje poniżej poszczególne komponenty, informacje te wymagane są także w odniesieniu do tych komponentów)	Liczba	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem BRUTTO (cena jed. brutto x liczba) [w PLN] <i>do przeniesienia do formularza OFERTA</i>
1	2	3	4	5	6
Uchwyt/wysięgnik przyłózkowy		4	Sztuka		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.