



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
62-700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00
NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 24 marca 2026 r.

SP ZOZ / DZ / 353 / 2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dzierżawę analizatora do koagulacji wraz z dostawą odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-11/2026.

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści odczynnik APTT w postaci ciekłej, z aktywatorem innym niż krzemionka, np. kwasem elagowym, przy zachowaniu pozostałych wymagań, tj. zaoferowania chlorku wapnia w komplecie z odczynnikiem, stabilności odczynnika w temperaturze lodówki oraz opakowań o objętości nie większej niż 5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

2. Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący pomiary w pojedynczych, jednorazowych kuwetach reakcyjnych, wymagający ręcznego umieszczenia kuwet na statywie przez operatora przed rozpoczęciem pracy, przy czym dalszy przebieg badania, tj. pobór próbki, dozowanie odczynników oraz wykonanie pomiaru, odbywa się automatycznie, a pojemność statywu na kuwety zapewnia możliwość całodniowej pracy przy ilości badań wskazanej w specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany analizator.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z prostym, bazującym na intuicyjnych ikonach oprogramowaniem w j. angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego analizatora, ponadto informuję, że zgodnie z zapisami SWZ, wymaga obsługi oraz wszelkich instrukcji i dokumentów dotyczących analizatora w języku polskim.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego pomiary w kuwetach połączonych w bloki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego analizatora.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania PT o trwałości po rekonstytucji 6 dni w temperaturze 2- 8°C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego asortymentu.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT z aktywatorem w postaci sulfatydu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego asortymentu.

7. Proszę o weryfikację numeru postępowania; SWZ: ZP-TP-5/2026, platforma e-zamówienia: ZP-TP-11/2026.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż w specyfikacji warunków zamówienia na stronie pierwszej nr postępowania otrzymuje następujące brzmienie: „ZP-TP-11/2026”

8. Dotyczy załącznika nr 2, poz. 3 tabeli nr 1, "Fibrynogen wyliczony" – Prosimy o wyjaśnienie czy w tabeli z ilościami oznaczeń nie wystąpiła omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynnika do Fibrynogenu met. Claussa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż załącznik nr 2 do SWZ, w części odczynniki, poz. 3 „nazwa parametru” otrzymuje następujące brzmienie: „Fibrynogen oznaczony – metodą Claussa”. W załączeniu zaktualizowany załącznik nr 2 do pobrania.

9. Dotyczy załącznika 3 specyfikacja techniczna, punkt 17 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który spełnia parametr: Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, płynów myjących dla materiałów wstawionych na pokład analizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego parametru analizatora.

10. Dotyczy załącznika nr 3, specyfikacja techniczna, punkt 26 – Czy Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w zakresie stabilności odczynnika przy jednoczesnym spełnieniu wymogu nr 30 ?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić ich stabilność na pokładzie analizatora. Ponadto zamawiający informuję, iż załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 26 otrzymuje następujące brzmienie: „26. Tromboplastyna – odczynnik liofilizowany, rekombinowany, wartość ISI oraz MNTP wyznaczony przez producenta odczynników na analizator oferowany w dzierżawie.”

11. Dotyczy załącznika nr 3 specyfikacja techniczna, punkt 27 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny chlorku wapnia jako osobnej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

12. Dotyczy załącznika nr 3 specyfikacja techniczna, punkt 27 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie odczynnika do APTT z aktywatorem (kwas elagowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
dr. n. med. Jacek Sawicki