



**Znak sprawy N-M.ZP/8/2026**

### **Zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy postępowania na: „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku”**

Identyfikator (ID) postępowania: **ocds-148610-82ddc6fd-8fa7-494f-8700-0d76d09e9d76**

#### **Pytanie nr 1 (pakiet 2)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 strzykawki do gazometrii o poj. 1 ml do pobrań krwi tętniczej i żyłnej z heparyną litową zbalansowana wapniem. Strzykawka z zawartością heparyny 80 IU, heparyna sucha liofilizowana i zbalansowana elektrolitami. Umożliwiająca pomiar parametrów pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, ctHB, SO<sub>2</sub>, FO<sub>2</sub>Hb, FmetHb, elektrolitów cNa<sup>+</sup>, cK, cC<sub>2</sub><sup>+</sup> i metabolitów Glu i Lac z jednej próbki krwi. Pozdrawiam, Weronika Rutkowska

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 2 (pakiet 1)**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyodrębnienie pozycji nr 1 do odrębnego pakietu pod nazwą „elektroda do pomiaru entropii”. W naszej ocenie wydzielenie wskazanej pozycji do osobnego pakietu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz umożliwi złożenie ofert przez szersze grono wykonawców, co może przełożyć się na uzyskanie korzystniejszych warunków finansowych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań technicznych do pozycji 1 pakiet 1 - elektroda do pomiaru entropii poprzez wskazanie z jakim modelem lub typem kardiomonitora ma ona współpracować oraz wskazanie czy ma być ona ułożona liniowo na jednym pasku czy rozwidlona (trójdzielna).

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 3 (wzór umowy)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:
  - a) zwłoki w dostarczaniu towaru w wysokości **0,5%** wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki,

b) zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości **0,5%** wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4 (pakiet 2 Strzykawka do gazometrii)**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę gazometryczną o pojemności 0,7 ml – 1ml zawierającą heparynę o stężeniu 80 UL umieszczoną na krążku. Strzykawka wyposażona w kulkę mieszającą, kod kreskowy i zatyczkę z odpowietrzaczem dla bezpiecznego i łatwego usuwania pęcherzyków powietrza. Zatyczka całkowicie uszczelnia próbkę, zapobiegając kontaktowi z krwią pacjent

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5 (pakiet 6)**

Czy zamawiający oczekuje „Jednorazowa linia do próbkowania gazów anestetycznych CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, końcówka męsko-męska typu LUER, długość 3 m, ID 1,2 mm OD 2,8 mm, materiał PVC/PE, pakowane pojedynczo.”?

**Odp.** Tak, Zamawiający oczekuje, pakowana pojedynczo ale nie koniecznie.

**Pytanie nr 6 (wzór umowy)**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

**Odp.** Zamawiający będzie składał zamówienie zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Pytanie nr 7 (pakiet 6 poz.1)**

Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą pakowaną po a'1 sztuk w opakowaniu tj. wycenę za 150 sztuk?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 8 (pakiet 16 poz.2)**

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne wyłącznie w rozmiarach 0,5x16mm, 0,5x25mm i 0,5x40mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9 (pakiet 16 poz.3)**

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne wyłącznie w rozmiarach 0,6x25mm, 0,6x30mm i 0,6x40mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10 (pakiet 16 poz.12)**

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 11 (pakiet 16 poz.12)**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń Pencil Point 25 G pakowane razem z prowadnicą (rozmiar prowadnicy 20 G x 34mm), długość 120mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12 (pakiet 16 poz.16)**

Czy Zamawiający dopuści Iglę do pobierania leków o ołówkowym szlifie z otworem bocznym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.