



**I Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie**

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel.: +48 47 731 55 30
zamowienia@ol.policja.gov.pl
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

ZZP - 278 / 26

Olsztyn, dnia 2 marca 2026 r.

Z-t-P/5/2026

Egz. pojedynczy

Wykonawcy - uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do treści SWZ w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na *świadczenie usług, adjustacji/kalibracji i wzorcowania urządzeń do badania stanu trzeźwości oraz wstępnego wykrywania środków działających podobnie do alkoholu (13 zadań częściowych)*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (pisownia oryginalna):

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 9:

Czy w związku z faktem, że urządzenie będące przedmiotem postępowania jest urządzeniem dowodowym – Zamawiający wymaga aby oferent składający ofertę w zakresie kalibracji Alcotestów 9510 Draeger był autoryzowanym serwisem producenta lub aby wykonawca posiadał i przedstawił aktualny certyfikat wydany przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora/autoryzowany serwis potwierdzający posiadane przeszkolenie i uprawnienia do wykonywania kalibracji urządzenia Dräger Alcotest9510?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z formularzem cenowym dla zadania częściowego nr 9, wszystkie wymienione czynności winny być wykonane przez autoryzowany serwis producenta. Złożenie oferty, w zakresie tego zadania częściowego, przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Wykonawca spełnia powyższe wymagania.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 9:

Czy zamawiający wymaga od wykonawcy aby w ramach wykonywania kalibracji i wzorcowania wymieniał również w urządzeniu a9510 elementy, które producent urządzenia wymaga wymieniać regularnie np. w interwale 'co dwa lata'? Czy tym samym na etapie przygotowania oferty Wykonawca ma w kalkulować koszty wymiany części do ceny kalibracji i wzorcowania urządzenia? W momencie gdy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wymiany części w urządzeniu w interwałach określonych w dokumentacji technicznej producenta: czy Zamawiający doda zapis w tym zakresie w projekcie umowy z Wykonawcą?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania częściowego nr 9 jest kalibracja i wzorcowanie urządzenia pomiarowego. Ewentualne niezbędne naprawy i ich wykonanie, zgodnie z §3 ust. 7 projektu umowy, odbędą się po akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar:

- z poziomu 0,5% na poziom 0,1% wynagrodzenia wynikającego z wartości zleconej usługi za każdy dzień zwłoki w realizacji usługi, zgodnie z §3 ust. 2 umowy,
- z poziomu 10 % na 5 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot zamówienia, zgodnie z §6 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
- W podpunkcie: Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w umowie, których może dochodzić Zamawiający, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto, wskazanego w §6 ust. 1 – zmniejszenie wysokości z 20% na 10%

Odpowiedź Zamawiającego

Nie. Zgodnie z SWZ.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania częściowego nr 3 (Rozdział III pkt 4 SWZ, poprzez dodanie zadania częściowego nr 3), zmiany projektu umowy w zakresie zadania częściowego nr 3 (§3 ust. 2 umowy, poprzez dodanie zadania częściowego nr 3) oraz zmiany formularza cenowego dla zadania częściowego nr 3, poprzez dodanie zapisu:

„Wykonawca ma obowiązek wprowadzić trzeci (lub kolejny) punkt pomiarowy do wzorcowania na poziomie 0,75 mg/dm³. W związku z powyższym Wykonawca w wymienionych powyżej urządzeniach ma obowiązek dokonać wzorcowania na co najmniej 3 poziomach, tj. 0,10 mg/dm³ – 0,2 ‰, 0,25 mg/dm³ – 0,5 ‰ oraz 0,75 mg/dm³ – powyżej 1,5 ‰.

Powyższy obowiązek wynika ze zmiany art. 44b §1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 383 ze zm.). W określonych przez ustawę przypadkach następuje obligatoryjny przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa w organizmie którego zawartość alkoholu wynosiła co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm³.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający załącza zmieniony formularz cenowy w zakresie zadania częściowego nr 9.

Udzielone odpowiedzi na powyższe zapytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Wykonawcy składając ofertę przetargową zobowiązani są uwzględnić zmiany dokonane przez Zamawiającego w wyniku udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

1 ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Olsztynie

insp. Jarosław Brzozowski

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

