

Jedlnia-Letnisko, dnia 7 kwietnia 2026 r.

ZP.271.1.2.6.2026.TSO

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2.2026.TSO w trybie podstawowym pn. „**Zakup sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko**”.

### Wyjaśnienie treści SWZ #1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko, działając zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

#### Pytanie 1.

CZEŚĆ 7 waga medyczna dla niemowląt, . poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną dla niemowląt wyposażoną w niezdejmowaną szalkę, wykonaną z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, przy czym cała konstrukcja wagi jest lekka i nie sprawia trudności w przenoszeniu?

Pozostałe parametry zgodnie z OPZ.

#### Odpowiedź 1.

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

#### Pytanie 2.

CZEŚĆ VIII – Aparat USG wszechstronny (1 szt.)

Ad. Załącznik nr 4, projekt umowy §9 ust. 1 a:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 10% na 5%?

#### Odpowiedź 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

#### Pytanie 3.

CZEŚĆ VIII – Aparat USG wszechstronny (1 szt.)

Ad. Załącznik nr 4, projekt umowy §9 ust. 1 b:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?

#### Odpowiedź 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

#### Pytanie 4.

CZEŚĆ VIII – Aparat USG wszechstronny (1 szt.)

Ad. Załącznik nr 4, projekt umowy §9 ust. 1 c:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 100zł na 50zł?

#### Odpowiedź 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

#### Pytanie 5.

CZEŚĆ VIII – Aparat USG wszechstronny (1 szt.)

Ad. Załącznik nr 4, projekt umowy §9 ust. 1 d:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?

#### Odpowiedź 5.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

#### Pytanie 6.

CZEŚĆ VIII – Aparat USG wszechstronny (1 szt.)

Ad. Załącznik nr 4, projekt umowy §9 ust. 2:

Czy Zamawiający zmieni zapis z

*„Jeżeli zwłoka, o której mowa w ust. 1 lit c) przekroczy 30 dni, Zamawiający może według własnego wyboru dokonać zastępczej naprawy lub wymiany sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, albo naliczyć karę umowną w wysokości odpowiadającej 2-krotności kary określonej w ust. 1 lit c) powyżej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, powyżej 30 dni.”*

na

*„Jeżeli zwłoka, o której mowa w ust. 1 lit c) przekroczy 30 dni, Zamawiający może według własnego wyboru dokonać zastępczej autoryzowanej przez producenta naprawy lub wymiany sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, albo naliczyć karę umowną w wysokości odpowiadającej 2-krotności kary określonej w ust. 1 lit c) powyżej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, powyżej 30 dni.”?*

Ingerencja podmiotu nieautoryzowanego w okresie gwarancji powoduje jej utratę

#### Odpowiedź 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

#### Pytanie 7.

Ad. Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdział 19 pkt. 19.1; rozdział 3, pkt. 13.1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na 8 części.

#### Odpowiedź 7.

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na 8 części.

**Powyższe potwierdzają zapisy ogłoszenia o zamówieniu:**

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak**

**4.1.9.) Liczba części: 8**

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

Zamawiający wprowadza zmianę do SWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia 13 kwietnia 2026 r. do godz. 18:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 kwietnia 2026 r. o godz. 18:30.

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Jedlni-Letnisko**

/-/ Piotr Kowalski