

Jedlnia-Letnisko, dnia 8 kwietnia 2026 r.

ZP.271.1.2.10.2026.TSO

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2.2026.TSO w trybie podstawowym pn. „**Zakup sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko**”.

Wyjaśnienie treści SWZ #2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko, działając zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

Pytanie 1.

Waga medyczna dla niemowląt - SOPZ

Czy zamawiający dopuści wagę o dokładności ważenia $5\text{ g} < 10\text{ kg} > 10\text{ g}$? Jest to parametr korzystniejszy dla zamawiającego.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuści taką wagę. Zaproponowany przez Wykonawcę parametr mieści się w wymogu postawionym przez Zamawiającego.

Pytanie 2.

Waga dla osób niepełnosprawnych - SOPZ

Czy w punkcie 4, zamawiający miał na myśli podświetlany wyświetlacz LCD? (zamiast LCG)

Odpowiedź 2.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr w technologii Masimo SET Rad-G:

– zakres pomiaru Pulsu (PR) 25-240 bpm

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie dopuści takiego pulsoksymetru.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr w technologii Masimo SET Rad-G:

- gwarancja 12 m-cy.

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie dopuści takiego pulsoksymetru.

Pytanie 5.

Czy pulsoksymetr ma mierzyć czujnikiem saturacji również:

- nawodnienie pacjenta
- i liczenie oddechów?

Odpowiedź 5.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bilirubinometru z zakresem pomiarowym 0.0mg/dL - 20.0 mg/dL.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bilirubinometru z menu aparatu m.in. w języku angielskim (główna obsługa aparatu przedstawiona jest w postaci graficznej).
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bilirubinometru z opcją ustawienia od 1 do 3 pomiarów w celu obliczenia średniej wartości.
4. Czy Zamawiający wymaga bilirubinometru ze źródłem światła LED? Dużą zaletą diody LED jest brak konieczności corocznej kalibracji, co pozytywnie wpływa na ekonomiczny i logistyczny aspekt użytkowania. Źródło światła LED jest nowoczesne, mniej zawodne i tańsze w użytkowaniu niż lampa ksenonowa.

Odpowiedź 6.

- 6.1 Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.
- 6.2 Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.
- 6.3 Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.
- 6.4 Zamawiający nie określał źródła światła. Dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający wprowadza zmianę do SWZ. Wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem czerwonym. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia 13 kwietnia 2026 r. do godz. 18:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 kwietnia 2026 r. o godz. 18:30.

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni-Letnisko**

/-/ Piotr Kowalski