

Świadectwo Kontroli Jakości

Atest nr ...M/213/25...

Chojnice, dnia 17.10.2025...


LAPAROS DWUTLENEK WĘGLA MEDYCZNY

Basic UDI-DI: 5904917028laparosAW

Nr serii... <u>5/42/25</u> ...	Napełniono dnia... <u>17.10.2025</u> ...		
Wyniki analiz... <u>425; 426</u> ...	Analizowano dnia... <u>17.10.2025</u> ...		
Data ważności: <u>2028-09</u> ...			
Dwutlenek węgla Tlenek węgla Dwutlenek siarki	> 99,5 % < 5 ppm v/v < 2 ppm v/v	Siarczki Tlenek i dwutlenek azotu Wilgość	< 1 ppm v/v < 2 ppm v/v < 67 ppm v/v
Status kontroli: ZGODNY/ NIEZGODNY			
Wyrób medyczny został wyprodukowany zgodnie z aktualnym wydaniem Farmakopei Polskiej i Farmakopei Europejskiej.			
Wyrób medyczny dwutlenek węgla medyczny zwolniony do obrotu / niezwolniony do obrotu.			

Badanie i analizę wykonał:

W. Wrona
Podpis



pieczęć KJ

Świadectwo Kontroli Jakości

Atest nr ...M/214/25...

Chojnice, dnia 17.10.2025...

KRIOTEROS DWUTLENEK WĘGLA MEDYCZNY

Basic UDI-DI: 5904917028krioterosT6

Nr serii... <u>5/42/25</u> ...	Napełniono dnia... <u>17.10.2025</u> ...		
Wyniki analiz... <u>427; 428</u> ...	Analizowano dnia... <u>17.10.2025</u> ...		
Data ważności: <u>2028-09</u> ...			
Dwutlenek węgla Tlenek węgla Dwutlenek siarki	> 99,5 % < 5 ppm v/v < 2 ppm v/v	Siarczki Tlenek i dwutlenek azotu Wilgość	< 1 ppm v/v < 2 ppm v/v < 67 ppm v/v
Status kontroli: ZGODNY/ NIEZGODNY			
Wyrób medyczny został wyprodukowany zgodnie z aktualnym wydaniem Farmakopei Polskiej i Farmakopei Europejskiej.			
Wyrób medyczny dwutlenek węgla medyczny zwolniony do obrotu / niezwolniony do obrotu.			

Badanie i analizę wykonał:

W. Wrona
Podpis



pieczęć KJ