

SPAWMET Spółka z o.o.
ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice
tel./fax 52 397 27 79
biuro@temis.com.pl




Form.8/P-03
23.05.2025

Chojnice, dnia 18.10.2025

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI
ATEST NR 11232/25
TLEN MEDYCZNY SPAWMET SPRĘŻONY

Numer serii: 6/12/25	Data analizy: 18.10.2025	Numery analiz: 2521 ÷ 2534
Data napełnienia: 18.10.2025	Specyfikacja*: Tlen > 99,5 % v/v Tlenek węgla < 5 ppm v/v Dwutlenek węgla < 300 ppm v/v Woda < 67 ppm v/v	Wyniki analiz*: Tlen > 99,5% Tlenek węgla < 5 ppm Dwutlenek węgla < 300 ppm Woda < 67 ppm
Data ważności: 18.10.2028		

*Wszystkie analizy końcowego produktu leczniczego zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją SWG/KJ/001 SPECYFIKACJA WYROBU GOTOWEGO TLEN MEDYCZNY SPAWMET oraz aktualnym wydaniem Farmakopei Polskiej i Europejskiej.

<p>Analizę wykonał:</p> <p> </p> <p>(podpis, pieczęć KJ)</p>	<p>CERTYFIKACJA SERII</p> <p>Niniejszym certyfikuję, że wszystkie etapy wytwarzania końcowego produktu leczniczego zostały przeprowadzone w pełnej zgodności z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz wymaganiami pozwolenia i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego.</p> <p>Tę partię zwalnia się do sprzedaży.</p> <p>OSOBA WYKWALIFIKOWANA</p> <p></p> <p>(podpis Osoby Wykwalifikowanej)</p>
--	--