



Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt. 1 pn: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla SPZOZ w Kole

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze.zm.) informuje o pytaniach i odpowiedziach:

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji 3, załącznika nr 2, TLEN MEDYCZNY W BUTLI PO 6,5m³ (40l - 150 bar)

Czy Zamawiający dopuszcza standardowa butle 40l 150 bar, w których zawartość gazu wynosi 6,4m³?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 5, załącznika nr 2, TLEN MEDYCZNY W BUTLI PO 0,4m³ (2l - 200 bar)

Czy Zamawiający chodzi o standardowa butle 2l 200 bar, w których zawartość gazu wynosi 0,43m³?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy pozycji 6, załącznika nr 2, TLEN MEDYCZNY W BUTLI PO 0,4m³ (2l - 200 bar)

Czy Zamawiającemu chodzi o butle z zaworem zintegrowanym - lekkie butle aluminiowe z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0– 25l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), możliwość podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (typu Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy oraz z zaworem on-off. Informujemy, że standardowa zawartość gazu wynosi 0,43m³ w butli 200 bar.

Odp. Tak.

/DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
Grzegorz Gibaszek/