

Kraków, 13 lutego 2026 r.

DZP.271-25/2026

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM pn. **DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH**, numer sprawy: **25/ZP/2026**

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą np. katalogu lub ulotki, która w jednoznaczny sposób potwierdzi, że test o oferowanym numerze katalogowym ma wymagany przez Zamawiającego cut off?

**Tak, Zamawiający wymaga.**

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści test zanurzeniowy do oznaczenia Mefedronu z cut off 100 ng/ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe.**

##### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy nakrapiany do Katyny z cut off 100 ng/ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe.**

##### **Pytanie 4**

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby testy w Pakiecie II były testami pojedynczymi?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

##### **Pytanie 5**

Czy w Pakiecie nr I Zamawiający dopuści test wieloparametrowy nakrapiany umożliwiający wykonanie wszystkich parametrów na jednej kasetce?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe.**

##### **Pytanie 6**

Jeżeli TAK czy Zamawiający wymaga, aby na teście wieloparametrowym były czytelne informacje zawierające informacje o nazwie testu, wymienione parametry oznaczane, ilość materiału jaka jest wymagana do nakropienia, czas wymagany do odczytu testu i znak CE, potwierdzony np. zdjęciem oferowanej kasetki?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dla min. parametrów: THC, COC, PCP, MOR/OPI, AMP, MET, BAR, BZD, MTD, MQL, PPX, TCA, MDMA, OXY, BUP. Jeżeli tak proszę o informację o częstotliwości wykonywania kontroli jakości. **Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający wymaga w przypadku nowej serii lub ewentualnie nowego opakowania.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dodatkowych opakowań wewnętrznej QC dla powyższych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz [www.szpitalrydygier.pl](http://www.szpitalrydygier.pl), zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.