

Kraków, 16 lutego 2026 r.

DZP.271-25/2026

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYMpn.**DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH**, numer sprawy: **25/ZP/2026**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

Pytanie 1

Czy w Pakiecie I i Pakiecie II Zamawiający oczekuje zaoferowania oddzielnych testów dla każdej z wymienionych substancji, czy zbiorczego testu pozwalającego wykryć wszystkie wymienione w danym Pakiecie substancje jednocześnie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zbiorczego testu pozwalającego wykryć wszystkie wymienione substancje w danym pakiecie jednocześnie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie I i w Pakiecie II testów panelowych (zanurzeniowych)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza testów zanurzeniowych w pakiecie I i pakiecie II, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I test o następujących punktach odcięcia:

- amfetamina 500 ng/ml;
- kokaina 300 ng/ml;
- barbiturany 300 ng/ml;
- opiaty 300 ng/ml;
- THC 50 ng/ml;
- TCA 1000 ng/ml;
- benzodiazepiny 300 ng/ml;
- metamfetamina 500 ng/ml;
- metadon 300 ng/ml;
- ekstazy 500 ng/ml;
- buprenorfina 10 ng/ml;
- fentanyl 10 ng/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie II test wykrywający następujące substancje:

- mefedron 100 ng/ml;
- katynony 150 ng/ml;
- oxykodon 100 ng/ml;
- MDPV 1000 ng/ml;
- K2 50 ng/ml;
- LSD 20 ng/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 5

Pakiet I poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 25 sztuk indywidualnie pakowanych testów panelowych (zanurzeniowych)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ nie wyraża zgody na testy zanurzeniowe.

Pytanie 6

Pakiet I poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów wykrywających następujące substancje odurzające, o podanych wartościach granicznych wyrażonych w ng/ml?

OPI2000/MDMA500/MTD300/BZO300/AMP1000/MET1000/K250/FYL20/THC50/BUP10/MEP100/CAT150

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Pakiet I

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli dodatniej i ujemnej razem z testami narkotykowymi, czy można zaoferować testy bez dołączonych kontroli?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 25 sztuk indywidualnie pakowanych testów kasetkowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów wykrywających następujące substancje odurzające, o podanych wartościach granicznych wyrażonych w ng/ml? OXY100/MDPV1000/K2 50/MEP100/CAT150

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Pakiet II

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli dodatniej i ujemnej razem z testami narkotykowymi, czy można zaoferować testy bez dołączonych kontroli?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz www.szpitalrydygier.pl, zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.